

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

D e t e r m i n a z i o n e D i r e t t o r i a l e

NUMERO GENERALE	CODICE PROPOSTA				DATA
	BUDGET	ADOTT.	ANNO	PROGR.	
383	PRV	PRV	11	0065	28 MARZO 2011

O G G E T T O :

**FORNITURA DI CARTA PER ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE.
AGGIUDICAZIONE PERIODO 01/04/2011-31/03/2013.
CIG 0529306D1D.**

**I L D I R E T T O R E D E L L A S . O . C .
P R O V V E D I T O R A T O**

In virtù della delega conferitagli dal Commissario di cui al provvedimento n. 1/000/COM/11/0001 del 10 gennaio 2011;

Richiamata la determinazione n. 416/000/dig/10/0004 del 9/03/2010 avente per oggetto "Programmazione annuale attività contrattuale delle forniture e dei servizi anno 2010", con la quale si provvedeva ad approvare la programmazione dell'attività contrattuale individuando l'oggetto delle forniture, le scadenze, gli importi annui presunti e la procedura di scelta del contraente;

Considerato che l'affidamento della fornitura in oggetto è compreso nella programmazione dell'attività contrattuale anno 2010;

Preso visione della lettera di invito e del capitolato speciale prot. n. 44282 del 11/08/2010 con i quali si avviava una procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 punto 1 del "Regolamento dell'attività contrattuale, delle spese di cassa economale e degli acquisti in economia di beni e servizi " di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato con determinazione commissariale n. 1089/005/005/06/0002 del 28/07/2006, invitando a presentare offerta le ditte sotto indicate:

- PIRRONE DI MILANO
- MODUL DIAGRAM DI CASTELBOLOGNESE
- S.I.R.I. DI GUALDO TADINO
- CA.MI.NA DI EGNA
- CERACARTA DI FORLI'
- LUMED DI OPERA

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

- B S.R.L. DI SETTIMO TORINESE
- VIGLIA DI TORINO-
- ALEA DI MONCALIERI
- Viste le offerte presentate dalle ditte
- PIRRONE DI MILANO
- MODUL DIAGRAM DI CASTELBOLOGNESE
- SI.RI. DI GUALDO TADINO
- CERACARTA DI FORLI'
- B S.R.L. DI SETTIMO TORINESE
- VIGLIA DI TORINO

le cui risultanze economiche sono sintetizzate nell'allegato prospetto comparativo;

Preso atto che il capitolato speciale prevedeva l'aggiudicazione a favore della ditta o delle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per questa A.S.L., valutabili in base alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura richiesta ai sensi del regolamento dell'attività contrattuale di questa Azienda;

Considerato che la fornitura è stato oggetto di valutazione da parte del Direttore della S.O.C. T.BI. Ing. F. Gaudino, come si evince dalla relazione allegata;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'aggiudicazione della fornitura in oggetto con le ditte: PIRRONE DI MILANO – SIRI DI GUALDO TADINO – VIGLIA DI TORINO per il periodo 01/04/2011-31/03/2013, sulla base delle risultanze emerse dalla relazione **allegata** ed in conformità a quanto previsto dal "Regolamento dell'attività contrattuale, delle spese di cassa economale e degli acquisti in economia di beni e servizi", di importo inferiore alla soglia comunitaria, adottato con determinazione commissariale n. 1089/005/005/06/0002 del 28/07/2006, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 "Codice di contratti pubblici" ed in particolare dall'art. 7 comma 1 lettera b), secondo il quale le forniture o i servizi oggetto dell'appalto sono affidati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Effettuata la registrazione contabile della spesa;

Avendo il sottoscritto curato l'istruttoria della pratica;

D E T E R M I N A

- di affidare, per il periodo 01/04/2011-31/03/2013, alle ditte sotto indicate la fornitura di CARTA PER ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE, alle condizioni economiche sintetizzate nelle allegate distinte di fornitura;

- PIRRONE DI MILANO	€ 8.681,04
- VIGLIA DI TORINO	€ 4.680,00
- SIRI DI GUALDO TADINO	€ 2.747,88
	€ 16.108,92
20% per prodotti non compresi in elenco	€ 3.221,78
Importo annuo fornitura iva inclusa	€ 19.330,70
- di riservarsi la facoltà di procedere all'acquisto di carta per attrezzature diagnostiche non comprese nelle liste di fornitura sino ad un massimo presunto del 20% e pari a € 3.221,78 I.V.A. compresa, dalle ditte aggiudicatrici, come previsto dall'art. 17 del capitolato speciale;
- di dare atto che il costo relativo al presente provvedimento previsto in complessivi € 38.661,40 I.V.A. compresa, sarà imputato come segue:
- € 14.498,02 I.V.A. compresa conto 3.10.01.09 "Altri materiali diagnostici" Bilancio 2011 Budget Provveditorato;

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

- € 19.330,70 I.V.A. compresa conto 3.10.01.09 "Altri materiali diagnostici" Bilancio 2012 Budget Provveditorato;
- € 4.832,67 I.V.A. compresa conto 3.10.01.09 "Altri materiali diagnostici" Bilancio 2013 Budget Provveditorato;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 28, comma 2 Legge Regionale 24 gennaio 1995, n. 10.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE DELLA S.O.C.
PROVVEDITORATO
Piero BO

Allegato:

- *Distinte di fornitura*
- *Prospetto comparativo*
- *Relazione Direttore SOC TBI*

Archivio: V.2.12

Cod. delega: PRV/2

TR/lm

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

PIRRONE & CO.
VIA BALDUCCIO DA PISA, 12
20139 MILANO

VS. OFFERTA DEL 15/09/2010 N. 1111/10

CODICE ASL	Q.TA/ anno	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
581020	170	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT	21697	0,36	61,20
581110	120	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	21776	2,62	314,40
581182	1500	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X20 MT.	12636	4,45	6.675,00
581195	20	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	21788	1,46	29,20
582000	80	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHE MM.92X90X360 FF.	21799	0,85	68,00
582038	50	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	21615	0,70	35,00
	20	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID 145X150X300	21524	1,15	23,00
	20	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS 152X100X150	21597	0,50	10,00
	20	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD 152X100X150	21597	0,50	10,00
	20	CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	12024	0,42	8,40
					7.234,20
		I.V.A. 20%			1.446,84
		Importo annuo fornitura			8.681,04

sconto da applicare sul listino dei prodotti non compresi in elenco 60%

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

VIGLIA S.R.L.
 CORSO G. FERRARIS, 105
 10128 TORINO

VS. OFFERTA DEL 27/08/2010 N. GR/pm 2010.0440

CODICE ASL	Q.TA/ anno	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
582030	280	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF.	9690029200	13,00	3.640,00
	20	CARTA PER ECG AT-10 SCHILLER	9712562046	13,00	260,00
					3.900,00
		I.V.A. 20%			780,00
		Importo annuo fornitura			4.680,00

sconto da applicare sul listino dei prodotti non compresi in elenco: alla pari

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

SIRI S.P.A.					
LARGO TRATTATI DI ROMA					
06023 GUALDO TADINO					
VS. OFFERTA DEL 16/09/2010 N. 10000249					
CODICE ASL	Q.TA/ anno	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO UNITARIO	IMPORTO COMPLESSIVO
581152	20	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21/L CF DA 200FG.	UPC21L	63,92	1.278,40
582034	25	ROTOLE CARTA SONY UPP210HD MM..210X25 MT	UPP210HD	22,4	560,00
582070	350	ROTOLE CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM. 210X30 MT.	BMFU007	1,29	451,50
					2.289,90
		I.V.A. 20%			457,98
		Importo annuo fornitura			2.747,88
		sconto da applicare sul listino dei prodotti non compresi in elenco:			
		carte compatibili	50%		
		carte originali	30%		

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

PROSPETTO COMPARATIVO OFFERTE PER LA FORNITURA DI CARTA PER ATTREZZATURE DIAGNOSTICHE									
pos.	codice magazzino	DESCRIZIONE	Q.TA'	VIGLIA	CERACARTA	PIRRONE	3B S.R.L.	MODUL DIAGRAM	SIRI
1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT COMPATIBILE	170		0,39	0,36		0,42	0,40
		CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT ORIGINALE					27,30		
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	20		1,25	1,15		3,115	1,32
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	120	17,00	2,85	2,62		2,87	3,34
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21/L CF DA 200FG ORIGINALE	20		65,10	68,04		78,93	63,92
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. ORIGINALE	1.500		7,97			9,801	7,86
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. COMPATIBILE			4,48	4,45			
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	20		1,55	1,46		2,1945	1,26
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHE MM.92X90X360 FF.	80		0,92	0,85		1,5785	0,82
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. ORIGINALE	280	13,00	2,90				
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. COMPATIBILE			2,30	2,10		2,86	3,16
9	582034	ROTOLI CARTA SONY UPP210HD MM..210X25 MT ORIGINALE	25		22,60	23,60		27,522	22,40
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	50		0,76	0,70		1,3545	0,90
11	582070	ROTOLI CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM. 210X30 MT.	350		1,55	1,44		1,881	1,29
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	20		1,25	1,15		3,1115	1,32
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	20		0,53	0,50		1,0955	1,32
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE					114,1(COD. 1911A)		
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	20		0,53	0,50		1,0955	0,61

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE					114,1(COD. 1911A)	
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	20		0,48	0,42	0,35/0,3640	0,45
16		CARTA PER ECG AT-10 SCHILLER	20	13,00	1,80	1,70	3,5525	1,48
DA RESTITUIRE								
		codici diversi vedere schede tecniche						

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

Regione Piemonte
Azienda Sanitaria Locale CN2
Via Vida n. 10 - 12051 ALBA (CN)
P.IVA 02419170044

S.O.C. Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza
Via Vida n. 10 - 12051 ALBA (CN)
tel. 0173 316294 - fax 0173 316262 - e-mail: fgaudino@aslcn2.it



AL DIRETTORE
S.O.C. PROVVEDITORATO
DR. BO

PROTOCOLLO	
reg_aslCN2	
N°	1052 282 / P data 14/3/11
Classificazione	
generale	V 2 1 2
procedimentale	
Risposta a nota n.	del

Relazione valutazione carta 2011

Oggetto: Valutazione carta per attrezzature diagnostiche

A seguito della richiesta di parere per aggiudicazione fornitura carta per attrezzature diagnostiche come da lettera Prot. N° 972339 del 19/10/2010 della S.O.C. Provveditorato, la S.O.C. T.B.I. - settore di Ingegneria Clinica ha provveduto ad eseguire prove direttamente sulle apparecchiature delle campionature spedite dalle ditte sotto elencate:

- VIGLIA
- 3B
- PIRRONE
- CERACARTA
- MODUL DIAGRAM
- SIRI

Non sono state inviate campionature e non è stata valutata la carta delle posizioni 4 - 5 e 9 relativamente alle stampanti a sublimazione Sony codici UPC21/L CF - UPP110 HD E UPP210 HD in quanto la carta offerta è di tipo originale.

Non si sono, inoltre, valutate le campionature della posizione 2 in quanto apparecchiatura dismessa.

I risultati ottenuti, riepilogati nella tabella allegata, sono stati verificati con diverse prove e prendono in considerazione tre caratteristiche: lo scorrimento adeguato, la scrittura e il riconoscimento del fine_pagina (riconoscimento da parte del sensore dell'apparecchiatura del simbolo nero della carta).

Di seguito viene descritta la Valutazione dei risultati

1

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

VIGLIA :

POS	CODICE	DESCRIZIONE	
1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT	NON OFFERTA
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON VALUTATA - DISMESSA
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	POSITIVA - ORIGINALE
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21/L CF DA 200FG. originale	NON OFFERTA
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. originale	NON OFFERTA
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. compatibile	NON OFFERTA
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	NON OFFERTA
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHE MM.92X90X360 FF.	NON OFFERTA
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. [SPESSORE COME ORIGINALE]	POSITIVA - ORIGINALE
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. [SOTTILE]	NON OFFERTA
9	582034	ROTOLI CARTA SONY UPP210HD MM. 210X25 MT originale	NON OFFERTA
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	NON OFFERTA
11	582070	ROTOLI CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM 210X30MT	NON OFFERTA
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	NON OFFERTA
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	NON OFFERTA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	NON OFFERTA
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	NON OFFERTA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE	NON OFFERTA
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	NON OFFERTA
16		CARTA PER ECG-10 SCHILLER	POSITIVA - ORIGINALE

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

3B :

POS	CODICE	DESCRIZIONE	
1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT	POSITIVA - ORIGINALE
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON VALUTATA - DISMESSA
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	NON OFFERTA
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21/L CF DA 200FG. originale	NON OFFERTA
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. originale	NON OFFERTA
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. compatibile	NON OFFERTA
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	NON OFFERTA
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHÉ MM.92X90X360 FF.	NON OFFERTA
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SPESSORE COME ORIGINALE)	NON OFFERTA
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SOTTILE)	NON OFFERTA
9	582034	ROTOLI CARTA SONY UPP210HD MM. 210X25 MT originale	NON OFFERTA
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	NON OFFERTA
11	582070	ROTOLI CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM 210X30MT	NON OFFERTA
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	NON OFFERTA
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	NON OFFERTA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	POSITIVA - ORIGINALE
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	NON OFFERTA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE	POSITIVA - ORIGINALE
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	NON OFFERTA
16		CARTA PER ECG-10 SCHILLER	NON OFFERTA

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

PIRRONE :

POS.	CODICE	DESCRIZIONE	
1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X30 MT	POSITIVA
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON VALUTATA - DISMESSA
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	POSITIVA
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21/L CF DA 200FG. originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. originale	NON OFFERTA
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. compatibile	POSITIVA
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	POSITIVA
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHE MM.92X90X360 FF.	POSITIVA
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SPESSORE COME ORIGINALE)	NEGATIVA - ERRORE CARTA
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SOTTILE)	NEGATIVA - ERRORE CARTA
9	582034	ROTOLE CARTA SONY UPP210HD MM. 210X25 MT originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	POSITIVA
11	582070	ROTOLE CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM 210X30MT	POSITIVA
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	POSITIVA
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	POSITIVA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	NON OFFERTA
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	POSITIVA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE	NON OFFERTA
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	POSITIVA
16		CARTA PER ECG-10 SCHILLER	NEGATIVA - IL SIMBOLO NERO DEL SENSORE E' SPOSTATO PER CUI NON SI FERMA AL RITAGLIO DELLA CARTA

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

CERACARTA :

POS	CODICE	DESCRIZIONE	
1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT	POSITIVA
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON VALUTATA - DISMESSA
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	POSITIVA
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21/L CF DA 200FG. originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. compatibile	POSITIVA
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	POSITIVA
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHE MM.92X90X360 FF.	POSITIVA
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SPESSORE COME ORIGINALE)	NEGATIVA - NON SCORRE BENE
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SOTTILE)	NON VALUTATA : OFFERTA MA NON DISPONIBILE CAMPIONATURA
9	582034	ROTOLE CARTA SONY UPP210HD MM..210X25 MT originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	POSITIVA
11	582070	ROTOLE CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM 210X30MT	POSITIVA
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	POSITIVA
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	POSITIVA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	NON OFFERTA
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	POSITIVA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE	NON OFFERTA
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	POSITIVA
16		CARTA PER ECG-10 SCHILLER	POSITIVA

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

MODUL DIAGRAM :

POS	CODICE	DESCRIZIONE	
1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT	POSITIVA
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON VALUTATA - DISMESSA
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	POSITIVA
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21L CF DA 200FG. originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. compatibile	NON OFFERTA
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	POSITIVA
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHE MM.92X90X360 FF.	POSITIVA
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SPESSORE COME ORIGINALE)	NEGATIVA - NON SCORRE BENE
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SOTTILE)	NON OFFERTA
9	582034	ROLOI CARTA SONY UPP210HD MM..210X25 MT originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	POSITIVA
11	582070	ROLOI CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM 210X30MT	POSITIVA
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	POSITIVA
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	POSITIVA - NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA 13a IN QUANTO CARATTERISTICHE DIVERSE
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	NON OFFERTA
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	POSITIVA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE	NON OFFERTA
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	POSITIVA - NON PRENDERE IN CONSIDERAZIONE LA 15a IN QUANTO DIAGRAMMATURA GIA' PRESENTE E IL MONITOR LA RISTAMPA
16		CARTA PER ECG-10 SCHILLER	NEGATIVA - MORBIDA E LEGGERA, DIFFICOLTA' NELL'INSERIRLA NEL CARRELLO CARTA

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

SIRI :

POS.	CODICE	DESCRIZIONE
------	--------	-------------

1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT	POSITIVA
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON VALUTATA - DISMESSA
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	POSITIVA MA SOTTILE E DIAGRAMMATURA MOLTO CHIARA
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21L CF DA 200FG. originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. compatibile	NON OFFERTA
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	POSITIVA MA DIAGRAMMATURA MOLTO CHIARA
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGHE MM.92X90X360 FF.	NEGATIVA - ERRORE CARTA
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SPESSORE COME ORIGINALE)	NEGATIVA - NON SCORRE BENE
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. (SOTTILE)	NON OFFERTA
9	582034	ROLOI CARTA SONY UPP210HD MM. 210X25 MT originale	NON INVIATO CAMPIONE IN QUANTO ORIGINALE
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	POSITIVA
11	582070	ROLOI CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM 210X30MT	POSITIVA
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	POSITIVA
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	NON VALUTATA : OFFERTA MA NON DISPONIBILE CAMPIONATURA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	NON OFFERTA
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	POSITIVA
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE	NON OFFERTA
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	POSITIVA
16		CARTA PER ECG-10 SCHILLER	NEGATIVA - IL SIMBOLO NERO DEL SENSORE E' SPOSTATO PER CUI NON SI FERMA AL RITAGLIO DELLA CARTA

- Si allega alla presente tabella riepilogativa completa mediante file formato excel.

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

Nella tabella seguente vengono elencate le ditte con l'offerta economica più vantaggiosa, divise per posizione, escludendo eventuali fornitori con risposte negative alle prove eseguite.

POS	CODICE	DESCRIZIONE	Fornitore con offerta economicamente più vantaggiosa	esclusioni per eventuali prove negative
1	581020	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CMM. 50X 30 MT	PIRRONE	
2	581050	CARTA PER SONICAID MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON VALUTATA - DISMESSA	
3	581110	CARTA PER ECG ESAOTE BIOMEDICA ARCHIMED 4210 MM. 210X300X200 FF.	PIRRONE	
4	581152	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21/L CF DA 200FG originale	SIRI	
5	581182	CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. originale	SIRI	
		CARTA SONY UPP110 HD MM. 110X210 MT. compatibile	PIRRONE	
6	581195	CARTA PER ECG DELTA 60 PLUS MM. 210X30MT.	PIRRONE	SIRI PER DIAGRAMMATURA CHIARA
7	582000	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIQHE MM.92X90X360 FF.	PIRRONE	SIRI PER ERRORE CARTA
8	582030	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. <u>(SPESSORE COME ORIGINALE)</u>	VIGLIA	TUTTE LE DITTE NON ORIGINALI PRESENTANO PROBLEMI DI SCORRIMENTO
		PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X280X180 FF. <u>(SOFFILE)</u>	NON ACQUISTARE TIPOLOGIA DI CARTA CAUSA DI NUMEROSI INTERVENTI TECNICI	IDEM
9	582034	ROTOLE CARTA SONY UPP210HD MM..210X25 MT originale	SIRI	
10	582038	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM 112X100 X 300 FF.	PIRRONE	
11	582070	ROTOLE CARTA OP69TE PER ECG FUKUDA FX 7402 MM 210X30MT	SIRI	
12		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAID	PIRRONE	
13		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	PIRRONE	
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	OFFERTA SOLO 3B	
14		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD COMPATIBILE	PIRRONE	
		CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT PACKARD ORIGINALE	OFFERTA SOLO 3B	
15		CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	MODUL DIAGRAM cod 0B5020	
16		CARTA PER ECG-10 SCHILLER	CERACARTA	SIRI E PIRRONE HANNO IL SIMBOLO DEL SENSORE SPOSTATO RISPETTO L'ORIGINALE

Distinti saluti.


Il Direttore
S.O.C. Tecnologie Biomediche, Impianti e Sicurezza
 (Ing. Ferruccio AUDINO)

8

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

tabella riepilogativa delle prove per la validazione carta per attrezzature

N. PROVA	DESCRIZIONE	NON OFFERTA		OK		N.P.		OK		N.P.		OK		N.P.	
		OK	NON OFFERTA	OK	NON OFFERTA	OK	NON OFFERTA	OK	NON OFFERTA	OK	NON OFFERTA	OK	NON OFFERTA		
1	CARTA PER MONITOR DEFIBRILLATORE HP MASTER XL HP450457CM. 50X 30 MT	NON OFFERTA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.P.
2	CARTA PER SONICAD MERIDIAN 800 MM. 142X150X300 FF.	NON OFFERTA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N.P.
3	CARTA PER ECG ESAOTE BIONMEDICA ARCHIMED 4420 MM. 210X300X200 FF.	NON OFFERTA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
4	CARTA TERMICA COLORE LARGE SONY UPC21L CF DA 200FG. originale	NON OFFERTA	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
5	CARTA SONY UPP110 10 MM. 110X210 MT. originale	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
6	CARTA SONY UPP110 10 MM. 110X210 MT. compatibile	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
7	CARTA PER ECG DELTA 63 PLUS MM. 210X30MT.	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
8	CARTA PER ECG MARQUETTE HELLIGRE MM. 92X490X360 FF.	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
9	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X290X180 FF. (SFESSORE COME ORIGINALE)	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
10	PACCHI CARTA PER ESAOTE P8000 POWER MM. 210X290X180 FF. (SOFTILE)	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
11	ROLOI CARTA SONY UPP210RD MM. 210X25 MT. originale	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
12	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM. 112X100 X 300 FF.	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
13	ROLOI CARTA SONY UPP210RD MM. 210X25 MT. originale	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
14	CARTA PER ECG CARDIOLINE DELTA 3 PLUS MM. 112X100 X 300 FF.	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
15	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO TEAM CARE DUO SONICAD	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
16	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS COMPATIBILE	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
17	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO AVALON FM20 PHILIPS ORIGINALE	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
18	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
19	CARTA PER CARDIOTOCOGRAFO M1351A HEWLETT	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
20	CARTA TERMICA 50MMX20 MM PER MONITOR MULTIPARAMETRICO MEC-1200	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA
21	CARTA PER ECG-10 SCHILLER	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA	NON OFFERTA

(**) valutazione : 3 parametri controllati: scorrimento - scrittura-riconoscimento simbolo nero di fine pagina
 N.P. - Non Presente il sensore per cui parametro non valutabile

Segue determinazione n. 383/PRV/PRV/11/0065 del 28 marzo 2011

<p>Invio al controllo della Giunta della Regione, ex art. 2, c. 1, L.R. 30 giugno 1992, n. 31 prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Richiesta chiarimenti da parte della Regione prot. n. _____ del _____</p> <p>Risposta chiarimenti da parte della Regione con nota prot. n. _____ del _____, ricevuta dalla Regione in data _____</p> <p>Provvedimento conclusivo del procedimento n. _____ del _____</p> <p><input type="checkbox"/> declaratorio di nullità o decadenza <input type="checkbox"/> di annullamento o non approvazione <input type="checkbox"/> di approvazione</p>	<p>Invio al Collegio Sindacale Prot. n. _____ del _____</p> <p>Invio alla Rappresentanza della Conferenza dei Sindaci: Prot. n. _____ del _____</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE</p> <p>Si dichiara l'avvenuta registrazione contabile da parte della S.O.C. Gestione Economico-Finanziaria Alba, li _____</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO _____</p> <hr/> <p align="center">CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è stata posta in pubblicazione presso l'Albo dell'A.S.L. CN2, il _____ per quindici giorni consecutivi</p> <p align="center">IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>
<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p>	
<p>Provvedimenti soggetti al controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il _____</p> <p><input type="checkbox"/> per decorrenza dei termini <input type="checkbox"/> per approvazione da parte della Giunta della Regione</p>	<p>Provvedimenti non soggetti al Controllo della Giunta della Regione</p> <p>Si certifica che la presente determinazione è divenuta esecutiva il 28 MARZO 2011</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> essendo immediatamente eseguibile <input type="checkbox"/> essendo trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 3, L.R. 30/06/92, n. 31)</p>
<p>IL FUNZIONARIO INCARICATO S.O.C. AFFARI GENERALI <i>Silvia BARACCO</i> F.TO BARACCO</p>	