



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione
Contratti – Acquisti in ambito AIC 4**

Responsabile F.F.: Dott. Claudio MONTI

Responsabile dell'istruttoria: **Sig.ra Berruti Tiziana**

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/316.581

✓ tramite fax: 0173/316480

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it – tberruti@aslcn2.it

REG_AS_L_CN2.03/03/2017.0013251.P_CEC-PRV

Alba, lì 03/03/2017

Spett.le ditta

Oggetto	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 16 BARELLE OCCORRENTI PER LE DIVERSE STRUTTURE DELL'A.S.L. CN2 DI ALBA TRAMITE R.D.O. M.E.P.A. AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/16 E DELL'ART. 12 DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. SMART CIG ZFA1D65B19. R.D.O. ID 1501945 RISPOSTA A CHIARIMENTI DEL 01.03.2017.
----------------	---

Con la presente si comunica di seguito la richiesta di chiarimenti pervenuta da ditta concorrente in data 01.03.2017 e la relativa risposta:

DOMANDE

- 1) Le cinghie di contenimento: si intendono cinghie di contenimento paziente oppure cinghie di contenimento per le bombole di ossigeno?
- 2) E' richiesta la fornitura del materasso per barelle (non indicata tra le specifiche tecniche)?

RISPOSTE

- 1) Le cinghie richieste sono quelle per l'alloggiamento delle bombole di ossigeno, per le diverse misure standard di bombola
- 2) Il materasso deve essere incluso nell'offerta e dovrà avere le seguenti caratteristiche: materasso ignifugo ad alta densità con rivestimento ignifugo, lavabile, traspirante e alto almeno 8 cm, in poliuretano espanso

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
Claudio MONTI
F.to in originale**