



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

---

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA FORNITURA DI N. 16 BARELLE OCCORRENTI PER LE DIVERSE STRUTTURE  
DELL’A.S.L. CN 2 DI ALBA TRAMITE R.D.O. MEPA – SMART CIG ZFA1D65B19.**

**2° VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE**

In data 04.05.2017 alle ore 9,30 presso la sede dell’ASL CN2 Alba Bra - Via Vida, 10 - si è riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 289 del 24.03.2017, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura di n. 16 Barelle occorrenti per le diverse strutture dell’A.S.L. CN2.

Sono presenti:

- Dott.ssa Maria Gabriella Brociero - Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie - Presidente;
- Sig.ra Piera Bottallo - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere DS - Componente;
- Ing. Ferruccio Gaudino - Dirigente S.C. Servizi Tecnici - Componente;

l’Ing. Ferruccio Gaudino svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione prosegue i lavori indicati nel 1° verbale datato 28.03.2017, a seguito di richiesta di integrazione della documentazione tecnica delle ditte Favero, Givas e Novamed e di richiesta di visione e prova in loco delle barelle nella configurazione offerta, di tutte le ditte concorrenti.

Considerato che alla scadenza della richiesta di integrazione della documentazione tecnica e della richiesta di visione e prova in loco delle barelle, unicamente la ditta Novamed non ha prodotto quanto richiesto e cioè né campionatura né documentazione tecnica.

La Commissione di aggiudicazione ritiene, in base alle precitate considerazioni, **di escludere** la ditta Novamed e pertanto non verrà assegnato alcun punteggio e non parteciperà alle successive fasi di gara.

La Commissione rileva che all’atto della prova della barella della ditta Givas è emerso che la medesima è a due settori e non a quattro come richiesto nella lettera di invito capitolato, pertanto, a seguito di richiesta telefonica da parte della Sig.ra Bottallo Piera, componente della Commissione, la ditta Givas ha comunicato con nota prot. n. 22578 del 13.04.2017, che per errore in offerta è stato digitato il codice BT1200 a due settori – linea SLIM e non il cod. BT1400 a quattro settori – linea SLIM. La ditta precisa con doc. prot. 22578 del 13.04.2017 che, in caso di aggiudicazione, sarà fornita la barella a quattro settori cod. BT1400, allo stesso prezzo proposto in fase di gara; la commissione ritiene di ammettere la ditta Givas alle successive fasi di gara.

La Commissione approfondisce quindi l’esame dei progetti tecnici presentati dalle ditte sottoindicate.



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nella lettura dei progetti e delle osservazioni sintetizzate nell'allegata **Tabella A)** e pertanto si assegnano i seguenti punteggi:

N.	CRITERI QUALITATIVI	MAX PUNTEGGIO	GIVAS	MALVESTIO	FAVERO
1	Maneggevolezza	15	10	15	8
2	Facilità d'uso	15	12	15	5 ,
3	Facilità di sanificazione sanitizzazione	12	10	12	10
4	Accessori disponibili	8	4	8	2
TOTALE			<b>36</b>	<b>50</b>	<b>25</b>
PUNTEGGIO NORMALIZZATO			-	"	"

La seduta si chiude alle ore 11,30 previa sottoscrizione del presente verbale.

Alba, li 04.05.2017

Dott.ssa Maria Gabriella Brociero - Direttore S.C. Direzione Professioni Sanitarie – Presidente

(f.to in originale)

Sig.ra Piera Bottallo - Collaboratore Professionale Sanitario Esperto - Infermiere DS –  
Componente

(f.to in originale)

Ing. Ferruccio Gaudino - Responsabile Struttura Servizio Prevenzione e Protezione  
Componente - Segretario verbalizzante

(f.to in originale)



**A.S.L. CN2**  
Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

**ALLEGATO TABELLA A**

**PROGETTO TECNICO (max 50 punti)**

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

CRITERI QUALITATIVI	Punteg. massimo	PUNTEGGIO ASSEGNATO			NOTE	FAVERO	NOTE	MALVESTIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO		
		GIVAS	NOTE	MALVESTIO					FAVERO	NOTE	FAVERO
Maneggevolezza	15	10	Livello intermedio di maneggevolezza. Risulta la più lunga. Massiccia ma stabile	15	Livello ottimo di maneggevolezza. La lunghezza si riduce fino a 193 cm. Stabile	8	Livello + che sufficiente di maneggevolezza. La barella è snella ma risulta meno stabile rispetto alle altre barelle in prova				
Facilità d'uso	15	12	Buono il livello – Il Trendelembourg solo 12°.	15	Livello ottimo. Trendelembourg Ok. Maniglioni + pratici rispetto alle altre barelle	5	Livello buono ma purtroppo il cassetto portastre non permette di infilare direttamente la lastra. <u>RX senza far alzare la schiena al paziente: ↑ carico movimentaz. x operatore e disagio x paziente con trauma in PS/DEA.</u> <u>Contro Trendel. 13,5°</u>				
Facilità di sanificazione sanitizzazione	12	10	Buono il livello per involucro basamento e materasso	12	Ottimo il livello per involucro basamento che, insieme al materasso, quando sanitizzati, asciugano più facilmente	10	Buono il livello per involucro basamento e materasso. Presenta alcune parti metalliche che si sfaldano				
Accessori disponibili	8	4	Non presente specifico vano per indumenti paziente, le aste flebo risultano in acciaio cromato e non inox	8	Tutto corrisponde a quanto richiesto	2	Non presente specifico vano per indumenti paziente, Cassetto portastre inutilizzabile perché non risponde alle misure standard				
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>50</b>	<b>36</b>		<b>50</b>		<b>25</b>					