

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON STERILE E DIVISE IN T.N.T. NON STERILI PER LE SS.OO. OCCORRENTI PER 48 MESI ALL'ASLCB1 E ALL'ASL CN2. SUDDIVISA IN LOTTI. GARA N. CIG VARI.

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

in data **06/07/2017** alle ore **9,00** presso la sede dell'A.S.L. CN2 in Via Vida 10 Sala 3° Piano si è riunita la commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 475 del 23/05/2017 per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, così costituita:

- **Sig.ra CABUTTI Simonetta**
I.C.I. SOC Direzione di Presidio ASL CN2 Presidente
- **Dott.ssa BARACCO Maddalena**
Coordinatore Infermieristico Sale Operatorie Ortopedia-Oculistica-Ginecologia –
Ostetricia-Otorino del P.O. San Lazzaro di Alba Componente
- **Dott.ssa GONELLA Elena**
Coordinatore Infermieristico gestionale blocco operatorio Mondovì-Ceva Componente

La Dott.ssa BARACCO Maddalena , svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice prosegue i lavori indicati nel **1° verbale datato 13/06/2017.**

I componenti della Commissione prendono atto che le buste contenenti la documentazione tecnica (busta B) risultano regolarmente custodite e risultano al momento chiuse con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura. Si procede a questo punto alla loro riapertura e si procede alla valutazione del lotto **2) Materiale in TNT non sterile:** l'aggiudicazione è prevista a favore della ditta che avrà offerto il prezzo più basso, previo parere tecnico espresso dalla Commissione rispetto alle caratteristiche tecniche richieste e di rispondenza alle esigenze a cui il prodotto è destinato funzionalmente.

La campionatura presentata dalle ditte BETATEX e MOLNLYCKE HEALTH CARE risulta presentata come richiesto al punto 3) del Capitolato tecnico e si procede pertanto alla valutazione della stessa e delle relative schede tecniche.

DITTA BETATEX

| | |
|-------------------------------|---|
| Cuffia con elastico | Materiale poco resistente, risulta poco consistente e funzionale all'utilizzo |
| Copricapo monouso | Materiale poco resistente, risulta poco consistente e funzionale all'utilizzo |
| Copricapo integrale | Scarsa protezione per la copertura integrale dell'operatore |
| Cuffia con elastico per donna | Materiale poco resistente, risulta poco consistente e funzionale all'utilizzo |

| | |
|--|--|
| Mascherina chirurgica allacciatura mediante fettucce | Non stringe sul naso ed è poco modellabile, non mantiene la forma |
| Mascherina chirurgica antifog | Non conforme non stringe sufficientemente sul naso, poco modellabile e non aderisce bene, favorendo l'appannamento degli occhiali |
| Giacche monouso | Presentano scarso confort termico |
| Camice monouso manica lunga | Corrisponde alle specifiche tecniche per il relativo utilizzo |
| Copri collare rx | Non confortevole e date le dimensioni ridotte non si adatta a tutti i tipi di collare anti Rx. Inoltre presenta una eccessiva rigidità del materiale |
| Rotolo telo tnt tre strati 50 metri altezza 90 cm. | Il prodotto misura 50x100 e risulta poco assorbente |
| Calzare in t.n.t. | Corrisponde alle specifiche tecniche per il relativo utilizzo |
| Camice monouso manica corta | Corrisponde alle specifiche tecniche per il relativo utilizzo |

La Commissione giudica il lotto n. 2 della ditta BETATEX non conforme per la gran parte dei prodotti presentati e campionati, ritenendoli non idonei all'utilizzo previsto.

DITTA MOLNLYCKE HEALTH CARE

| | |
|--|--|
| Cuffia con elastico | Materiale resistente, confortevole, con buona tenuta dell'elastico |
| Copricapo monouso | Materiale resistente, confortevole, con buona tenuta dei lacci |
| Copricapo integrale | Ottima protezione integrale dell'operatore. |
| Cuffia con elastico per donna | Materiale resistente, confortevole, con buona tenuta dell'elastico |
| Mascherina chirurgica allacciatura mediante fettucce | Stringe sul naso in modo idoneo mantenendo la maschera adesa al viso |
| Mascherina chirurgica antifog | Aderisce in modo idoneo e impedisce l'appannamento degli occhiali |

| | |
|--|--|
| Giacche monouso | Buon confort termico |
| Camice monouso manica lunga | Corrisponde alle specifiche tecniche per il relativo utilizzo |
| Copri collare rx | Date le ampie dimensioni risultano adattabili a tutti i tipi di collare anti RX, di morbida consistenza. |
| Rotolo telo tnt tre strati 50 metri altezza 90 cm. | Buona assorbenza |
| Calzare in t.n.t. | Corrisponde alle specifiche tecniche per il relativo utilizzo |
| Camice monouso manica corta | Corrisponde alle specifiche tecniche per il relativo utilizzo |

La Commissione giudica il lotto n. 2 della ditta MOLNLYCKE HEALTH CARE conforme per la totalità dei prodotti presentati e campionati, ritenendoli idonei all'utilizzo previsto.

La Commissione prosegue i lavori per quanto riguarda **il lotto 3) Divisa non sterile per sala operatoria** si procede alla verifica della campionatura inviata e la Commissione propone di effettuare alcune prove pratiche nelle sale operatorie.


Essendo le ore 12 si ritiene di concludere i lavori della presente seduta e viene fissata la prossima riunione della Commissione Giudicatrice per il giorno **05/09/2017 alle ore 9,30** presso l'A.S.L. CN2 – Via Vida nr. 10 – Sala 3° piano

La documentazione tecnica viene ritirata nelle rispettive buste/scatole. Le buste della documentazione tecnica, aperte nel corso della presente seduta, vengono adeguatamente richiuse con nastro adesivo e verranno custodite in armadio chiuso a chiave nella stanza nr. 135 della S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4.

Alba, lì 06/07/2017

– **Sig.ra CABUTTI Simonetta**
I.C.I. SOC Direzione di Presidio ASL CN2

Presidente



– **Dott.ssa BARACCO Maddalena**

Coordinatore Infermieristico Sale Operatorie Ortopedia-Oculistica-Ginecologia –
Ostetricia-Otorino del P.O. San Lazzaro di Alba Componente e segretario
verbalizzante



– **Dott.ssa GONELLA Elena**

Coordinatore Infermieristico gestionale blocco operatorio Mondovi-Ceva
Componente

