

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IN T.N.T. STERILE E NON STERILE E DIVISE IN T.N.T. NON STERILI PER LE SS.OO. OCCORRENTI PER 48 MESI ALL'ASLCN1 E ALL'ASL CN2. SUDDIVISA IN LOTTI. GARA N. CIG VARI.

4° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

in data **09/10/2017** alle ore **9,00** presso la sede dell'A.S.L. CN2 in Via Vida 10 Sala 3° Piano si è riunita la commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 475 del 23/05/2017 per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, così costituita:

- **Sig.ra CABUTTI Simonetta**
I.C.I. SOC Direzione di Presidio ASL CN2 Presidente
- **Dott.ssa BARACCO Maddalena**
Coordinatore Infermieristico Sale Operatorie Ortopedia-Oculistica-Ginecologia –
Ostetricia-Otorino del P.O. San Lazzaro di Alba Componente
- **Dott.ssa GONELLA Elena**
Coordinatore Infermieristico gestionale blocco operatorio Mondovì-Ceva
Componente

La Dott.ssa BARACCO Maddalena , svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione giudicatrice prosegue i lavori indicati nel **3° verbale datato 05/09/2017.**

La campionatura trasmessa dalle ditte offerenti è stata provata e valutata e si procede pertanto all'attribuzione dei relativi punteggi

La Commissione procede con i lavori di valutazione inerente il lotto **3) Divisa non sterile per la sala operatoria.**

Il punteggio relativo alla qualità ed alla parte tecnica, risultante dalla documentazione tecnica, sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:

PUNTEGGIO QUALITA'

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione delle offerte e attribuirà il relativo punteggio massimo sotto riportato:

Caratteristiche tecniche del materiale	Punti max 40
Modalità di gestione-distribuzione	Punti max 10

Il punteggio massimo suindicato è suddiviso nei seguenti sotto criteri

a) Caratteristiche tecniche del materiale	PUNTI	40
Vestibilità, traspirabilità, comfort termico (valutazione su campionatura)	PUNTI	30
Disponibilità di taglie (valutazione su campionatura)	PUNTI	5
Resistenza del materiale (valutazione su campionatura)	PUNTI	5

b) Modalità di gestione-distribuzione**PUNTI 10**

Non saranno ritenute idonee e pertanto non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica le offerte che non raggiungeranno le sottoindicate soglie:

- **Caratteristiche tecniche del materiale 24/40**
- **Modalità di gestione-distribuzione 6/10**

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento o sub-elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

valutazione	coefficiente
Ottimo	1.00
Buono	0.75
Discreto	0.50
Sufficiente	0.30
Insufficiente	0.00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 50.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 50 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

Effettuate le prove dei prodotti presentati come campionatura dalle ditte partecipanti alla gara, la Commissione fornisce le seguenti valutazioni:

Ditta LOHMAN

- a) Caratteristiche tecniche del materiale
(Vestibilità, traspirabilità, comfort termico) punti 30 massimo assegnabili**

All'apertura della confezione della campionatura le divise si presentano corrispondenti alle caratteristiche di composizione richieste dal capitolato ovvero casacca e pantaloni confezionati singolarmente, casacca con maniche corte con tasche e adeguata scollatura, pantaloni provvisti di chiusura in vita con elastico o lacci, con una o più tasche.

Dalle prove effettuate da più operatori e in diverse tipologie di interventi il giudizio espresso è risultato negativo per la mancanza di traspirabilità e l'assenza di comfort. Il tessuto è molto pesante e fa sudare.

Risulta critico l'utilizzo di queste divise quando si deve indossare anche il camice per la radioprotezione. Le divise presentate non risultano sufficientemente adattabili alle conformazioni fisiche degli operatori che si discostano dagli standard per altezza e peso. *La Commissione giudica il criterio **insufficiente** corrispondente al coefficiente **0.00** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **0** punti.*

- a) **Caratteristiche tecniche del materiale**
(disponibilità di taglie) **punti 5 massimo assegnabili**

Risultano disponibili tutte le taglie.
*La Commissione giudica il criterio **ottimo** corrispondente al coefficiente **1.00** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **5** punti.*

- a) **Caratteristiche tecniche del materiale**
(resistenza del materiale) **punti 5 massimo assegnabili**

La campionatura visionata evidenzia un materiale resistente e idoneo all'utilizzo.
*La Commissione giudica il criterio **ottimo** corrispondente al coefficiente **1.00** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **5** punti.*

- b) **Modalità di gestione-distribuzione** **punti 10 massimo assegnabili**

Il progetto tecnico e le schede tecniche illustranti gli erogatori automatici non sono molto chiari ed esaustivi nel descrivere le modalità di gestione-distribuzione.
*La Commissione giudica il criterio **buono** corrispondente al coefficiente **0.75** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **7.5** punti.*

Ditta DELTAMED

- a) **Caratteristiche tecniche del materiale**
(Vestibilità, traspirabilità, comfort termico) **punti 30 massimo assegnabili**

All'apertura della confezione della campionatura le divise si presentano corrispondenti alle caratteristiche di composizione richieste dal capitolato ovvero casacca e pantaloni confezionati singolarmente, casacca con maniche corte con tasche e adeguata scollatura, pantaloni provvisti di chiusura in vita con elastico o lacci, con una o più tasche.

Dalle prove effettuate da più operatori e in diverse tipologie di interventi il giudizio espresso è risultato negativo in quanto i pantaloni sono dotati di un elastico troppo stretto che lascia vistosi segni sulla cute e la traspirabilità e vestibilità sono pessimi.

*La Commissione giudica il criterio **insufficiente** corrispondente al coefficiente **0.00** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **0** punti.*

- a) **Caratteristiche tecniche del materiale**
(disponibilità di taglie) **punti 5 massimo assegnabili**

La ditta non ha prodotto la campionatura delle taglie XS e XXL , inoltre tali taglie non si evincono dalle schede tecniche.

*La Commissione giudica il criterio **insufficiente** corrispondente al coefficiente **0.00** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **0** punti.*

**a) Caratteristiche tecniche del materiale
(resistenza del materiale)**

punti 5 massimo assegnabili

La campionatura visionata evidenzia un materiale abbastanza resistente e idoneo all'utilizzo.

*La Commissione giudica il criterio **buono** corrispondente al coefficiente **0.75** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **3.75** punti.*

b) Modalità di gestione-distribuzione

punti 10 massimo assegnabili

Il progetto tecnico prevede modalità di gestione senza l'utilizzo di erogatori automatici.

*La Commissione giudica il criterio **sufficiente** corrispondente al coefficiente **0.30** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **3** punti.*

Ditta MOLNLYCKE HEALT CARE

**a) Caratteristiche tecniche del materiale
(vestibilità, traspirabilità, comfort termico)**

punti 30 massimo assegnabili

All'apertura della confezione le divise si presentano corrispondenti alle caratteristiche di composizione richieste dal capitolato ovvero casacca e pantaloni confezionati singolarmente, casacca con maniche corte con tasche e adeguata scollatura, pantaloni provvisti di chiusura in vita con elastico o lacci, con una o più tasche.

Dalle prove effettuate da più operatori e in diverse tipologie di interventi il giudizio espresso è risultato positivo. Le divise presentano ottima vestibilità e traspirabilità, collo regolabile mediante bottoncino.

*La Commissione giudica il criterio **ottimo** corrispondente al coefficiente **1.00** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **30** punti.*

**a) Caratteristiche tecniche del materiale
(disponibilità di taglie)**

punti 5 massimo assegnabili

La campionatura prodotta e le relative schede tecniche evidenziano la disponibilità di tutte le taglie. La gamma delle taglie delle divise proposte permette un adeguato utilizzo anche da parte degli operatori che si discostano dagli standard per altezza e peso (fuori taglia).

*La Commissione giudica il criterio **ottimo** corrispondente al coefficiente **1.00** pari a **5** punti.*

**a) Caratteristiche tecniche del materiale
(resistenza del materiale)**

punti 5 massimo assegnabili

Le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalla ditta in campionatura evidenziano un materiale leggero e nel contempo resistente.

*La Commissione giudica il criterio **ottimo** corrispondente al coefficiente **1.00** pari a **5** punti.*

b) Modalità di gestione-distribuzione

punti 10 massimo assegnabili

Ottima modalità di gestione e distribuzione delle divise con presenza di macchina distributrice.

*La Commissione giudica il criterio **ottimo** corrispondente al coefficiente **1.00** pari a **10** punti.*

Ditta CHEMIL

**a) Caratteristiche tecniche del materiale
(vestibilità, traspirabilità, comfort termico)**

punti 30 massimo assegnabili

All'apertura della confezione della campionatura le divise si presentano corrispondenti alle caratteristiche di composizione richieste dal capitolato ovvero casacca e pantaloni confezionati singolarmente, casacca con maniche corte con tasche e adeguata scollatura, pantaloni provvisti di chiusura in vita con elastico o lacci, con una o più tasche. Dalle prove effettuate da più operatori e in diverse tipologie di interventi il giudizio espresso è risultato negativo in quanto i pantaloni sono dotati di un elastico troppo stretto e poco confortevole che lascia vistosi segni sulla cute. La traspirabilità è pessima come anche la vestibilità (sono corte e larghe).

*La Commissione giudica il criterio **insufficiente** corrispondente al coefficiente **0.00** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **0** punti.*

**a) Caratteristiche tecniche del materiale
(disponibilità di taglie)**

punti 5 massimo assegnabili

La ditta non ha prodotto la campionatura delle taglie XS e XXL, della taglia XL ha prodotto n. 2 campioni anziché 3 come previsto dal capitolato speciale d'appalto. Il catalogo presenta tutta la gamma delle taglie richieste.

*La Commissione giudica il criterio **discreto** corrispondente al coefficiente **0.50** pari a **2.5** punti.*

**a) Caratteristiche tecniche del materiale
(resistenza del materiale)**

punti 5 massimo assegnabili

La campionatura visionata evidenzia un materiale abbastanza resistente e idoneo all'utilizzo.

*La Commissione giudica il criterio **buono** corrispondente al coefficiente **0.75** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **3.75** punti.*

b) Modalità di gestione-distribuzione

punti 10 massimo assegnabili

Il progetto tecnico prevede una modalità di gestione non molto chiara.

*La Commissione giudica il criterio **sufficiente** corrispondente al coefficiente **0.30** della griglia sopracitata e conseguentemente vengono assegnati al parametro **3** punti*

La Commissione prende atto che le ditte partecipanti hanno totalizzato il seguente punteggio:


	LOHMAN	DELTAMED	MOLNLYKE HEALT CARE	CHEMIL
a) Caratteristiche tecniche del materiale (vestibilità, traspirabilità, comfort termico)	0	0	30	0
a) Caratteristiche tecniche del materiale (disponibilità di taglie)	5	0	5	0
a) Caratteristiche tecniche del materiale (resistenza del materiale)	5	3.75	5	3.75
Totale parametro a)	10	3.75	40	3.75
b) Modalità di gestione-distribuzione	7.5	3	10	3
Totale parametro b)	7.5	3	10	3
Totale parametro a)+b)	17.5	6.75	50	6.75

La Commissione prende atto che non sono ritenute idonee le offerte delle ditte LOHMAN, DELTAMED e CHEMIL che non hanno raggiunto le soglie minime (Caratteristiche tecniche del materiale 24/40, Modalità di gestione-distribuzione 6/10) di punteggio qualità previste dal capitolato speciale di gara.

La Commissione, terminati i lavori, trasmette il presente verbale al RUP per i provvedimenti di competenza.

Alba, lì 09/10/2017

- **Sig.ra CABUTTI Simonetta**
I.C.I. SOC Direzione di Presidio ASL CN2 Presidente



- **Dott.ssa BARACCO Maddalena**
Coordinatore Infermieristico Sale Operatorie Ortopedia-Oculistica-Ginecologia – Ostetricia-Otorino del P.O. San Lazzaro di Alba
Componente e segretario verbalizzante



REGIONE PIEMONTE
A.S.L. N. 10 ALBA - BRA
S.O. ORTOPEDIA E OCULISTICA
C.P.S.E. Maddalena BARACCO

- **Dott.ssa GONELLA Elena**
Coordinatore Infermieristico gestionale blocco operatorio Mondovì-Ceva
Componente



REGIONE PIEMONTE - A.S.L. CN1
Blocco Operatorio Mondovì - Ceva
Coordinatore Infermieristico
Gestionale
Elena GONELLA