



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti –
Acquisti in ambito AIC4**

Responsabile: **Dott. Claudio MONTI**

Responsabile dell'istruttoria: Silvia GATTI

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/594373

✓ tramite fax: 0173/316480

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it – sgatti@aslcn2.it

REG_AS_L_CN2.26/04/2017.0024793.P_CEC-PRV

Fascicolo: I.5.04.01|2017|104|

Alba, 26/04/2017

Spett.le ditta

Oggetto	CHIARIMENTI E PROROGA SCADENZA - FORNITURA DI UN SISTEMA PER LA PROCESSAZIONE E L'INCLUSIONE DI CAMPIONI CITO/ISTOLOGICI, OCCORRENTE ALLA SC ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DEL P.O. DI ALBA, COSTITUITO DA UN PROCESSORE PER CAMPIONI ISTOLOGICI E DA UNA CENTRALINA DA INCLUSIONE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/16 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. SMART CIG: ZB61E371A9
---------	---

CHIARIMENTI

Con la presente si comunicano, di seguito, le richieste di chiarimenti pervenute da ditte concorrenti e le relative risposte:

DOMANDA 1

Buongiorno,

in riferimento alla gara in oggetto, chiediamo di separare i due lotti e di rendere preferibile la seguente caratteristica per il Processore per campioni istologici:

alcolimetro integrato con misurazione automatica della concentrazione degli alcoli ad ogni processazione

in quanto la caratteristica richiesta individua una sola ditta limitando la libera concorrenza e libero mercato (art. 68 D.Lgs. 50/2016, comma 4).



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

DOMANDA 2

Buongiorno, fra le caratteristiche minime della centralina di inclusione c'è anche la dimensione massima dell'insieme delle due unità; larghezza 900 x profondità 600 x altezza 400 mm; questa caratteristica unita ad altre caratteristiche "preferenziali" relative al processore, limitano la concorrenza ad un solo partecipante; si fa notare che la centralina di inclusione è costituita da due moduli indipendenti separati di cui soltanto uno è consigliato sotto cappa; per quanto riguarda le caratteristiche preferenziali del processore queste identificano in maniera assolutamente univoca uno strumento concorrente; pertanto si richiede di modificare la caratteristica minima relativa alle dimensioni della centralina e di inserire il principio di equivalenza per quanto riguarda la caratteristiche minime e preferenziali del processore.

RISPOSTA

Prendiamo atto delle vostre richieste ma si conferma quanto richiesto nella lettera di invito e capitolato.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROROGA SCADENZA

Si comunica, altresì, che la data di scadenza per l'invio delle offerte della gara in oggetto è prorogata al 02/05/2017 ore 12:00
Rimangono invariate tutte le altre indicazioni espresse nella lettera di invito e capitolato

Distinti saluti.

Per IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio MONTI
(F.to in originale)