



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

Struttura Operativa competente:

SERVIZI TECNICI

Direttore: Arch BIANCO Ferruccio Tel 0173/316393

Responsabile dell'istruttoria: RAVINA Valeria

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano

✓ telefonicamente: – 0173/316391

✓ tramite fax: 0173/316262

tramite e-mail: vravina@aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROTOCOLLO			
N°. E DATA 3214489 02/08/2017			
Classificazione	1	5	05

AL DIRETTORE
S.O.C. PROVVEDITORATO
DR. MONTI

Acq barella doccia – Hospice Bra

Oggetto	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA N. 1 BARELLA DOCCIA OCCORRENTE ALLA S.S. HOSPICE DI BRA RDO MEPA N. 1620426 - SMART CIG: Z7C1F1DE29
----------------	---

Con riferimento al procedura negoziata per la fornitura n. 1 barella doccia occorrente a S.S. HOSPICE DI BRA, sono pervenute le proposte:

- ASCOM BARELLA GIAVAZZI GV100e
- CHINESPORT BARELLA LD32
- EUROSERVIZI BARELLA NEFTI BI110
- NOVAMED BARELLA MORETTI NEFTI BI110

Tenuto conto di quanto indicato nella lettera di invito relativamente alle caratteristiche tecniche:

- due set di batterie rimovibili e ricaricabili
- caricabatteria
- materasso con cuscino morbido che sia facile da rimuovere
- facilmente trasportabile
- regolazione dell'altezza azionata elettricamente
- regolazione dello schienale
- sponde di sicurezza pieghevoli, con fermi di sicurezza
- supporti per l'impugnatura della doccia
- maniglia integrata per i comfort del degente
- leggera pendenza della barella per lo scarico dell'acqua
- tubo di scarico diviso che consente due lunghezze del tubo
- doppi supporti per lo scarico
- tappo di scarico
- freni su tutte e quattro le ruote
- dispositivo sterzante su due ruote
- peso massimo paziente 182 kg
- carico totale massimo 200 kg

verificate le caratteristiche tecniche dei modelli proposti, si evidenzia che relativamente al carico totale massimo a fronte dei 200 kg richiesti, l'offerta della ditta ASCOM non soddisfa tale requisito essendo la portata massima di 190 kg, per quanto richiesto alla specifica come peso massimo del paziente di 182 kg, si ritiene non significativa la minime variazione di 2 kg



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

dell'offerta della ditta CHINESPORT poiché rimane determinante il carico totale massimo di 200 kg e quindi comunque requisito soddisfatto. Nelle restanti proposte, inoltre non si evince tale parametro.

Inoltre, per quanto riguarda le offerte delle ditte EUROSERVI e NOVAMED srl non sono conformi in quanto non essendo dotate di regolazione dello schienale, non corrispondendo completamente alle caratteristiche tecniche di minima elencate all'Art. 2 del Capitolato.

Relativamente alle altre specifiche tecniche della lettera di invito, pertanto verificato la completezza della fornitura, la conformità normativa EN 60601.1 – CEI 62.5, alla direttiva 93/42/CE e la garanzia del costruttore di 24 mesi, da verificarla per la sola ditta CHINISPORT, questa S.C. SERVIZI TECNICI Settore Ingegneria Clinica è favorevole all'acquisizione dell'apparecchiatura tra le offerte della sola ditta:

- CHINESPORT BARELLA LD32

Ad ogni buon conto in merito alle offerte delle ditte EUROSERVIZI e NOVAMED occorre tenere in evidenza il parere espresso anche dal dirigente medico S.S. HOSPICE e della coordinatrice infermieristica S.S. OSPICE che si allega.

Inoltre, è necessario richiedere sempre alle ditte fornitrici, oltre al manuale tecnico operativo in forma cartacea ed obbligatorio, anche l'equivalente in formato elettronico *.pdf, per costituire il libro macchina in forma elettronico, oltreché la formazione all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE S.C. SERVIZI TECNICI
Ing. Ferruccio GAUDINO
(F.to in originale)

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI
ARCH. BIANCO FERRUCCIO
(F.to in originale)



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Bra, 31/07/2017

PROTOCOLLO			
reg_aslCN2	31/07/2017	3211963	
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO
Classificazione			
I.	5.	04.	01
generale		procedimentale	
Risposta a nota n.		del	

Alla c.a. Responsabile F.F. Dott. C. Monti

S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione
Contratti – Acquisti in ambito AIC4

OGGETTO: VERSIONE CORRETTA: Parere di conformità per la fornitura di n.1 barella doccia per la S.S. HOSPICE

In relazione alla procedura negoziata per la fornitura N.1 barella doccia occorrente per la S.S. HOSPICE di Bra, tramite RDO MEPA N. 1620426 ai sensi dell'ART. 36 del DLGS 50/16 del regolamento delle spese in economia SMART CIG: Z7C1F1DE29, si esprimono i seguenti pareri.

- parere di NON conformità per l'articolo offerto sia da EUROSERVIZI Dispositivi Medici e dalla ditta NOVAMED srl: "Barella Doccia Elettrica Nefti cod. BI110" in quanto non essendo dotata di regolazione dello schienale, non risponde completamente alle caratteristiche tecniche di minima elencate all'Art. 2 del Capitolato.
- l'articolo offerto dalla ASCOM srl "GIAVGV100E" non risponde completamente alle caratteristiche tecniche di minima elencate all'Art. 2 del Capitolato, in quanto non è dotato di regolazione dello schienale ma dispone di un cuscino trapezoidale per posizionare l'utente, che rende l'articolo comunque conforme ai requisiti.
- l'articolo offerto dalla CHINESPORT spa "LD32D2121" risponde completamente alle caratteristiche tecniche di minima elencate all'Art. 2 del Capitolato.

In attesa di riscontro, si porgono distinti e cordiali saluti.

Coordinatrice Infermieristica
S.S. HOSPICE
Maria Pia Bona
(F.TO IN ORIGINALE)

Dirigente Medico
S.S. HOSPICE
Dott. R. Burello
(F.TO IN ORIGINALE)



www.regione.piemonte.it/sanita