



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

Struttura Operativa competente:

**SERVIZI TECNICI**

Direttore: Arch BIANCO Ferruccio Tel 0173/316393

Responsabile dell'istruttoria: RAVINA Valeria

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano

✓ telefonicamente: – 0173/316391

✓ tramite fax: 0173/316262

tramite e-mail: vravina@aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROTOCOLLO			
N°. E DATA 3239389 29/08/2017			
Classificazione	1	5	05

AL DIRETTORE  
S.O.C. PROVVEDITORATO  
DR. MONTI

Acq frigoriferi – lotto 2 –corrispo/2017 rev2

<b>Oggetto</b>	<b>PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI PER LA FORNITURA FRIGORIFERI PER FARMACI OCCORRENTI A STRUTTURE DIVERSE LOTTO 2: n. 1 Frigorifero Medika 100 o prodotto analogo; n. 1 Frigorifero Medika 170 o prodotto analogo; n. 2 Frigorifero Medika 200 o prodotto analogo; - SMART CIG ZA51F6AFDB - RDO N° 1642853</b>
----------------	--

Con riferimento al procedura negoziata per la fornitura n. 4 frigoriferi per farmaci occorrente a SSCC diverse dell'ASL CN2, sono pervenute le proposte dalle ditte:

- C.F. DI CIRO FIOCCHETTI
- ASHI
- ANGELANTONI LIFE SCIENCE
- KW APPARECCHI SCIENTIFICI
- NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA
- SELEFAR
- SINTEK
- SMEG

Tenuto conto di quanto richiesto dalla lettera di invito relativamente alle caratteristiche tecniche, che i quattro frigoriferi devono essere analoghi a:

A). n. 1 Frigorifero MEDIKA 100 O PRODOTTO ANALOGO con porta trasparente corredato di 1 RIPIANO a griglia o in vetro, estraibili per l' Assistenza Domiciliare Infermieristica (ADI) Piazza Lagorio n. 5 Cherasco (CN)

B) n. 1 Frigorifero MEDIKA 170 O PRODOTTO ANALOGO con porta trasparente corredato di 4 RIPIANI a griglia o in vetro, estraibili per il Reparto di cardiologia presso P.O. di Alba – via Pierino Belli n. 26 – Alba (CN)

C) n. 1 Frigorifero MEDIKA 200 O PRODOTTO ANALOGO con porta trasparente corredato di 3 RIPIANI a griglia o in vetro, estraibili per il Centro Salute Mentale (C.S.M.) – via Armando Diaz n.8 – Alba (CN)

D) n. 1 Frigorifero MEDIKA 200 O PRODOTTO ANALOGO con porta trasparente corredato di 4 RIPIANI a griglia o in vetro, estraibili per il Poliambulatorio – via Armando Diaz



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

n.8 – Alba (CN)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

A seguito della verifica tecnica delle offerte a riscontro delle specifiche richieste per le varie tipologie, nella fattispecie:

A). n. 1 Frigorifero MEDIKA 100 O PRODOTTO ANALOGO

Tutti i frigoriferi proposti risultano idonei ad esclusione dell'offerta della ditta ANGELANTONI LIFE SCIENCE con il modello FRL160VX7, che propone un frigorifero con la porta cieca, pertanto non idoneo.

B) n. 1 Frigorifero MEDIKA 170 O PRODOTTO ANALOGO

Considerato che le caratteristiche tecniche di riferimento sono quelle relative al Frigorifero Medika 170, con un volume utile di 179 litri ed una tolleranza del 10%, si adotta il criterio che risultano idonei i frigoriferi con volume utile superiore e non idonei quelli con volume inferiore, pertanto rispettano le richieste della lettera di invito le ditte:

- C.F. DI CIRO FIOCCHETTI                      modello MEDIKA 170 ECT-F
- ASHI    modello FRFS20V
- ANGELANTONI LIFE SCIENCE                      modello FRL 260 VGLX
- NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA                      modello FR FA 18 G
- SINTEK    modello MEDIKA 170 ECT-F TOUCH
- SMEG    modello FV20G1A

Risultano invece non idonee le proposte della ditta KW APPARECCHI SCIENTIFICI con il modello KBPR180VNG poiché con capacità di 150 litri, e la ditta SELEFAR con il modello PHV200-TFT poiché con capacità di 145 litri.

C) n. 1 Frigorifero MEDIKA 200 O PRODOTTO ANALOGO ( a 3 ripiani)

D) n. 1 Frigorifero MEDIKA 200 O PRODOTTO ANALOGO ( a 4 ripiani)

Considerato che le caratteristiche tecniche di riferimento sono quelle relative al Frigorifero Medika 200, con un volume utile di 221 litri ed una tolleranza del 10%, si adotta il criterio che risultano idonei i frigoriferi con volume utile superiore e non idonei quelli con volume inferiore, pertanto rispettano le richieste della lettera di invito le ditte:

- C.F. DI CIRO FIOCCHETTI                      modello MEDIKA 200 ECT-F
- ASHI    modello FRFS20V
- ANGELANTONI LIFE SCIENCE                      modello FRL 260 VGLX
- KW APP.SCIENTIFICHE                              modello Modello KBPR 310V
- NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA                      modello FR FA 22 G
- SINTEK    modello MEDIKA 200 ECT-F TOUCH
- SMEG    modello FV20G1A



**A.S.L. CN2**

*Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Risulta invece non idonea la proposta della ditta SELEFAR con il modello PHV200-TFT poiché con capacità di 145 litri.

Verificato inoltre la conformità normativa EN 60601.1 – CEI 62.5, questa S.C. SERVIZI TECNICI Settore Ingegneria Clinica esprime parere favorevole all'acquisizione delle apparecchiature tra quelle indicate.

Inoltre, è necessario richiedere sempre alle ditte fornitrici, oltre al manuale tecnico operativo in forma cartacea ed obbligatorio, anche l'equivalente in formato elettronico \*.pdf, per costituire il libro macchina in forma elettronica, oltreché la formazione all'utilizzo dell'apparecchiatura

Distinti saluti.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI  
ARCH. BIANCO FERRUCCIO  
(F.to in originale)