



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti –
Acquisti in ambito AIC4**

Responsabile: **Dott. Claudio MONTI**

Responsabile dell'istruttoria: Paolo GIACONE

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/594360

tramite fax: 0173/316480

tramite mail: aslcn2@legalmail.it

Alba, li 28/07/2017

Oggetto	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI MISCELA DI PROTOSSIDO DI AZOTO E OSSIGENO IN BOMBOLE COMPRENSIVA DI APPARECCHIATURA IDONEA ALL'EROGAZIONE DA IMPIEGARE IN TRAVAGLIO DI PARTO OCCORRENTE ALLE S.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA DELL'ASL CN2 ALBA BRA PER UN PERIODO DI 12 MESI TRAMITE PROCEDURA RDO MEPA GARA N. 1639299 SMART CIG Z8D1F4BB3B.
----------------	--

DOMANDA :

La somministrazione del farmaco deve essere realizzata con una valvola *on demand* che consenta l'erogazione del prodotto solo nelle fasi di inspirazione della paziente e che tale dispositivo debba essere dotato di attacchi standard che consentano il collegamento di filtri e maschere monouso già disponibili all'interno della struttura ospedaliera (diametro 22).

Si chiede di precisare se il materiale consumabile debba essere quotato separatamente con un listino, in quanto il consumabile non è computabile con il prezzo del farmaco.

Per la movimentazione e stoccaggio in sicurezza delle bombole, non vengono richiesti specifici carrelli.

Si richiede se all'interno della fornitura debba essere valutata la messa a disposizione di un dispositivo che abbia come caratteristiche minime: 4 ruote piroettanti e frenanti, alloggiamento per un n° minimo di 2 bombole, vano porta consumabili.

All'interno del CSA non viene riportata la necessità di fornire un sistema di evacuazione, pertanto si chiede conferma sulla presenza di un sistema centralizzato di evacuazione gas anestetici nei locali di utilizzo del farmaco a cui poter collegare la valvola *on demand* per lo smaltimento degli esalati. Trattandosi di una fornitura di farmaco, la ditta offerte non potrebbe quotare un sistema di evacuazione nel prezzo della confezione, ma potreste valutare il comodato d'uso gratuito di un sistema abbinato alla fornitura o una specifica quota di noleggio mensile, qualora l'impianto centralizzato sia assente.

RISPOSTA:

La nostra richiesta è di una apparecchiatura completa per la parto analgesia con protossido di azoto e ossigeno come LIVOPAN e sistema idoneo all'erogazione o prodotto dalle analoghe caratteristiche, ciò significa che è indispensabile che la stessa abbia tutti i componenti (carrello, bombole, maschere, valvole *on demand*, sistema di evacuazione ecc.) che ne permettano il corretto utilizzo.

L'offerta economica, come indicato nel modulo offerta "allegato A", deve comprendere la miscela di protossido di azoto e ossigeno e tutta l'apparecchiatura idonea all'erogazione del farmaco e deve obbligatoriamente rispettare il prezzo a base d'asta indicato nello stesso.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott. Claudio Monti

(F.to in originale)