



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ID . 3240621

S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DIRETTORE f.f. Dr. Massimo FOGLIA

Ospedale San Lazzaro - Via Pierino Belli, 26 - 12051 Alba

Tel 0173/316370 Fax 0173/316026

E.mail: ginecologia.alba@aslcn2.it

Al S.S. Logistica - Servizi Generali
Esecuzione Contratti Acquisti
ASLCN2

Alba, 21.08.2017

A seguito della Vs. richiesta di conformità dei prodotti offerti per l'utilizzo del protossido di azoto in ambito ostetrico (parto analgesia) si comunica quanto segue:

Dall'analisi delle schede tecniche delle apparecchiature presentate dalle ditte SOL SPA - AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA - RIVOIRIA PHARMA SPA - LINDE MEDICALE relative alla procedura di gara "Miscela di protossido di azoto e ossigeno ed apparecchiatura per idonea erogazione" si evince che solo il prodotto offerto dalla ditta Linde utilizzando il sistema di evacuazione a doppia maschera garantisce livelli minimi di protossido di azoto relativi all'inquinamento ambientale. Il sistema a doppia maschera riesce a recuperare sia l'esalato dal paziente sia le eventuali perdite. Tale sistema risulta indispensabile per garantire una maggiore sicurezza degli operatori.

Ringraziando per la collaborazione pongo cordiali saluti.

IL DIRETTORE F.F.
S.O.C. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
(Dott. Massimo FOGLIA)
F.to in originale