



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. FARMACIA OSPEDALIERA

Direttore: *Dr. Mario Sanò*

Recapiti a cui rivolgersi:

- ✓ personalmente: P.O. "San Lazzaro" Via P. Belli 26 , Alba (CN) – piano interrato
- ✓ telefonicamente: 0173/316 278 – 0173/594213 tramite fax: 0173/316556

tramite e-mail: farmacia.alba@aslcn2.it

PROTOCOLLO			
reg_aslCN2	27.12.2017	3392557	
<small>REGISTRO A.O.</small>	<small>DATA</small>	<small>NUMERO</small>	<small>TIPO</small>
Classificazione			
<small>generale</small>		<small>procedimentale</small>	
Risposta a nota n.		del	

Spett.le
Dott. Monti
Responsabile S.S. Logistica
e p.c.
Dott. M. Sanò
Direttore Farmacia Ospedaliera

**OGGETTO: GARA MEDICAZIONI TRADIZIONALI non ricomprese in gara S.C.R.
RELAZIONE TECNICA**

LOTTO 1

- CALZE ELASTICHE ANTITROMBO

Unica ditta partecipante MEDTRONIC

Con il prodotto T.E.D. coscia mis. varie – cod. vari, provvisto delle caratteristiche richieste – **idoneo**

LOTTO 2 A

- BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE CLAVICOLA – SPALLA – BRACCIO

Sono pervenute le offerte con relativa campionatura delle ditte:

- ARTSANITY – ROTOLO MULTISTRIP cod. 8010
- DASER – Delux cod. AS101-
- FARMAC ZABBAN – SUPPORTO per braccio/spalla 3187 cod. listino 2501367321/2/3
- MEGAPHARMA OSP. – REGGIBRACCIO con immobilizzatore cod. 04RB10XX

- DITTA STILMED campionatura non pervenuta

LOTTO 2B



www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- BENDAGGIO PER IMMOBILIZZAZIONE CLAVICOLA

Sono pervenute le offerte con relativa campionatura delle ditte:

- DASER - Clavibend cod. SP 200 descritto in bolla ma inviato materiale marchio OPP0 4075, diverso da quello inviato da FARMAC ZABBAN
- FARMAC ZABBAN Supporto per clavicola 4075 cod. 2501366602/3/4
- MEGAFARMA OSP. – IMMOBILIZZATORE per CLAVICOLA cod. 04ICSOXX
- DITTA STILMED:campionatura non pervenuta

- ARTSANITY – CLAVISYSTEM economico cod. 2127- 2128 2129 2130
Si tratta di prodotto già utilizzato, provvisto delle caratteristiche richieste – **idoneo**

In relazione ai lotti 2A e 2B si allega la relazione tecnica elaborata dalle SC di Ortopedia di Alba e Bra che hanno effettuato la valutazione delle campionature

LOTTO 3

- BENDA ANELASTICA per TAPING cm 5 x mt 10 ca

Le ditte partecipanti che hanno inviato la campionatura:

- Ditta BSN: STRAPPAL cod. 71493-00
- Ditta FARMAC ZABBAN: SPORTBAND cod. -1103M
- Ditta EUROFARM: EUROTAPPE cod. 746005

La valutazione tecnica è stata effettuata dal personale di Sala Gessi dell'Ospedale S. Spirito di Bra e dal Dr. Ferro – Medicina Sportiva, con esito, per tutti i prodotti presentati, di non conformità delle caratteristiche indicate in capitolato.

Sono state evidenziate l'insufficiente adesività e la scarsa tenuta, parametri indispensabili per un corretto svolgimento delle procedure.

La Ditta LOHMANN Rauscher presenta POROTAPE cm 3,8 x mt 10 cod. 30082, in possesso dei requisiti richiesti – **idoneo**

LOTTO 4

- BENDA SALVAPELLE cm7x mt 30 ca

La campionatura richiesta alle ditte partecipanti è stata valutata dal dr. Torre (SC Chirurgia PO S.Spirito Bra)

- Ditta LOHMANN Rauscher presenta HAFTAN cod. 22315
- Ditta BSN presenta TENSOBAN cod. 71500-08
- Ditta MEGA PHARMA presenta benda salvapelle cod. 30SP0010



www.regione.piemonte.it/sanita

Tali presidi sono stati giudicati tutti **idonei** in quanto provvisti dei requisiti richiesti.

- Ditta EUROFARM presenta EUROSAVE cod. 514002: **non idoneo** alle esigenze degli operatori in quanto dotato di scarsa resistenza, insufficiente proprietà coesive con tendenza a ripiegarsi su se stesso.

La Ditta FARMAC ZABBAN presenta SPORT SKIN cod. 2500832301, già utilizzato in precedenza – **idoneo**.

LOTTO 5

- CEROTTO per fissaggio nasale

Le ditte partecipanti MEDICA VALEGGIA, VIGLIA, EUROFARM, hanno fornito la campionatura richiesta che è stata valutata dal Servizio Anestesia Rianimazione (vedi relazione allegata).

La ditta Medica Vallenggia presenta il dispositivo DALE 160 risultato provvisto delle caratteristiche richieste in capitolato – **idoneo**

La ditta VIGLIA presenta il dispositivo STATLOCK nasogastrico

La ditta EUROFARM presenta il dispositivo ENTERALFIX

Entrambi i prodotti sono stati valutati **non idonei** in quanto dotati di non sufficiente adesività e di limitata permanenza in sede (vedi relazione allegata).

Pertanto solamente il dispositivo DALE (ditta Medica Vallenggia) risponde completamente a tutte le caratteristiche necessarie agli operatori.

LOTTO 6

- MEDICAZIONE in schiuma di poliuretano per imbottitura sottobendaggio

Le ditte partecipanti sono:

BSN che presenta LEUKOTAPE FOAM cod. 9776-00 costituito da un sistema di imbottitura a base di schiuma di poliuretano ma NON autoaderente, requisito richiesto in capitolato. **Da escludere**

3M che presenta il prodotto RESTON FOAM PAD cod. 1561, dotato di tutte le caratteristiche richieste – **idoneo**

LOTTO 7

- MEDICAZIONE antisettica a base di CLOREXIDINA

Unica ditta partecipante SMITH NEPHEW che presenta il prodotto BACTIGRAS cod. 7457



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

dotato dei requisiti richiesti- **idoneo**

LOTTO 8

- LANCETTE per CHIRURGIA OFTALMICA
Le ditte partecipanti sono:

CB MEDICAL che presenta il prodotto SOFTCELL

LOHMANN RAUSCHER che presenta il prodotto PRO -OPHTA

Le campionature richieste sono state valutate in S.O. OFTALMICA, è emerso un giudizio di equivalenza qualitativa (come da relazione allegata): entrambi i prodotti sono pertanto giudicati **idonei**

IL FARMACISTA
SC Farmacia Ospedaliera
f.to Dr F. Riella