



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

Struttura Operativa competente:

SERVIZI TECNICI

Direttore: Arch BIANCO Ferruccio Tel 0173/316393

Responsabile dell'istruttoria: RAVINA Valeria

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano

✓ telefonicamente: - 0173/316391

✓ tramite fax: 0173/316262

tramite e-mail: vravina@aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROTOCOLLO			
N°: E DATA 3332103/P 07/11/2017			
Classificazione	1	5	05

AL DIRETTORE
S.C. PROVVEDITORATO
DR. MONTI

Acq respiratore - Pediatria

Oggetto	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 RESPIRATORE AD ALTI FLUSSI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA DEL P.O. DI ALBA - MEPA SMART CIG Z01202BD4F
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con riferimento al preventivo di offerta proposta dalle ditte:

- EUROMED SRL - modello GREAT GROUP MEDICAL HUMIDOFLO HF2900D2
- FISHER&PAYKEL – modello AIRVO™ 2

relativamente alla fornitura di N. 1 respiratore ad alti flussi AIRVO™ 2 o prodotto analogo, che utilizzi O₂ con attacco a muro.

Verificate le caratteristiche tecniche del respiratore AIRVO™ 2, queste sono sovrapponibili a quelle del respiratore HUMIDOFLO HF2900D2, sia per quanto concerne il riscaldamento e l'umidificazione del gas, sia per quanto riguarda la regolazione fine della portata del gas in termini di litri per minuto in pazienti pediatrici e neonatali. Sono presenti gli allarmi sull'impostazione della temperatura, umidità relativa e SpO₂.

Le dotazioni monouso degli accessori per entrambe le proposte, riducono il rischio clinico di infezioni e delle contaminazioni crociate. Verificata inoltre la conformità normativa EN 60601.1 – CEI 62.5, alla direttiva 2006/42/CE, 93/42/CE, questa S.C. SERVIZI TECNICI Settore Ingegneria Clinica esprime parere favorevole alla fornitura di uno dei respiratori proposti dalla due ditte ritenendole equivalenti, in riferimento alla dotazione e completezza degli accessori e materiali monouso, essendo parte rilevante della fornitura per il periodo di 36 mesi, si rimanda la valutazione al Responsabile della SC di Pediatria

Si evidenzia il periodo di garanzia di 24 mesi

E' necessario richiedere sempre alle ditte fornitrici, oltre al manuale tecnico operativo in forma cartacea ed obbligatorio, anche l'equivalente in formato elettronico *.pdf, per costituire il libro macchina in forma elettronico, oltreché la formazione all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI
ARCH . BIANCO FERRUCCIO
(F.to in originale)