



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

Struttura Operativa competente:

SERVIZI TECNICI

Direttore: Arch BIANCO Ferruccio Tel 0173/316393

Responsabile dell'istruttoria: RAVINA Valeria

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – 3° piano

✓ telefonicamente: – 0173/316391

✓ tramite fax: 0173/316262

tramite e-mail: rvavina@aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROTOCOLLO			
N°. E DATA 3362589 01/12/2017			
Classificazione	1	5	05

AL DIRETTORE
S.C. PROVVEDITORATO
DR. MONTI

Acq Pompa - Pediatria

Oggetto	PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 POMPA A SIRINGA PER NUTRIZIONE ENTERALE NEONATALE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE ALLA PEDIATRIA DEL P.O. DI ALBA MEPA RDO N. 1757924 SMART CIG: Z57209CBF6
----------------	--

Con riferimento alla trattativa gara di cui in oggetto, è pervenute l'offerta della ditta: CAIR ITALIA SRL con il modello di pompa nutrizionale: FRESENIUS PRONEO AGILIA ENTERAL.

Si sono verificate le caratteristiche tecniche qualitative qui riprese,

- codice colore enterale (viola)
- riconoscimento automatico di sole siringhe enterali (rispondenti alla norma europea EN1615)
- velocità di infusione a doppio decimale con velocità massima autolimitata a 200 ml/h
- display che permetta la lettura in lingua italiana di tutte le informazioni relative all'infusione
- possibilità di attivare la modalità silenziosa anti stress neonatale

che trovano riscontro nel modello proposto PRONEO AGILIA ENTERAL.

Relativamente alla conformità dei materiali di consumo, siringhe, prolunghe di connessione, sonda naso gastrico, si rimanda al Responsabile della S.C. di Pediatria per una valutazione di congruità e completezza della proposta di fornitura.

Ritenuto che le caratteristiche della pompa nutrizionale rispettano le richieste di cui alla lettera di invito, verificato inoltre la rispondenza normativa EN 60601.1 – CEI 62.5, alla direttiva 2006/42/CE, 93/42/CE e la garanzia del costruttore di 24 mesi, induce questa S.C. SERVIZI TECNICI Settore Ingegneria Clinica ad esprimere parere favorevole all'acquisizione dell'apparecchiatura per quanto di competenza.

Inoltre, è necessario richiedere sempre alle ditte fornitrici, oltre al manuale tecnico operativo in forma cartacea ed obbligatorio, anche l'equivalente in formato elettronico *.pdf, per costituire il libro macchina in forma elettronico, oltreché la formazione all'utilizzo dell'apparecchiatura.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZI TECNICI
ARCH. BIANCO FERRUCCIO
(F.to in originale)