DIAGNOSTICI VARI

	DITTE PARTECIPANTI															
		NOTE		NOTE		NOTE		NOTE		NOTE		NOTE		NOTE		NOTE
LOTTI																
1	BSN SRL	NON CONFORME Tempo di lettura dei risultati più lungo, falsi positivi incaso di perdite ematiche.	BETA DIAGNOSTICI	NON CONFORME Tempo di lettura dei risultati più lungo, procedura più complessa. Falsi positivi in caso di perdite ematiche.	ALERE	OK. CONFORME Tempo di lettura più breve. Non influenzato dalla presenza di eventuali perdite ematiche.	MASCIA	NON CONFORME Tempo di lettura dei risultati più lungo. Falsi positivi in caso di perdite ematiche.	DYASET	NON CONFORME Tempo di lettura dei risultati più lungo. Falsi positivi in caso di perdite ematiche.	DID	NON CONFORME Tempo di lettura dei risultati troppo lungo. Falsi positivi in caso di perdite ematiche.	DASIT	NON CONFORME Tempo di lettura dei risultati più lungo. Falsi positivi in caso di perdite ematiche.		
2	BIOSIGMA	NON CONFORME. I diagnostici non corrispondono alle esigenze della struttura in quanto l'utilizzo di due metodiche diverse comporterebbe un aggravio temporale di lavoro nonché un allungamento dei tempi di refertazione.	BETA DIAGNOSTICI	NON CONFORME. I diagnostici non corrispondono alle esigenze della struttura in quanto l'utilizzo di due metodiche diverse comporterebbe un aggravio temporale di lavoro nonché un allungamento dei tempi di refertazione.	ALERE	OK. CONFORME	MASCIA	OK. CONFORME (valutare poi i prezzi dell'offerta economica in quanto la ditta propone test cumulativi e non distinti (legionella e pneumococco))	DYASET	NON CONFORME. I diagnostici non corrispondono alle esigenze della struttura in quanto l'utilizzo di due metodiche diverse comporterebbe un aggravio temporale di lavoro nonché un allungamento dei tempi di refertazione.	DID	NON CONFORME. Dalle schede tecniche risulta che l'utilizzo del diagnostico non è previsto su campione di urine per clamidia.	DASIT	OK. CONFORME	RELAB	NON CONFORME. Dalle schede non si evince l'utilizzo del diagnostico su liquido cefalorachidiano
3	MASCIA	OK. CONFORME	THERMO	OK. CONFORME	DID	OK. CONFORME										
4	BIOMERIEUX	OK. CONFORME														
5	MERIDIAN	OK. CONFORME	DASIT	NON CONFORME. I diagnostici non corrispondono alle esigenze della struttura utilizzatrice in quanto la metodica è diversa da quella richiesta.												
6	BETA	OK. CONFORME	MERIDIAN	OK. CONFORME	BIOHIT	OK CONFORME	ALERE	NON CONFORME in quanto il diagnostico relativo alla ricerca dell'antigene del Campylobacter non è specifico per specie patogene per l'uomo	MASCIA	OK. CONFORME	DYASET	NON CONFORME in quanto il diagnostico relativo alla ricerca dell'antigene del Campylobacter non è specifico per specie patogene per l'uomo	DID	OK. CONFORME		
7	deserto															
8	deserto															
9	BSN SRL	OK CONFORME	BETA	NON CONFORME. I diagnostici offerti non corrispondono alle esigenze della struttura per la complessità di esecuzione dei test, per ampio spettro di molecole rilevabili (implica l'utilizzo di reagenti per una gamma di test non necessari, appesantendo la procedura di preparazione e di esecuzione degli esami)	ALERE	OK CONFORME	BIOSIGMA	OK CONFOME	DYASET	NON CONFORME. I diagnostici offerti non corrispondono alle esigenze della struttura per la complessità di esecuzione dei test per ampio spettro di molecole rilevabili (implica l'utilizzo di reagenti per una gamma di test non necessari, appesantendo la procedura di preparazione e di esecuzione degli esami)						