



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi

Responsabile: **Dott. Claudio MONTI**

Responsabile dell'istruttoria: Tiziana BERRUTI

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo

✓ telefonicamente: 0173/316581

✓ tramite fax: 0173/316480

tramite e-mail: aslc2@legalmail.it – tberruti@aslc2.it

--

Oggetto	RICHIEDA DI PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI N. 1 LETTINO DA VISITA CARDIOLOGICA OCCORRENTE PER IL PROGETTO CASA DELLA SALUTE - AMBULATORIO CANALE TRAMITE RDO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA. CUP G85B16000030002 SMART CIG Z22225AD37. RISPOSTA A CHIARIMENTI.
----------------	---

DOMANDA

La larghezza 76 cm è da considerare come minima o massima? Possiamo proporre lettini con larghezza minore?

RISPOSTA

La larghezza di 76 cm è da considerare come larghezza massima in considerazione della dimensione dell'ambulatorio. Possono essere proposti lettini con larghezza minore con una tollerabilità di 2 – 3 cm in meno di 76.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Claudio MONTI
(F.to in originale)



www.regione.piemonte.it/sanita