

Da: Riella Dott. Felice

Inviato: mercoledì 7 marzo 2018 13:58

Oggetto: Gara "SISTEMA DI UMIDIFICAZIONE PER OSSIGENOTERAPIA"

Visto la documentazione tecnica pervenuta dalle due Ditte partecipanti si evidenzia quanto segue:

MEDTRONIC L'offerta è relativa a flacone da ml 325, cod. 2221 in possesso di tutti i requisiti presenti in capitolato ; in particolare si tratta di flacone multipaziente con la possibilità di utilizzo fino a 100 giorni (possibilità di esaurire tutto il contenuto del flacone)

TELEFLEX L'offerta è relativa a AQUAPAK ml 340 , cod. 400301; il prodotto viene descritto con la specifica di monouso. In scheda tecnica , inoltre, non risultano riportate caratteristiche quali multipaziente né possibilità di utilizzo per un periodo pari ad almeno sette giorni (come indicato in capitolato). Pertanto non risulta in possesso di tutte le caratteristiche previste dal capitolato di gara.

Cordiali saluti

Dr Felice Riella

SC Farmacia Ospedaliera

ASLCN2 Alba Bra