



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**S.S. Logistica, Acquisti e Servizi**

**Responsabile: Dott. Claudio MONTI**

Responsabile dell'istruttoria: Pelazza Patrizia

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Via Vida 10 I piano

✓ telefonicamente: 0173/316582

tramite e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it);

Alba, lì 05/04/2018

PROTOCOLLO
REG_AS_L_CN2.05/04/2018.0020930.P_CEC-PRV
Classificazione I.5.04.01/2017/171

Spett.le: DITTA

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE DI STERILIZZAZIONE. PROCEDURA  
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 E 63 DEL D.LGS. 50/2016 E DEL  
REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA TRAMITE RDO MEPA.  
GARA 7031957  
CIG. VARI.  
CHIARIMENTI**

In seguito alle richieste di chiarimenti:

**LOTTO 5:** in riferimento alla campionatura si chiede di rivedere la quantità richiesta per il Lotto 5, in quanto a fronte di un fabbisogno biennale di 20 PCD posto in gara, vengono richiesti 10 PCD come campionatura.

Si chiede inoltre conferma che non sono richiesti in questa fase di gara incubatori in conto visione

**Si comunica:**

la quantità di campionatura richiesta per il lotto 5 viene rettificata da nr. 10 PCD a nr. 3 PCD.

Si conferma la campionatura prevista all'art. 10 nella misura di nr. 3 PCD e non incubatori.

**LOTTO 3:** nel Capitolato Speciale di Gara viene richiesto che il prodotto offerto sia "avvolto in carta medical grade, ": per garantire una più ampia partecipazione si chiede di eliminare questa caratteristica, considerando che la mancanza di questa caratteristica non ha nessun effetto sulla qualità del prodotto offerto

**Si comunica:**

si conferma che il prodotto deve essere avvolto in carta medicale

**LOTTO 7:** nel Capitolato Speciale di Gara, vengono richiesti a noleggio nr 4 incubatori da 5 fiale. Si chiede la possibilità di offrire incubatori con più di 5 fiale.

**Si comunica:**

è possibile offrire incubatori con più di 5 fiale.

**LOTTO 8:** nel Capitolato Speciale di Gara, viene richiesto che su ogni rotolo e busta sia indicata tra le varie prescrizioni anche la “*data di scadenza*”, riteniamo che tale indicazione sia da eliminare, in quanto genererebbe confusione con la scadenza del materiale sterilizzato.

Viene richiesto che ogni rotolo e busta deve avere chiare indicazioni relative alla temperatura, pressione da usarsi sulle termosaldatrici a ganasce od a azione rotatoria al fin di ottenere una corretta termosaldatura: si chiede di eliminare questa richiesta, le corrette informazioni si trovano su ogni confezione di vendita e sono dettagliate sulla scheda tecnica ma non possono essere inserite su ogni busta e rotolo.

**Si comunica:**

Per quanto riguarda le indicazioni relative alla temperatura, pressione da usare sulla termosaldatrice ecc... tali indicazioni devono essere presenti sulla scheda tecnica all'interno della confezione e non su rotoli e buste.

Si conferma la necessità dell'indicazione della data di scadenza su ogni rotolo e busta come da Capitolato speciale di gara.

**LOTTO 10:** Si chiede che il prodotto sia conforme alla Normativa En 13795-1 ma trattasi di norma inerente “Teli e camici” pertanto non applicabile al prodotto richiesto per il lotto, si chiede conferma che si tratta di un refuso.

**Si comunica:**

si conferma la conformità alla normativa EN 13795-1.

**LOTTO 11:** Con riferimento al chiarimento pubblicato su MEPA in data 27/03/2018 riteniamo che ci sia stato un fraintendimento pertanto riformuliamo meglio la nostra richiesta: Il test che la scrivente vorrebbe proporre è costituito da una striscia di alluminio con un indicatore stampato in rosso e il supporto è in metallo. Per convalidare, in fase iniziale di utilizzo, il ciclo del termodisinfettori a camera vuota il test deve essere inserito nell'apposito supporto in modo da simulare le giunzioni di uno strumento chirurgico. Per il controllo di routine l'indicatore può essere utilizzato anche senza l'apposito supporto, posizionandolo direttamente all'interno del cestello riempito con gli strumenti da lavare. Ciò premesso avremmo necessità di sapere quanti supporti in metallo sono necessari.

**Si comunica:**

La ditta deve prevedere un numero di supporti in metallo adeguati al numero di tre termo disinfettori in uso presso l'ASLCN2 e al numero di test previsti in gara.

per la campionatura sono necessari nr. 2 supporti in metallo.

**ART. 3:** si chiede di inserire la dicitura “ove applicabile” in quanto le caratteristiche elencate sono da riferirsi ai solo dispositivi medici e non a tutti i prodotti inseriti in gara.

**Si comunica:**

si conferma quanto indicato all'art. 3 del capitolato speciale di gara.

Si chiede cortesemente di aver istruzioni pratiche su come procedere nella compilazione su MEPA delle schede tecniche per i vari lotti in quanto come già segnalato, nel menù a tendina relativo alla voce “Tipo” non è presente nessuna opzione corrispondente al prodotto da offrire.

**Si comunica:**

essendo la scrivente la stazione appaltante non è in grado di fornire indicazioni su come la ditta debba tecnicamente inserire i dati sul Mepa.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
Dott. MONTI Claudio  
(f.to in originale)