



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

SC Farmacia Ospedaliera
Direttore: *Dr. Sanò Mario*
Responsabile dell'istruttoria: Borlengo Alberto
Recapiti a cui rivolgersi:
✓ personalmente: P.O. "San Lazzaro" Via P. Belli 26, Alba (CN) –
piano interrato
✓ telefonicamente: 0173/316 278 – 0173/594213 tramite fax:
0173/316556
tramite e-mail: farmacia.alba@aslcn2.it

Alba, 27.12.2018

PROTOCOLLO			
reg_aslCN2	27.12.2018		
REGISTRO A.D.	DATA	NUMERO	TIPO
Classificazione			
II	6	04	01
generale	procedimentale		
Risposta a nota n.		del	

Spett.le

Dr. Monti C.
Responsabile SS Logistica

p.c. Dr. Sanò
Direttore SC Farmacia Ospedaliera

OGGETTO: FORNITURA KIT MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE INVASIVA

In relazione alla gara in oggetto:

“FORNITURA KIT MONITORAGGIO DELLA PRESSIONE INVASIVA “

si comunica che le campionature inviate dalle due Ditte partecipanti (CODAN e VIGLIA) sono risultate provviste dei requisiti previsti dal capitolato e conformi alle esigenze degli operatori (vedi relazione, in allegato, del Dr. Della Selva).
Pertanto è possibile provvedere all'aggiudicazione dei presidi a costo minore.

A disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

**Il Dirigente Farmacista
SC Farmacia Ospedaliera
Dott. RIELLA Felice**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005



www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. ANESTESIA-RIANIMAZIONE-T.A.

Direttore E. RAVERA
Via Via Pierino Belli 26 – 12051 ALBA (CN)
☎ 0173-316382 - Fax 0173-316597
e.mail: anestesia.alba@aslcn2.it

Alla cortese attenzione del Dr Riella

Con la presente la informo che i dispositivi da noi provati per il monitoraggio della pressione invasiva arteriosa, con prelievo di campione ematico e con linea di monitoraggio accessoria, delle ditte Hybimed (lotto K40001) e DPT-6000 ABSS, risultano entrambi dispositivi validi per le suddette funzioni.

Cordiali saluti Alba 17/12/2018

Dr Della Selva Andrea