



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE CHIAVI IN MANO DI UNA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PRESSO IL NUOVO PRESIDIO OSPEDALIERO DI VERDUNO DELL'ASL CN2 ALBA-BRA GARA N 7192730 CIG 76197375E3.

3° VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

In data 30/10/2018 alle ore 10:00 presso la sala sita in Via Vida n. 10 ad Alba, 1 ° piano, si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1031 del 22/10/2018, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara in oggetto.

Sono presenti:

- Arch. Ferruccio BIANCO Direttore S.C. Servizi Tecnici – Presidente
- Dott.ssa Valentina VENTURINO – S.C. Direzione di Presidio – Componente
- Dott.ssa Maria Iris GRASSI – S.C. Direzione Professioni Sanitarie DiPSa - Componente

La Rag. Venezia Antonella svolge funzioni di segretaria verbalizzante.

La commissione giudicatrice prosegue i lavori indicati nel 2° verbale datato 26/10/2018.

I componenti della Commissione prendono atto che le buste contenenti la documentazione tecnica risultano regolarmente custodite e risultano al momento chiuse con nastro adesivo e controfirmate sui lembi di chiusura. Si provvede a questo punto alla loro riapertura e si continua ad esaminare ed approfondire i criteri specifici indicati nella relazione tecnica.

Essendo le ore 12:00 si ritiene di sospendere i lavori della presente seduta e di proseguirli alle ore 14:00.

La commissione ultimati gli approfondimenti tecnici e tenuto conto delle considerazioni emerse nella lettura dei progetti e delle osservazioni esprime le valutazioni di seguito indicate **nell'allegato "A"**:

| ALLEGATO A | | Paragrafo | Massimo punteggio assegnabile | STEELCO | | | GETINGE | | | CISA | | | | | |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------|--------------|---------------------|---|----------|--------------|---------------------|--|-------------|--------------|---------------------|--|
| Criteri di valutazione | | | | Giudizio | Coefficiente | Punteggio assegnato | Note | Giudizio | Coefficiente | Punteggio assegnato | Note | Giudizio | Coefficiente | Punteggio assegnato | Note |
| Area lavaggio ricezione | Cabina di lavaggio | 1.1.1 | 3,50 | Ottimo | 1,00 | 3,500 | Il sistema corrisponde ottimamente alle specifiche della stazione appaltante con particolare riferimento al sistema dinamico di distribuzione dei getti | Ottimo | 1,00 | 3,500 | Il sistema corrisponde ottimamente alle specifiche della stazione appaltante con particolare riferimento al sistema dinamico di distribuzione dei getti | Discreto | 0,50 | 1,750 | Il sistema corrisponde in maniera discreta alle specifiche della stazione appaltante per la presenza di un sistema fisso di distribuzione del fluido di lavaggio |
| | Carrelli | 1.1.2 | 0,50 | Ottimo | 1,00 | 0,500 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante | Ottimo | 1,00 | 0,500 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante | Ottimo | 1,00 | 0,500 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante |
| | Banchi di lavaggio | 1.2.1 | 0,50 | Ottimo | 1,00 | 0,500 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. Degna di nota è la pompa di aspirazione per svuotamento container | Buono | 0,75 | 0,375 | Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. | Buono | 0,75 | 0,375 | Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. |
| | Banchi armadio | 1.2.2 | 0,50 | Ottimo | 1,00 | 0,500 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante | Ottimo | 1,00 | 0,500 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante | Sufficiente | 0,25 | 0,125 | Il sistema corrisponde in maniera sufficiente alle esigenze della stazione appaltante per la presenza in fornitura di due soli banchi armadio. |
| | Vasche ultrasuoni | 1.2.3 | 2,00 | Buono | 0,75 | 1,500 | Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. | Ottimo | 1,00 | 2,000 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. Degno di nota il sistema SONOMIC per il singolo trattamento dello strumentario cavo. | Discreto | 0,50 | 1,000 | Il sistema risponde in maniera discreta alle esigenze della stazione appaltante in quanto la dimensione delle vasche è inferiore alle specifiche richieste nel capitolo speciale di gara |
| | Lavastrumenti | 1.2.4 | 8,00 | Buono | 0,75 | 6,000 | Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. | Buono | 0,75 | 6,000 | Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. | Buono | 0,75 | 6,000 | Il sistema risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. |
| | Accessori lavastrumenti | 1.2.5 | 2,00 | Ottimo | 1,00 | 2,000 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante ottimizzando sensibilmente lo spazio in area carico. Degni di nota è l'offerta di conteiner Aesculap | Discreto | 0,50 | 1,000 | Il sistema risponde in modo discreto alle aspettative della stazione appaltante proponendo una soluzione volta al miglioramento degli spazi. Dalla documentazione pervenuta non si evincono i dati costruttivi dei conteiner proposti. | Sufficiente | 0,25 | 0,500 | La proposta risponde in maniera essenziale alle aspettative della stazione appaltante. Dalla documentazione pervenuta non si evincono le caratteristiche costruttive dei conteiner proposti. |
| apparecchiatura lavaggio apparecchiature endoscopiche | Lava-disinfettatrici | 1.3.1 | 2,50 | Ottimo | 1,00 | 2,500 | Il sistema proposto risponde ottimamente ai requisiti della stazione appaltante. In particolare vengono proposte 12 vasche asincrone con tempi di processamento 28 minuti per fibroscopi. Il sistema proposto garantisce la sterilizzazione in conformità alla norme UNI ISO EN 14937 | Discreto | 0,50 | 1,250 | Il sistema proposto risponde in maniera discreta ai requisiti della stazione appaltante, con 6 vasche asincrone per il processamento di fibroscopi con un tempo di processamento di due cicli all'ora in associazione ad accorgimenti costruttivi rilevanti. | Discreto | 0,50 | 1,250 | Il sistema proposto risponde in maniera discreta ai requisiti della stazione appaltante, con 8 vasche asincrone per il processamento di fibroscopi con un tempo di processamento di circa due cicli l'ora. |
| | Armadi | 1.3.2 | 1,00 | Ottimo | 1,00 | 1,000 | Il sistema proposto risponde ottimamente alle specifiche di minima. Degno di nota l'integrazione con il sistema di supporto automatico alle fasi di processo. Esplicito riferimento alla norma ISO 16442 | Buono | 0,75 | 0,750 | Il sistema proposto risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. Esplicito riferimento alla norma ISO 16442. | Sufficiente | 0,25 | 0,250 | Dalla relazione non si evince la rispondenza delle apparecchiature ai requisiti essenziali per il mancato riferimento alla costruzione in accordo alla norma ISO 16442 |
| | Banchi di lavaggio | 1.3.3 | 0,50 | Ottimo | 1,00 | 0,500 | Il sistema proposto risponde ottimamente alle specifiche di minima. | Buono | 0,75 | 0,375 | Il sistema proposto risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante, è inferiore il numero di banchi proposti rispetto alle specifiche di minima | Discreto | 0,50 | 0,250 | Il sistema proposto in descrizione della relazione tecnica è incerto con quanto proposto nella scheda descrizione materiale, rispondendo quindi in maniera discreta alle esigenze della stazione appaltante. |

| ALLEGATO A | | Paragrafo | Massimo punteggio assegnabile | STEELCO | | | GETINGE | | | CISA | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-------------------------------|----------|--------------|---------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------------|---|---------------------------------|--------------|-------|---|
| Criteri di valutazione | | | | Giudizio | Coefficiente | Punteggio assegnato | Note | Giudizio | Coefficiente | Punteggio assegnato | Note | Giudizio | Coefficiente | | |
| Sistemi di lavaggio | Sistemi automatici di supporto alle fasi di lavaggio | 1.3.4 | 1,00 | Ottimo | 1,00 | 1,000 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante per la presenza di un sistema di collegamento degli endoscopi alle apparecchiature durante tutto il flusso di processo. | Buono | 0,75 | 0,750 | Il sistema è dotato di una buona soluzione di supporto alle fasi di lavaggio per la presenza di un dispositivo compatto da banco. | Sufficiente | 0,25 | 0,250 | La proposta è dotata di un sistema essenziale di supporto alle fasi di lavaggio che risponde in maniera sufficiente alle esigenze della stazione appaltante. |
| | Carrelli | 1.3.5 | 1,00 | Ottimo | 1,00 | 1,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante, in particolare per la presenza di carrelli dedicati alla funzione di trasporto e stoccaggio endoscopi | Non apprezzabile non valutabile | 0,00 | 0,000 | La proposta non risponde ai requisiti della stazione appaltante. In particolare il modello proposto non è certificato per il trasporto a breve termine di endoscopi e broncoscopi | Non apprezzabile non valutabile | 0,00 | 0,000 | La proposta non risponde alle esigenze della stazione appaltante. In particolare non si evince la certificazione per il trasporto a breve termine di endoscopi e broncoscopi |
| Deposito materiale sporco | Deposito materiale sporco | 1.4 | 2,00 | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. |
| Area sterilizzazione | Deposito materiale pulito | 1.5 | 2,00 | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona ai requisiti in quanto non emerge dalla documentazione la possibilità di memorizzare i livelli dei tavoli tramite appositi tasti memoria | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona ai requisiti in quanto non emerge dalla documentazione la possibilità di memorizzare i livelli dei tavoli tramite appositi tasti memoria | Discreto | 0,50 | 1,000 | La proposta risponde in maniera discreta ai requisiti in quanto non si evincono dimensioni e pesi delle termosaldatrici dalla documentazione allegata, inoltre a fronte di 5 scaffali richiesti, ne risultano in fornitura solo 4. |
| | Autoclavi | 1.6.1 | 9,00 | Ottimo | 1,00 | 9,000 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle specifiche di minima in termini di progettazione e materiali (Acciaio AISI 316 Ti per il generatore di vapore) | Buono | 0,75 | 6,750 | Il sistema risponde in maniera buona alle specifiche di minima in termini di progettazione e materiali (utilizzo dello stesso materiale Acciaio AISI316L sia per la camera di sterilizzazione che per il generatore di vapore) | Ottimo | 1,00 | 9,000 | Il sistema risponde in maniera ottimale alle specifiche di minima in termini di progettazione e materiali (Acciaio AISI 316Ti per generatore vapore) |
| Accessori per autoclave | Accessori per autoclave | 1.6.2 | 4,00 | Ottimo | 1,00 | 4,000 | La proposta risponde ottimamente alle esigenze della stazione appaltante, in particolar modo per la presenza di un sistema a navetta di carico e scarico. | Buono | 0,75 | 3,000 | La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante, per la presenza di un sistema automatico di carico e scarico tramite 4 distinti sistemi. | Buono | 0,75 | 3,000 | La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante, per la presenza di un sistema automatico di carico e scarico tramite 4 distinti sistemi. |
| | Sterilizzatrice a perossido d'idrogeno | 1.7 | 2,00 | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona ai requisiti di minima in quanto dalla documentazione pervenuta non risulta possibile valutare la compatibilità con lo strumentario robotico (da Vinci) |
| Area sterile | Area sterile | 1.8 | 2,00 | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. Di particolare rilievo le specifiche tecniche dei carrelli (ruote, capacità) | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. Le specifiche tecniche degli elementi proposti risultano rispondere in maniera buona alle caratteristiche di minima del capitolo speciale di gara, sia in qualità che in quantità. | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante. Le specifiche tecniche degli elementi proposti risultano rispondere in maniera buona alle caratteristiche di minima del capitolo speciale di gara, sia in qualità che in quantità. |
| | Area locali accessori | 1.9 | 2,00 | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde in maniera ottimale alle esigenze della stazione appaltante. | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante (in quanto si rileva che la fornitura manca di n.2 sedie) | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona alle esigenze della stazione appaltante (in quanto si rileva che la fornitura manca di n.1 armadio) |

| ALLEGATO A | | Paragrafo | Massimo punteggio assegnabile | STEELCO | | | GETINGE | | | CISA | | | | |
|--|---|-----------|-------------------------------|---------------|--|---------------------|---|---------------|---|---------------------|--|---------------|--------------|-------|
| Criteri di valutazione | | | | Giudizio | Coefficiente | Punteggio assegnato | Note | Giudizio | Coefficiente | Punteggio assegnato | Note | Giudizio | Coefficiente | |
| | Sistema di tracciabilità | 1.10 | 2,00 | Ottimo | 1,00 | 2,000 | La proposta risponde ottimamente alle richieste della stazione appaltante. | Buono | 0,75 | 1,500 | La proposta risponde in maniera buona alle richieste della stazione appaltante, in quanto viene offerto un sistema client-server | Sufficiente | 0,25 | 0,500 |
| | Soluzione migliorativa progettuale | 1.11 | 2,00 | Buono | 0,75 | 1,500 | Si rilevano buone migliorie alla soluzione progettuale, sia in riferimento alla zona di trattamento endoscopi, sia in riferimento ai percorsi funzionali. | Buono | 0,75 | 1,500 | Si rilevano buone migliorie alla soluzione progettuale, sia in riferimento alla zona di trattamento endoscopi, sia in riferimento ai percorsi funzionali. | Sufficiente | 0,25 | 0,500 |
| | Piano di manutenzione con relative procedure di intervento | 2 | 5,00 | Ottimo | 1,00 | 5,000 | La proposta di manutenzione risponde ottimamente alle esigenze della stazione appaltante. | Ottimo | 1,00 | 5,000 | La proposta di manutenzione risponde ottimamente alle esigenze della stazione appaltante. | Ottimo | 1,00 | 5,000 |
| | Descrizione della propria organizzazione (n. tecnici, sede, dislocazione magazzini, ecc...) | 3 | 5,00 | Buono | 0,75 | 3,750 | Si riscontra una buona organizzazione della ditta concorrente deputata ad assistere correttamente le esigenze della stazione appaltante. Si giudica positivamente la disponibilità di personale tecnico in regione. | Ottimo | 1,00 | 5,000 | L'organizzazione della ditta concorrente risponde ottimamente alle aspettative della stazione appaltante, in particolar modo per la presenza di un tecnico onsite per 20 ore settimanali per il primo anno a decorrere dall'avvenuto collaudo. | Buono | 0,75 | 3,750 |
| | Formazione, tutoraggio del personale addetto alla sterilizzazione | 4 | 5,00 | Ottimo | 1,00 | 5,000 | La proposta in termini di formazione risulta ben dettagliata e esaudisce ottimamente le aspettative della stazione appaltante. | Ottimo | 1,00 | 5,000 | La proposta in termini di formazione risulta ben dettagliata e esaudisce ottimamente le aspettative della stazione appaltante. | Discreto | 0,50 | 2,500 |
| | Impatto ambientale (risparmio energetico, smaltimento apparecchiature al) | | 5,00 | Buono | 0,75 | 3,750 | L'azienda fornisce una descrizione di soluzioni e accorgimenti buoni in termini di gestione dell'impatto ambientale delle proprie attrezzature | Buono | 0,75 | 3,750 | L'azienda fornisce una descrizione di soluzioni e accorgimenti buoni in termini di gestione dell'impatto ambientale delle proprie attrezzature | Buono | 0,75 | 3,750 |
| | | | | 23,50 | 64,000 | | 19,75 | 57,000 | | 14,50 | 47,750 | | | |
| Punteggio assegnato normalizzato ditta STEELCO: | | | | 70,000 | Punteggio assegnato normalizzato ditta GETINGE: | | | 62,344 | Punteggio assegnato normalizzato ditta CISA: | | | 52,227 | | |



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La Commissione ha provveduto alla riparametrazione dei punteggi ottenuti assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Pertanto i punteggi qualitativi riparametrati ottenuti sono i seguenti:

| DITTA STEELCO | DITTA GETINGE | DITTA CISA PRODUCTION |
|----------------------|----------------------|------------------------------|
| punti | punti | punti |
| 70 | 62,34 | 52,23 |

Conclusa la seduta della Commissione giudicatrice la documentazione tecnica viene ritirata nelle rispettive buste. Le buste della documentazione tecnica verranno custodite in un armadio chiuso a chiave nella stanza nr. 135 della S.S. Logistica – Acquisti e Servizi sino alla conclusione della procedura con l'apertura delle offerte economiche e l'aggiudicazione provvisoria

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto approvato e sottoscritto.

La seduta si chiude alle ore 19.45

Il verbale viene firmato dai componenti della Commissione giudicatrice.

Alba, lì 30/10/2018

Arch. Ferruccio BIANCO – Direttore S.C. Servizi
Tecnici – Presidente
(f.to in originale)

Dott.ssa Valentina VENTURINO – S.C. Direzione
di Presidio - Componente
(f.to in originale)



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Dott.ssa Maria Iris GRASSI – S.C. Direzione
Professioni Sanitarie DiPSa – Componente
(f.to in originale)

Rag. Antonella VENEZIA Collaboratore Amm.vo
S.S. Logistica, Acquisti e Servizi
- Segretaria Verbalizzante
(f.to in originale)
