



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**PROCEDURA NEGOZIATA SUDDIVISA IN LOTTI PER LA FORNITURA DI N. 5 CONGELATORI DA LABORATORIO, N. 40 FRIGORIFERI PER FARMACI DI DIMENSIONI VARIE E N. 1 FRIGORIFERO/CONGELATORE PER FARMACI OCCORRENTI A STRUTTURE DIVERSE DEI P.P.O.O. DI ALBA E BRA E AL NUOVO P.O. DI VERDUNO TRAMITE R.D.O. MEPA N. 2075435 AI SENSI DELL'ART. 36 E 63 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.**

**GARA N. 7216260**

**LOTTO 1 CIG: 764744466D CONGELATORI**

**LOTTO 2 CIG: 76474646EE FRIGORIFERI**

### **VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE**

In data 16/11/2018 alle ore 08:45 presso la sede dell'A.S.L. CN2 Alba Bra – Via Vida 10 - si è riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n.1092 del 08/11/2018, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura di n. 5 congelatori da laboratorio, n. 40 frigoriferi per farmaci di dimensioni varie e n. 1 frigorifero/congelatore per farmaci occorrenti a strutture diverse dei P.P.O.O. di Alba e Bra e al nuovo P.O. di Verduno.

Sono presenti:

- Gianfranco Calta – Collaboratore Tecnico Professionale Esperto – S.C. Servizio Tecnico – Patrimoniale – Presidente
- Claudio Monti – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente
- Marco Cerrato – Collaboratore Tecnico Professionale – S.C. Servizio Tecnico – Patrimoniale;

l'Ing. Marco Cerrato svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla RdO n. 2075435 è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale di Gara.

Il punteggio relativo alla qualità e alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri; l'attribuzione dei 70 punti massimi avverrà nel seguente modo:

<b>CRITERI LOTTO 1 - CONGELATORI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Range di temperatura	5
Capacità	5
Struttura ed isolamento	15
Deriva della temperatura nel tempo	15
Migliorie rispetto all'allestimento richiesto	10

**REGIONE  
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173 316111 Fax +39 0173 31 6480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Tecnologia refrigerante, inclusa valutazione dell' eventuale doppio compressore	5
Connettività	5
Ergonomia e facilità di sbrinamento	10
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

<b>CRITERI LOTTO 2 - FRIGORIFERI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Range di temperatura	5
Capacità	5
Struttura ed isolamento	15
Deriva della temperatura nel tempo	15
Migliorie rispetto all'allestimento richiesto	10
Tecnologia refrigerante	5
Connettività	5
Ergonomia e facilità di sbrinamento	10
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio, espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

<b>Valutazione</b>	<b>Coefficiente</b>
Ottimo	1.00
Buono	0.75
Discreto	0.50
Sufficiente	0.30
Insufficiente	0.00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

Verranno escluse dalla gara le ditte che la Commissione di aggiudicazione, sulla base di specifiche motivazioni, non riterrà idonee all'espletamento della fornitura e che non abbiano raggiunto complessivamente 21 punti dei sopracitati elementi di giudizio.

A questo punto si procede alla lettura della documentazione tecnica presentata dalle ditte offerenti e si iniziano ad esaminare i criteri qualitativi.

La Commissione rileva che: la documentazione ricevuta risulta esaustiva per tutte le ditte

**REGIONE  
PIEMONTE**[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

partecipanti ai lotti 1 e 2.

Il giudizio della Commissione tiene conto delle considerazioni emerse nell'esame della documentazione tecnica e delle osservazioni sintetizzate nelle tabelle: **Allegato A - Lotto 1, Allegato B - Lotto 2** e pertanto si assegnano i seguenti punteggi:

**Lotto 1:**

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	punti 66,25
CARLI BIOTEC SRL	punti 63,75
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	punti 67,50
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA	punti 62,50
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	punti 63,75

**Lotto 2:**

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	punti 65,00
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	punti 56,25
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA	punti 62,50

I punteggi di valutazione qualitativa vengono normalizzati a 70 punti

**Lotto 1:**

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	punti 68,70 ✕
CARLI BIOTEC SRL	punti 66,11 >
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	punti 70,00 >
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA	punti 64,81
THERMO FISHER SCIENTIFIC MILANO SRL	punti 66,11

**Lotto 2:**

ANGELANTONI LIFE SCIENCE SRL	punti 70,00
KW APPARECCHI SCIENTIFICI	punti 60,58
NUOVA CRIOTECNICA AMCOTA	punti 67,31

La seduta si conclude alle ore 12.

