

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it**S.S.D. DIABETOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA**

Resp. del Servizio – dott. Emanuele Fraticelli

Sede di BRA – P.O. "S. Spirito"**Via V. Emanuele 3, Bra****tel. 0172 420224-886-297 – fax 0172 420382**e-mail: diabetologia.bra@aslcn2.it

ALLEGATO A)

Bra lì 06/03/2019

OGGETTO: RELAZIONE SU COLLAUDO DI CAMPIONATURA DI LANCETTE PUNGIDITO PER PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE IN ORDINE A CAPITOLATO DI GARA.

A seguito della fornitura di una campionatura di lancette per prelievo di sangue capillare, il nostro Servizio ha testato le quattro tipologie di dispositivo, distribuendone anche una quota per una valutazione di utilizzo ai Reparti di degenza del P.O. S. Spirito di Bra: Medicina Generale, Chirurgia Generale e Ortopedia.

Tutti i dispositivi, tranne uno soddisfano pienamente le caratteristiche tecniche richieste:

- conformità alla Direttiva 93/42/EEC
- sterilità
- monouso
- dimensioni dell'ago da 26G a 30G compresi
- atraumaticità dell'ago (assenza di lesioni e dolorabilità minima alla puntura)
- ago siliconato in acciaio inox
- sicurezza anti-puntura accidentale (alloggiamento in materiale plastico e cappuccio di copertura dell'ago)
- dispositivo di tipo automatico
- semplicità d'uso (manualità attraverso cui si ottiene il campione di sangue)
- ergonomia (dotato di forma ergonomica per una presa sicura)
- possibilità di smaltimento compatibile con i rifiuti ospedalieri contaminati da materiale biologico

L'unico dispositivo che non soddisfa la caratteristica di ergonomia è quello della azienda Menarini, che si è dimostrato più scomodo nella presa e nella manualità di esecuzione della digitopuntura.

Dr. E. Fraticelli
Responsabile
S.S.D. Diabetologia e Endocrinologia