



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA FORNITURA DI N. 2 FRIGOEMOTECHE INTELLIGENTI CON RELATIVA  
ASSISTENZA TECNICA FULL RISK DI 36 MESI OCCORRENTI AL SERVIZIO  
IMMUNOEMATOLOGIA E MEDICINA TRASFUSIONALE DELL’ASL CN2 DI ALBA – CIG  
77254982A1**

**VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE**

In data 22/01/2018 alle ore 9:15 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba Bra – Via Vida 10 - si è riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 56 del 16/01/2018, per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura di n.2 frigoemoteche intelligenti con relativa assistenza tecnica full risk di 36 mesi, occorrenti al servizio immunoematologia e medicina trasfusionale dell’Asl CN2 di Alba.

Sono presenti:

- Giorgio Gianotto – Responsabile S.S.D. Antenna Trasfusionale – A.S.L. CN2 – Presidente
- Claudio Monti – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente
- Marco Cerrato – Collaboratore Tecnico Professionale – S.C. Servizio Tecnico – Patrimoniale – Componente;

l’Ing. Marco Cerrato svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla gara a procedura negoziata RdO n. 2167816 è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all’art.2 del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione prende atto dei criteri valutativi previsti all’art. 9 del Capitolato Speciale di Gara di seguito indicati:

N	Criteri di valutazione	Punteggio massimo	Sub-criteri	Punteggio sub-criteri
1	Facilità di utilizzo da parte degli operatori coinvolti	15		
2	Sicurezza trasfusionale e completa tracciabilità di operatori ed unità di emocomponenti	20		
3	Tecnologie proposte (software gestionale ed apparecchiature di conservazione prodotti)	15		
4	Interfacciamento col sistema gestionale in uso	5		
5	Servizio post vendita, qualità e varietà della formazione per l'uso, e assistenza tecnica full risk di 36 mesi dalla data di avvenuto collaudo favorevole	13		
6	Criteri ambientali	1	Consumo energetico	0,5
			Impatto ambientale	0,5
7	Formazione	1		

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non apprezzabile non valutabile	0,00
Sufficiente	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

A questo punto si procede alla lettura delle offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti e si



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

---

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

inizia ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte che hanno presentato le offerte tecniche, ALS e Haemonetics in riferimento ai criteri qualitativi.

A seguito di valutazione delle schede tecniche presentate, la commissione giudicatrice assegna i punteggi allegati nella tabella ALLEGATO A , parte integrante del presente verbale e qui riassunti, in maniera unanime:

Ditta ALS	p.ti	52,63
Ditta Haemonetics	p.ti	69,75

Detti punteggi vengono quindi normalizzati a 70 punti e riassunti nel seguito:

Ditta ALS	p.ti	52,81
Ditta Haemonetics	p.ti	70,00

Essendo le ore 11,10 la commissione termina i lavori.

Dott. Giorgio GIANOTTO – Responsabile S.S.D. Antenna Trasfusionale – Presidente;  
(f.to in originale)

---

Dott. Claudio MONTI – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente  
(f.to in originale)

---

Marco Cerrato – Collaboratore Tecnico Professionale – S.C. Servizio Tecnico – Patrimoniale –  
Componente e Segretario verbalizzante;  
(f.to in originale)

---



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ALLEGATO A	ALS				HAEMONETICS				
	P.ti massimi	Giudizio	Coefficiente	P.ti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	P.ti assegnati	Note
Facilità di utilizzo da parte degli operatori coinvolti	15	Buono	0,75	11,25	Buono in relazione alla presenza del braccio meccanico che impone la consegna di una sacca alla volta e quindi limita i tempi e le quantità di erogazione	Ottimo	1	15,00	Ottimo in relazione alle modalità di erogazione delle sacche: degni di nota la possibilità di sbloccare più di una sacca alla volta e la velocità di erogazione
Sicurezza trasfusionale e completa tracciabilità di operatori ed unità di emocomponenti	20	Buono	0,75	15,00	La soluzione proposta risponde in maniera buona ai requisiti della stazione appaltante. Dalla documentazione tecnica non risultano presenti sistemi di integrazione volti a garantire la tracciabilità e la sicurezza della somministrazione.	Ottimo	1	20,00	La soluzione proposta risponde in maniera ottimale ai requisiti della stazione appaltante. Degno di nota il sistema Blood Track che permette l'integrazione di lucchetti dello stesso tipo di quello offerto con la frigoemoteca, da applicare ai frigoriferi esistenti oltre alla possibilità di avere la tracciabilità fino al letto del paziente col braccialetto elettronico.
Tecnologie proposte (software gestionale ed apparecchiature di conservazione prodotti)	15	Buono	0,75	11,25	Buono in relazione alla presenza del braccio meccanico in movimento con conseguente maggior rischio di compromissione della funzionalità generale della frigoemoteca	Ottimo	1	15,00	Ottimo in relazione all'assenza di parti meccaniche in movimento a maggior garanzia di continuità operativa.
Interfacciamento col sistema gestionale in uso	5	Buono	0,75	3,75	Buono in relazione alle aspettative della stazione appaltante. Dalla relazione si evince la possibilità di interfacciare la frigoemoteca col gestionale in uso.	Ottimo	1	5,00	Ottimo in relazione alle aspettative della stazione appaltante. Dalla relazione si evince chiaramente che la frigoemoteca si interfaccia col gestionale in uso e recepisce le medesime regole di utilizzo impostate sullo stesso.



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ALLEGATO A	ALS					HAEMONETICS			
	P.ti massimi	Giudizio	Coefficiente	P.ti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	P.ti assegnati	Note
Servizio post vendita, qualità e varietà della formazione per l'uso, e assistenza tecnica full risk di 36 mesi dalla data di avvenuto collaudo favorevole	13	Buono	0,75	9,75	Buono in merito alla reazione relativa al servizio post vendita, all'assistenza tecnica e al programma di formazione.	Ottimo	1	13,00	Ottimo in merito alla dettagliata relazione (comprensiva peraltro dei nominativi dei 5 tecnici dedicati alla stazione appaltante) relativa al servizio post vendita, all'assistenza tecnica e al programma di formazione, che prevede tra l'altro l'affiancamento del personale della ditta agli operatori per il primo periodo
Criteri ambientali Consumo energetico	0,5	Ottimo	1	0,50	Ottimo in relazione ai consumi dichiarati	Discreto	0,5	0,25	Discreto in relazione ai consumi dichiarati
Criteri ambientali Impatto ambientale	0,5	Buono	0,75	0,38	Buono in relazione al GWP del gas R452A	Ottimo	1	0,50	Ottimo in relazione al GWP del gas 134A
Formazione	1	Buono	0,75	0,75	Buono in relazione al programma di formazione	Ottimo	1	1,00	Ottimo in relazione al programma di formazione. Degno di nota l'affiancamento durante il primo periodo di attività e formazione all'assistenza di primo livello
Punteggio assegnato				<b>52,63</b>				<b>69,75</b>	
Punteggio assegnato riparametrizzato				<b>52,81</b>				<b>70,00</b>	



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)