



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

CHIARIMENTI N. 4 FORNITURA DEFIBRILLATORI

Domanda n. 1

In considerazione della base d'asta limitata rispetto al numero e alle caratteristiche degli apparecchi richiesti, si chiede se è confermata la richiesta di pacemaker transtoracico (stimolazione non invasiva) o se trattasi di refuso.

Risposta

Si conferma la richiesta della stimolazione non invasiva.

Domanda n. 2

In riferimento al punto indicato a PAG. 2 del Capitolato Defibrillatori.pdf “ SEZIONE LIVELLI ENERGETICI”, “ENERGIA MASSIMA REGOLABILE 200J IN MODALITA' NORMALE E ENERGIA MASSIMA REGOLABILE 150J IN MODALITA' BIFASICA”, vi chiediamo:- Che cosa si intende per modalità normale? - La vs. richiesta è per defibrillatori che possono essere utilizzati in modalità manuale o semiautomatica, chiediamo quindi di poter presentare defibrillatori che erogano un'energia massima superiore a 200J. La suddetta caratteristica permette all'utilizzatore di avere una più ampia scelta nel trattamento del paziente (da 0 a 360J a seconda delle indicazioni cliniche del paziente).

Risposta

Si conferma la possibilità di presentare defibrillatori che erogano energia massima superiore a 200J, utilizzabili in modalità manuale o semiautomatica (ovvero che siano dotati entrambe le possibilità, selezionabili dall'operatore).