

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 8 POLTRONE PER PRELIEVI  
MECCANICHE SU RUOTE OCCORRENTI ALLE CASE DELLA SALUTE DELL'ASL CN2  
TRAMITE R.D.O. MEPA N. 2205031 - SMARTCIG: Z8626C4C8F - CUP G81C1900000002**

**RISPOSTA A CHIARIMENTI**

**DOMANDA 1**

in merito alla rdo in oggetto chiediamo se per la posizione antishock della poltrona può essere considerata sufficiente la trasformazione della poltrona in lettino orizzontale (senza sollevamento gambe come nella posizione trendelenburg)

**RISPOSTA 1**

si conferma che è considerata sufficiente la trasformazione della poltrona in lettino orizzontale.

**DOMANDA 2**

la presente per chiedere se la caratteristica:- dotata di poggiatesta e poggiapiedi regolabili in altezza è da considerarsi fondamentale oppure si possono offrire poltrone senza tale requisito.

**RISPOSTA 2**

si conferma quanto specificato nel capitolato di gara in merito ai requisiti di minima, che includono poggiatesta e poggiapiedi regolabili in altezza.