



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 8 POLTRONE PER PRELIEVI
MECCANICHE SU RUOTE OCCORRENTI ALLE CASE DELLA SALUTE DELL'ASL CN2
TRAMITE R.D.O. MEPA N. 2205031 AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E DEL
REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA
SMART CIG: Z8626C4C8F - CUP G81C19000000002**

VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE

In data 07/03/2019 alle ore 15:30 presso la sede dell'ASL CN2 ALBA BRA – Via Vida 10 - si è riunita la commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 201 del 21/02/2019, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative Procedura negoziata per la fornitura di n. 8 poltrone per prelievi meccaniche su ruote occorrenti alle case della salute dell'ASL CN2 tramite R.d.O. MEPA n. 2205031 ai sensi dell'Art. 36 del D.Lgs 50/2016 e del regolamento delle spese in economia, SMART CIG: Z8626C4C8F - CUP G81C19000000002.

Sono presenti:

- Dott. Giorgio Gianotto – Direttore S.S.D. Antenna Trasfusionale - Presidente
- Dott. Claudio Monti – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente
- Ing. Marco Cerrato – Collaboratore Tecnico Professionale – S.C. Servizio Tecnico – Patrimoniale – Componente;

l'Ing. Marco Cerrato svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla gara a procedura aperta con RDO n. 2205031 è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all'art. 8 del Capitolato Speciale di:

| CRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Sistema di movimentazione degli snodi e regolazione | 32 punti |
| Velocità di raggiungimento della posizione orizzontale | 15 punti |
| Portata | 3 punti |
| Materiale di rivestimento | 10 punti |
| Movimentazione della poltrona e sistema frenante | 10 punti |
| TOTALE PUNTI | 70 |

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente o, laddove previsto, un punteggio predefinito se previsto nelle modalità di attribuzione.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173 316111 Fax +39 0173 316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Il coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

| Valutazione | Coefficiente |
|--------------------|---------------------|
| Ottimo | 1.00 |
| Buono | 0.75 |
| Discreto | 0.50 |
| Sufficiente | 0.30 |
| Insufficiente | 0.00 |

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

A questo punto si procede alla lettura delle offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti e si inizia ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte 5.9 Srl Care Weighting System, Bioitalia e Mediline che hanno presentato l'offerta tecnica.

A seguito di valutazione delle schede tecniche presentate, la commissione giudicatrice assegna i punteggi allegati nella tabella ALLEGATO A, parte integrante del presente verbale e qui riassunti, in maniera unanime:

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Ditta 5.9 Srl | p.ti | 67,50 |
| Ditta Bioitalia | p.ti | 61,25 |
| Ditta Mediline | p.ti | 61,25 |

Punti assegnati a seguito di riparametrizzazione

| | | |
|-----------------|------|-------|
| Ditta 5.9 Srl | p.ti | 70,00 |
| Ditta Bioitalia | p.ti | 63,52 |
| Ditta Mediline | p.ti | 63,52 |

Essendo le ore 18:30 la commissione termina i lavori.

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita





A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Dott. Giorgio GIANOTTO - Direttore S.S.D. Antenna Trasfusionale - Presidente

Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente

Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico Professionale - S.C. Servizio Tecnico -
Patrimoniale - Componente e Segretario verbalizzante;



A.S.L. CN2
Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

| ALLEGATO A | 5.9 Srl Care Weighing System | | | | Biotalia | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | P. n. massimi assegnabili | Giudizio | Coef. | P. n. assegnati | Note | Giudizio | Coef. | P. n. assegnati | Note | |
| Sistema di movimentazione degli snodi e regolazione | 32 | Ottimo | 1,00 | 32,00 | Ottimo in relazione alle caratteristiche di movimentazione della poltrona: Schienale -10, -80 Gambale +0, -90 Movimentazione schienale tramite pompa a gas per entrambe le posizioni di schienale e gambale. Maggior facilità di ottenimento della posizione antishock | Buono | 0,75 | 24,00 | Buono in relazione alle caratteristiche di movimentazione della poltrona: Schienale +60, -5 Poggiatepiè -80, +5 Movimentazione schienale tramite pompa a gas, poggiategambe tramite frizione meccanica | |
| | | | | | | | | | | |
| Velocità di raggiungimento della posizione orizzontale | 15 | Ottimo | 1,00 | 15,00 | Ottimo in relazione alle attese della stazione appaltante | Ottimo | 1,00 | 15,00 | Ottimo in relazione alle attese della stazione appaltante | |
| Portata | 3 | Ottimo | 1,00 | 3,00 | Ottimo in relazione alla portata di 180 kg | Buono | 0,75 | 2,25 | Buono in relazione alla portata di 150 kg | |
| Materiale di rivestimento | 10 | Ottimo | 1,00 | 10,00 | Ottimo in merito al livello di dettaglio della relazione e alle caratteristiche proposte, anche in relazione alla classe di resistenza al fuoco | Ottimo | 1,00 | 10,00 | Ottimo in merito al livello di dettaglio della relazione e alle caratteristiche proposte, anche in relazione alla classe di resistenza al fuoco | |
| Movimentazione della poltrona e sistema frenante | 10 | Buono | 0,75 | 7,50 | Buono in merito al livello di dettaglio della relazione, alle caratteristiche proposte e al sistema frenante applicato su una sola copia di ruote | Ottimo | 1,00 | 10,00 | Ottimo in merito al livello di dettaglio della relazione e alle caratteristiche proposte. Degno di nota il sistema frenante applicato alle quattro ruote e la possibilità di scegliere tra diametro 100 e 125 mm | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 67,50 | Punti assegnati | | | | 61,25 | Punti assegnati |
| | | | | 70,00 | Punti assegnati a seguito di riparametrizzazione | | | | 63,52 | Punti assegnati a seguito di riparametrizzazione |