



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslc2@legalmail.it](mailto:aslc2@legalmail.it) – [www.aslc2.it](http://www.aslc2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI KIT DI MEDICAZIONE  
OCCORRENTE ALLA SC DI NEFROLOGIA E DIALISI. ACQUISIZIONE TRAMITE  
RDO MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS E S.M.I. E AI SENSI DEL  
REGOLAMENTO PER LE SPESE IN ECONOMIA. PER UN PERIODO DI 36 MESI .  
GARA N. 7344256 CIG 7801118639**

**CHIARIMENTI**

**DOMANDA 1**

Spett.le ASL CN2, con la presente chiediamo conferma del fatto che la campionatura possa essere non sterile, in quanto sottoposta a parere di conformità da parte degli utilizzatori e non valutata sui pazienti.

**RISPOSTA 1**

La campionatura deve essere sterile.

**DOMANDA 2**

Buongiorno, in merito al Kit Catetere Venoso Centrale, si chiede specifica di come deve essere il perforatore richiesto all'interno del kit medesimo. A tale proposito si allega catalogo per la definizione della scelta.

**RISPOSTA 2**

Il perforatore deve essere perforatore monovia con tappo di chiusura.

**DOMANDA 3**

Con la presente si chiede la possibilità di presentare entro i termini fissati campionatura non sterile.

**RISPOSTA 3**

La campionatura da presentare entro i termini fissati deve essere sterile.