



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN DENSITOMETRO OSSEO COMPRENDENTE L’ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER MESI 60, OCCORRENTE PER IL PROGETTO CASA DELLA SALUTE DI CANALE - RADIOLOGIA TRAMITE R.D.O. MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA.

CHIARIMENTI

DOMANDA

Gentile amministrazione

In relazione alla gara in oggetto, ed in particolare al capitolato tecnico, facciamo notare che le caratteristiche Tecniche e Funzionali riconducono ad un unico marchio e modello specifico, escludendo di fatto la partecipazione alla nostra azienda, "...omissis"

Rileviamo inoltre che alcuni punti indicati nelle caratteristiche escludono la possibilità di partecipazione benché non incidano sulla validità clinica dell’attrezzatura o sulla praticità di utilizzo.

Nello specifico chiediamo di poter derogare i seguenti punti:

- 1) Distanza tra il letto del paziente e il braccio mobile non inferiore a 60 cm; ...omissis"
- 2) Rilevatori allo stato solido con numero di detettori minimo di 64; ...omissis"
- 3) Letto predisposto per sostenere pazienti con peso fino a 200 kg. La scansione su pazienti con tale massimale di peso, per poter essere eseguita con un risultato diagnosticamente e clinicamente valido necessita di attrezzature con caratteristiche tecniche non compatibili con quelle minime richieste, benché si possa o meno dichiarare la possibilità di eseguire l’esame. Riteniamo un massimale non esclusivo almeno quello di 159 kg, sufficientemente alto da soddisfare tutte le tipologie di richieste di analisi della composizione corporea;
- 4) Si richiede un chiarimento relativamente al seguente punto:
- SW per la scansione vertebrale della colonna T4-L4: si intende software di analisi automatica della morfometria vertebrale o solo scansione della colonna da T4 a L4?
- 5) Si richiede inoltre un chiarimento relativamente alla seguente frase:
Si precisa che la fornitura comprende il ritiro dell’apparecchiatura obsoleta in dotazione per la relativa rottamazione, Hologic QDR 4500 W S/N 49116. Si precisa che il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di tutti i costi connessi alla consegna ed al ritiro dell’attrezzatura da rottamare, derivanti dalle vigenti normative, compresi i costi dell’approvazione del progetto da parte del Fisico. Si chiede di specificare cosa si intende per quest’ultima frase: costi dell’approvazione del progetto da parte del Fisico, e se è possibile quantificare tale cifra.

RISPOSTA

Le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico identificano apparecchiature sulla base di esigenze cliniche, tecniche, pratiche ed economicamente sostenibili, ovvero calzate sulle reali esigenze della stazione appaltante.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Ciò premesso, la stazione appaltante non ritiene che le caratteristiche tecniche richieste identifichino un unico marchio e modello, anche in virtù della facoltà delle aziende di proporre soluzioni equivalenti, dettagliandole, sulla base dell'art. 68 del DLGS 50, comma 7.

Nello specifico si risponde ai chiarimenti proposti come di seguito:

Punto 1

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico, salvo dimostrazione di miglioria tecnica o equivalenza, nel rispetto dell'art. 68 del DLGS 50, comma 7;

Punto 2

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico, salvo dimostrazione di miglioria tecnica o equivalenza, nel rispetto dell'art. 68 del DLGS 50, comma 7;

Punto 3

Si conferma quanto richiesto nel capitolato tecnico. Per maggior chiarezza si rende noto che verranno accettate portate con un margine del 10 %;

Punto 4

Si intende software in grado di effettuare l'analisi (non necessariamente automatica) dopo la scansione della colonna da T4 a L4;

Punto 5

In merito esclusivamente alla frase "compresi i costi dell'approvazione del progetto da parte del Fisico": trattasi di refuso. Non saranno richiesti costi per l'approvazione del progetto di radioprotezione.