



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legaimail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**PROCEDURA APERTA SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI N. 1  
SISTEMA RADIOLOGICO DIGITALE CON RILEVATORE FLAT PANEL PER ESAMI  
RADIOLOGICI DOMICILIARI, COMPRENDENTE L'ASSISTENZA TECNICA FULL RISK  
PER 60 MESI, OCCORRENTI PER LA S.C. RADIODIAGNOSTICA PER L'ESPLETAMENTO  
DELL'ATTIVITA' DI RADIOLOGIA DOMICILIARE TERRITORIALE DELL'A.S.L. CN. 2 DI  
ALBA. TRAMITE RDO MEPA**

**GARA N 7275886 – CIG 7719350124 - CUP G81C17000040007**

**VERBALE COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE**

In data 05/02/2019 alle ore 08:30 presso la sede dell'ASL CN2 ALBA BRA – Via Vida 10 - si è riunita la commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 83 del 21/01/2019, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura aperta sotto la soglia comunitaria per la fornitura di n. 1 sistema radiologico digitale con rilevatore flat panel per esami radiologici domiciliari, comprendente l'assistenza tecnica full risk per 60 mesi, occorrente per la s.c. radiodiagnostica per l'espletamento dell'attività di Radiologia Domiciliare territoriale dell'A.S.L. CN 2 di Alba tramite RDO MEPA, GARA n 7275886 – CIG 7719350124 – CUP G81C17000040007.

Sono presenti:

- Valter Verna – Direttore S.C. Radiodiagnostica - Presidente
- Claudio Monti – Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente
- Marco Cerrato – Collaboratore Tecnico Professionale – S.C. Servizio Tecnico – Patrimoniale – Componente;

L'Ing. Marco Cerrato svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla gara a procedura aperta con RDO n. 2168422 è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Aggiudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all'art. 2 del Capitolato Speciale di Gara e all'art. 9 del Disciplinare di Gara.



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

*Mc* *W.* *Sh*

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

| N. | Criteri di valutazione                                                                                                                                  | Punteggio massimo |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Caratteristiche, funzioni e prestazioni dell'apparato radiogeno anche a seguito di visione                                                              | Punti 15          |
| 2  | Caratteristiche, funzioni e prestazioni del pannello digitale con relativa consolle portatile e del sistema di comunicazione anche a seguito di visione | Punti 15          |
| 3  | Programma di manutenzione Full Risk                                                                                                                     | Punti 10          |
| 4  | Sicurezza, ergonomia, trasportabilità, robustezza e facilità d'uso del sistema                                                                          | Punti 15          |
| 5  | Eventuali migliorie proposte                                                                                                                            | Punti 4           |
| 6  | Programma di addestramento e assistenza post vendita                                                                                                    | Punti 10          |
| 7  | Consumo energetico                                                                                                                                      | Punti 0.7         |
| 8  | Impatto ambientale a fine vita                                                                                                                          | Punti 0.3         |

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente o, laddove previsto, un punteggio predefinito se previsto nelle modalità di attribuzione.

Il coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

| SCALA DI VALUTAZIONE            | COEFFICIENTE |
|---------------------------------|--------------|
| Non apprezzabile non valutabile | 0,00         |
| Sufficiente                     | 0,25         |
| Discreto                        | 0,50         |
| Buono                           | 0,75         |
| Ottimo                          | 1,00         |

I punteggi di valutazione qualitativa saranno normalizzati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

A questo punto si procede alla lettura delle offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti e si inizia ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte 3B, ATS e Multimage che hanno presentato l'offerta tecnica.

A seguito di valutazione delle schede tecniche presentate, la commissione giudicatrice

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

assegna i punteggi allegati nella tabella ALLEGATO A , parte integrante del presente verbale e qui riassunti, in maniera unanime:

|                 |      |       |
|-----------------|------|-------|
| Ditta 3B        | p.ti | 59,05 |
| Ditta ATS       | p.ti | 70,00 |
| Ditta MULTIMAGE | p.ti | 49,05 |

Essendo le ore 13:00 la commissione termina i lavori.

Dott. Valter VERNA - Direttore S.C. Radiodiagnostica - Presidente

Dott. Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Componente

Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico Professionale - S.C. Servizio Tecnico - Patrimoniale - Componente e Segretario verbalizzante;

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

| ALLEGATO A                                                                                                                                              | 3B SRL            |                    |           |                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio                                                                                                                                                | Punteggio massimo | Giudizio assegnato | Punteggio | Punteggio assegnato | Punteggio assegnato - prima riparametrizzazione | Note                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caratteristiche, funzioni e prestazioni dell'apparato radiogeno anche a seguito di visione                                                              | 15                | Discreto           | 0,50      | 7,50                | 7,50                                            | Discreto in relazione alle attese della stazione appaltante relativamente alle caratteristiche di minima richieste                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche, funzioni e prestazioni del pannello digitale con relativa consolle portatile e del sistema di comunicazione anche a seguito di visione | 15                | Ottimo             | 1,00      | 15,00               | 15,00                                           | Ottimo complessivamente in relazione alle attese della stazione appaltante. Degni di nota, oltre al tablet dotato di interfaccia touch, le 5 batterie ricaricabili e all'elevata resistenza agli urti dichiarata e quantificata (200 G) in documentazione tecnica                |
| Programma di manutenzione full risk                                                                                                                     | 10                | Ottimo             | 1,00      | 10,00               | 10,00                                           | Ottimo complessivamente in relazione al dettagliato programma di manutenzione full risk. (Cadenza semestrale intervento garantito entro 10 ore<br>Copertura danni accidentali fino a 200 g, oltre 200 g franchigia 10.000 EUR + IVA muletto in caso di fermo macchina protratto) |
| Sicurezza, ergonomia, trasportabilità, robustezza e facilità d'uso del sistema                                                                          | 15                | Ottimo             | 1,00      | 15,00               | 15,00                                           | Ottimo in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                        |
| Eventuali migliorie proposte                                                                                                                            | 4                 | Sufficiente        | 0,25      | 1,00                | 1,00                                            | Sufficiente in relazione alle esigenze della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                 |
| Programma di addestramento e assistenza post vendita                                                                                                    | 10                | Ottimo             | 1,00      | 10,00               | 10,00                                           | Ottimo in merito alla dettagliata relazione circa le modalità di erogazione e ai criteri di espletamento della formazione e dell'assistenza                                                                                                                                      |
| Consumo energetico                                                                                                                                      | 0,7               | Sufficiente        | 0,25      | 0,18                | 0,25                                            | Sufficiente in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                   |
| Impatto ambientale a fine vita                                                                                                                          | 0,3               | Sufficiente        | 0,25      | 0,08                | 0,30                                            | Sufficiente in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                   |                    |           | 58,75               | 59,05                                           | Punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                              |



www.regione.piemonte.it/sanita

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

| ALLEGATO A                                                                                                                                              | ATS               |                    |           |                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio                                                                                                                                                | Punteggio massimo | Giudizio assegnato | Punteggio | Punteggio assegnato | Punteggio assegnato - prima riparametrizzazione | Note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Caratteristiche, funzioni e prestazioni dell'apparato radiogeno anche a seguito di visione                                                              | 15                | Ottimo             | 1,00      | 15,00               | 15,00                                           | Ottimo in relazione alle attese della stazione appaltante. Degni di nota: alta frequenza (300kHz) anche con alimentazione monofase, tubo rx con doppio fuoco (0.6 e 2.8 mm), Potenza massima del sistema 8kW, range di tensione 40 - 125 kV con passo 1 kV, range dei mAs da 0.1 a 250, n.20 programmi anatomici impostabili. |
| Caratteristiche, funzioni e prestazioni del pannello digitale con relativa consolle portatile e del sistema di comunicazione anche a seguito di visione | 15                | Buono              | 0,75      | 11,25               | 15,00                                           | Buono complessivamente in relazione alle attese della stazione appaltante relativamente alla presenza in fornitura del tablet dotato di interfaccia touch.                                                                                                                                                                    |
| Programma di manutenzione full risk                                                                                                                     | 10                | Ottimo             | 1,00      | 10,00               | 10,00                                           | Ottimo complessivamente in relazione al dettagliato programma di manutenzione full risk. (Copertura danni accidentali "pro rata temporis"; intervento entro 8 ore lavorative muletto in caso di fermo macchina protratto)                                                                                                     |
| Sicurezza, ergonomia, trasportabilità, robustezza e facilità d'uso del sistema                                                                          | 15                | Ottimo             | 1,00      | 15,00               | 15,00                                           | Ottimo in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eventuali migliorie proposte                                                                                                                            | 4                 | Ottimo             | 1,00      | 4,00                | 4,00                                            | Ottimo in relazione alle esigenze della stazione appaltante. Degni di nota la fornitura del dosimetro e del Router 4G                                                                                                                                                                                                         |
| Programma di addestramento e assistenza post vendita                                                                                                    | 10                | Ottimo             | 1,00      | 10,00               | 10,00                                           | Ottimo in merito alla dettagliata relazione circa le modalità di erogazione e ai criteri di espletamento della formazione e dell'assistenza                                                                                                                                                                                   |
| Consumo energetico                                                                                                                                      | 0,7               | Buono              | 0,75      | 0,53                | 0,70                                            | Buono in relazione alla funzionalità di stand by del filamento per salvaguardare la vita del tubo                                                                                                                                                                                                                             |
| Impatto ambientale a fine vita                                                                                                                          | 0,3               | Sufficiente        | 0,25      | 0,08                | 0,30                                            | Sufficiente in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                         |                   |                    |           | 65,85               | 70,00                                           | Punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

MCC

W, X

Vh

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legaimail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

| ALLEGATO A                                                                                                                                              | MULTIMAGE         |                    |           |                     |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio                                                                                                                                                | Punteggio massimo | Giudizio assegnato | Punteggio | Punteggio assegnato | Punteggio assegnato - prima riparametrizzazione | Note                                                                                                                                                                                                                                             |
| Caratteristiche, funzioni e prestazioni dell'apparato radiogeno anche a seguito di visione                                                              | 15                | Discreto           | 0,50      | 7,50                | 7,50                                            | Discreto in relazione alle attese della stazione appaltante relativamente alle caratteristiche di minima richieste                                                                                                                               |
| Caratteristiche, funzioni e prestazioni del pannello digitale con relativa consolle portatile e del sistema di comunicazione anche a seguito di visione | 15                | Discreto           | 0,50      | 7,50                | 7,50                                            | Discreto in relazione alle attese della stazione appaltante.                                                                                                                                                                                     |
| Programma di manutenzione full risk                                                                                                                     | 10                | Ottimo             | 1,00      | 10,00               | 10,00                                           | Ottimo complessivamente in relazione al dettagliato programma di manutenzione full risk. (Assicurazione furto / rapina Garanzia disponibilità ricambi 10 anni intervento entro 4 ore per bloccante. muletto in caso di fermo macchina protratto) |
| Sicurezza, ergonomia, trasportabilità, robustezza e facilità d'uso del sistema                                                                          | 15                | Ottimo             | 1,00      | 15,00               | 15,00                                           | Ottimo in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                        |
| Eventuali migliorie proposte                                                                                                                            | 4                 | Sufficiente        | 0,25      | 1,00                | 1,00                                            | Sufficiente in relazione alle esigenze della stazione appaltante                                                                                                                                                                                 |
| Programma di addestramento e assistenza post vendita                                                                                                    | 10                | Buono              | 0,75      | 7,50                | 7,50                                            | Buono in relazione alle aspettative della stazione appaltante                                                                                                                                                                                    |
| Consumo energetico                                                                                                                                      | 0,7               | Sufficiente        | 0,25      | 0,18                | 0,25                                            | Sufficiente in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                   |
| Impatto ambientale a fine vita                                                                                                                          | 0,3               | Sufficiente        | 0,25      | 0,08                | 0,30                                            | Sufficiente in relazione alle attese della stazione appaltante                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                         |                   |                    |           | 48,75               | 49,05                                           | Punteggio assegnato                                                                                                                                                                                                                              |



www.regione.piemonte.it/sanita