



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N. 1 LASER AD OLMIO, OCCORRENTE PER LA S.O. DI UROLOGIA DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO – GARA N. 7413004 CIG 7882376672 – RDO 2294440

CHIARIMENTI

DOMANDA 1)

Da specifiche tecniche viene richiesta la dotazione di tecnologia per prevenire la retrospulsione del calcolo, questa tecnologia deve poter essere applicata e utilizzata con entrambe le tipologie di fibre sia pluriuso (richieste in dotazione) che monouso? Con allegata una dichiarazione ufficiale da parte del produttore che attesti che con entrambi le tipologie di fibre (Pluriuso e Monouso) può essere utilizzata la tecnologia richiesta?

RISPOSTA 1

Se la tecnologia antiretrospulsione non fosse applicabile su tutti i tipi di fibra non rappresenta un criterio di esclusione, tuttavia sarà oggetto di valutazione all'interno del criterio n. 5 "caratteristiche tecniche migliorative rispetto al capitolato"

DOMANDA 2

Garanzia fideiussoria, documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; N.B. La stessa deve essere controfirmata anche da parte nostra con firma digitale?

E' possibile produrla in originale, il che vuol dire che deve essere recapitata a mezzo posta? Se sì dove? Oppure si può semplicemente caricare nella slot dedicata

RISPOSTA 2

Si ribadisce quanto indicato all'art. 4 "Garanzia provvisoria, comma 4"; è possibile inserire sul MEPA, nella documentazione amministrativa in risposta alla RDO in oggetto "*documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante*".

Il documento in originale, può essere inviato al seguente indirizzo: ASL CN2 – Ufficio Protocollo – Via Vida 10 – 12051 Alba, e dovrà pervenire prima della scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 30.05.2019 ore 12.00; copia del documento dovrà essere inserito, altresì, nella documentazione amministrativa in risposta alla RDO in oggetto;

DOMANDA 3

Allegato 2 Modello DUVRI "Verbale riunione di cooperazione e coordinamento confermate che deve essere solo controfirmato e non compilato?

RISPOSTA 3

Si conferma che l'Allegato 2 al Modello DUVRI "Verbale riunione di cooperazione e coordinamento" deve essere solamente firmato per presa visione.