

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**S.S. Ingegneria Clinica**

Direttore: Arch. Ferruccio BIANCO

Responsabile dell'istruttoria: Ing. Marco CERRATO

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Alba – Via Vida, 10

✓ telefonicamente: 0173/594.892

✓ tramite fax: 0173/316.495

✓ tramite e-mail: [mcerrato@aslcn2.it](mailto:mcerrato@aslcn2.it)

PROTOCOLLO			
reg_aslCN2			
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO
Classificazione			
generale		procedimentale	
Risposta a nota n.		del	

Spett.le

S.S. Logistica, Acquisti e Servizi

Dott. Claudio MONTI

p.c.

Direzione Dipartimento Area

Chirurgica

Dott. Fasolis Giuseppe

p.c.

Dott. Varvello Francesco

Ecografo BK parere

**OGGETTO: FORNITURA DI N.1 Ecografo BK 5000, sonde, accessori e consumabili -  
Parere**

In riferimento alla procedura in oggetto, nella quale è richiesta la fornitura di N. 1  
Apparecchiatura ecografica BK 5000 avente la seguente dotazione:

A) SONDE (disinfettabili e sterilizzabili per immersione totale, nonché compatibili con i  
processi ad acido per acetico e a perossido d'idrogeno):

- n.1 Sonda Lineare cod. 9051
- n.1 Sonda Triplanare cod. 9018
- n.1 Sonda Volumetrica cod. 9052
- n.1 Sonda Intraoperatoria Biplanare simultanea cod. 9024
- n.1 Sonda Laparoscopica cod. 9066
- n.1 Sonda Robotica cod. 9026
- n.1 Sonda Sonda convex cod. 9040

B) CONSUMABILI

- N. 1 kit pluriuso per biopsia per ognuna delle sonde tranne che per le triplanari;
- N. 10 kit pluriuso per biopsia per la sonda triplanare;

C) ACCESSORI:

- Stampante termica;
- Gruppo di continuità con capacità sufficiente a garantire un'ora di funzionamento a batteria;

è pervenuta l'offerta della ditta BK Medical Italia. L'analisi della documentazione prodotta dalla  
ditta offerente ha evidenziato la rispondenza dell'offerta a quanto richiesto nel capitolato speciale di  
fornitura. In particolare è risultato offerto:

- N. 1 Ecografo BK 5000 dotato internamente di gruppo di continuità con capacità

[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslc2@legalmail.it](mailto:aslc2@legalmail.it) – [www.aslc2.it](http://www.aslc2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

sufficiente a garantire un'ora di lavoro e di tutte le sonde con codice riportato nel capitolato speciale di fornitura;

- N. 1 kit pluriuso per biopsia (COD. UA 1250)
- N. 10 kit pluriuso per la sonda triplanare (COD. UA 1328)
- Stampante termica (COD. UA 2353)
- Garanzia full risk di 24 mesi dalla data del collaudo

Per quanto sopra riportato, appurata per i moduli di pertinenza la conformità alla normativa EN 60601.1 – CEI 62.5 e alla direttiva 2006/42/CE, 93/42/CE, questa S.S. Ingegneria Clinica, esprime parere tecnico favorevole per la proposta pervenuta dalla ditta BK Medical Italia.

Cordiali saluti

IL COLL. TECNICO PROF. LE  
S.S. Ingegneria Clinica  
(Ing. Marco Cerrato)

IL DIRETTORE  
S.C. SERVIZI TECNICI PATRIMONIALI  
(Arch. Ferruccio BIANCO)

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale  
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.*



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)