

**PROCEDURA NEGOZIATA, PER LA FORNITURA DI UN ECOGRAFO SPECIALISTICO
PER IL REPARTO DI CARDIOLOGIA DEL NUOVO OSPEDALE DI VERDUNO,
COMPRESIVO DI MANUTENZIONE FULL RISK DELLA DURATA DI 60 MESI, GARA N.
7504840, CIG 7994315D6C, RDO N. 2368688.**

1° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE.

In data 29/10/2019 alle ore 13:15 presso la sede dell'A.S.L. CN2 Alba Bra - Via Vida 10 - si è riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 1020 del 25/09/2019, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata, aperta a tutti i fornitori abilitati al rispettivo bando, mediante RdO Mepa n. 2368688, per la fornitura, comprensiva di garanzia full risk per mesi sessanta, di un ecografo specialistico per il reparto di cardiologia del nuovo P.O. di Verduno dell'ASL CN2 Alba-Bra.

Sono presenti:

- Dott. Antonio DELLAVALLE - Direttore S.C. Cardiologia e UTIC - Presidente;
- Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico Professionale S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniale - Componente;
- Dott. Valter VERNA - Direttore S.C. Radiodiagnostica - Componente;

Il Sig. Paolo Giaccone - Coadiutore amministrativo - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla gara, a procedura negoziata, Rdo n. 2368688 è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei requisiti tecnici irrinunciabili di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di gara di seguito indicati:

| n | Caratteristiche | Punti |
|----------|--|-----------|
| 1 | COD.11 – ECOCARDIOGRAFO | 42 |
| 1.1 | Archiviazione e possibilità di interfacciamento con sistemi esterni | 8 |
| 1.2 | Caratteristiche del modulo software offline di elaborazione 2D e 3D avanzata | 8 |
| 1.3 | Caratteristiche del modulo echo stress | 3 |
| 1.4 | Caratteristiche del modulo 2D / M-Mode | 3 |
| 1.5 | Caratteristiche del modulo pediatrico | 3 |
| 1.6 | Caratteristiche della modalità TDI/Strain | 3 |
| 1.7 | Caratteristiche della modalità PW / CW | 2 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1.8 | Caratteristiche del monitor | 2 |
| 1.9 | Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi, anche eventualmente in seguito di visione in prova; | 10 |
| 2 | COD.12 SONDA TRANSESOFOGEEA | 5 |
| 2.1 | Caratteristiche della sonda trans esofagea, anche eventualmente a seguito della visione in prova | 5 |
| 3 | COD.13 SONDA 3D/4D | 5 |
| 3.1 | Caratteristiche della sonda volumetrica | 5 |
| 4 | COD.14 SONDA PEDIATRICA | 5 |
| 4.1 | Caratteristiche della sonda pediatrica | 5 |
| 5 | FORMAZIONE | 2 |
| 5.1 | Adeguatezza del programma di formazione | 1 |
| 5.2 | Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi | 1 |
| 6 | ASSISTENZA FULL RISK | 10 |
| 6.1 | Adeguatezza del programma di manutenzione full risk | 7 |
| 6.2 | Caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi | 3 |
| 7 | CRITERI AMBIENTALI | 1 |
| 7.1 | Costi e impatto ambientale per fine uso | 0,5 |
| 7.2 | Materiali | 0,5 |

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente o, laddove previsto, un punteggio predefinito se previsto nelle modalità di attribuzione.

Il coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

| SCALA DI VALUTAZIONE | COEFFICIENTE |
|---------------------------------|--------------|
| Non apprezzabile non valutabile | 0,00 |
| Sufficiente | 0,25 |
| Discreto | 0,50 |
| Buono | 0,75 |
| Ottimo | 1,00 |

A questo punto si procede alla lettura delle offerte tecniche presentate dalle ditte offerenti e si inizia ad esaminare la documentazione inviata dalle ditte partecipanti:

VERIS SRL, GE MEDICAL SPA, SIPAR SRL.

A seguito di attenta valutazione della documentazione presentata dalle tre ditte partecipanti, la commissione giudicatrice, come previsto dall'art. 10 del capitolato speciale di gara, ritiene di avvalersi della facoltà di richiedere alle ditte offerenti la visione in loco della soluzione proposta.

Il Rup, procederà quindi a comunicare quanto sopra alle ditte partecipanti, per gli opportuni approfondimenti.

Giunte le ore 14.15 la Commissione ritiene di concludere i lavori della presente seduta, rimandando la valutazione tecnica della fornitura di cui trattasi a data da destinarsi.

Dott. Antonio DELLAVALLE - Direttore S.C. Cardiologia e UTIC - Presidente - Presidente;

(f.to in originale)

Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico Professionale S.C. Servizi Tecnici - Patrimoniale - Componente;

(f.to in originale)

Dott. Valter VERNA - Direttore S.C. Radiodiagnostica - Componente;

(f.to in originale)

Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.S. Logistica, Acquisti e Servizi - Segretario verbalizzante;

(f.to in originale)
