



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

RdO N. 2564048 - FORNITURA MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI IN SCHIUMA DI POLIURETANO COMPENSIVI DI COVER

CHIARIMENTO N. 1

DOMANDA N. 1

Con la presente siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:

1. E' possibile offrire un materasso con caratteristiche più performanti (materasso ibrido in schiuma e aria, a zone differenziate, con zona dedicata ai talloni)

Risposta: Si

2. Materasso con altezza 20 cm

Risposta:

Lo spessore del sistema, come indicato nell'art. 3 del Capitolato Speciale di Gara (CSG) deve essere tra i 14/18 cm; vengono comunque valutati anche spessori superiori.

DOMANDA N. 2

Con la presente si richiedono le specifiche tecniche del prodotto oggetto della presente Rdo. Nello specifico misure del materasso, caratteristiche dello stesso e qualità specifiche della cover. Come tempi di consegna quali sono le direttive?

Risposta:

Le caratteristiche tecniche sono tutte indicate nell'art. 3 del CSG. In merito si ribadisce quanto segue:

I materassi offerti devono essere compatibili con i letti elettrici articolati in dotazione nel nuovo P.O. di Verduno (modello 346780H ditta MALVESTIO SPA) pena esclusione dalla gara.

I tempi di consegna sono indicati all'art. 5 del CSG.