



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

RdO N. 2564048 - FORNITURA MATERASSI ANTIDECUBITO STATICI IN SCHIUMA DI POLIURETANO COMPENSIVI DI COVER

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA N. 1

Facendo seguito alle indicazioni contenute nel capitolato a pag. 2 , specificate come pena l'esclusione, in base al principio di interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza, siamo a richiedere di rivedere la richiesta di „peso non superiore di 15 KG „ con una dicitura „peso di circa 15 kg „

Risposta:

Si conferma quanto indicato all'art. 3 del Capitolato Speciale di Gara (CSG).

DOMANDA N. 2

– Con la presente sono a chiedere se l'offerta deve essere per nr. 50 materassi comprensivi di cover + nr. 50 cover di ricambio.

– **Risposta:**

L'offerta deve essere fatta per 50 materassi comprensivi di cover, più 50 cover di ricambio.

– Chiedo inoltre la possibilità di avere le dimensioni esatte richieste

– **Risposta:**

Le dimensioni del materasso devono adattarsi al modello del letto di cui all'art. 3 del CSG.

– E' possibile inviare la campionatura di nr. 1 pz. per un articolo con dimensioni similari.

– **Risposta:**

La campionatura deve essere corrispondente ai requisiti previsti nel CSG e quindi adattabile al modello del letto indicato all'art. 3 del CSG.

I materassi offerti devono essere compatibili con i letti elettrici articolati in dotazione nel nuovo P.O. di Verduno (modello 346780H ditta MALVESTIO SPA) pena esclusione dalla gara.