

**FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI VENTILATORI POLMONARI OCCORRENTE  
ALLA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'ASL CN2 ALBA BRA.**

**RISPOSTA A CHIARIMENTI 1:**

**DOMANDA 1:**

Si richiedono i file in formato word ed excel in formato editabile, risultano protetti e non è possibile aprirli.

**RISPOSTA 1:**

I file caricati sul portale Mepa, non sono protetti ed è possibile aprirli.

**DOMANDA 2:**

Vi chiediamo di confermare che il requisito modulo CO2 Integrato, richiesto nel lotto 2 “Ventilatore portatile utilizzabile per risonanza magnetica” risulta essere un refuso in quanto il monitoraggio della CO2, integrato in un ventilatore polmonare, risulta essere non compatibile con l’ambiente di risonanza magnetica.

**RISPOSTA 2:**

Si, si tratta di refuso