

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

S.C. Cardiologia - Osp. M. e P. Ferrero di Verduno

Direttore: Dott. Antonio DELLAVALLE

Responsabile dell'istruttoria: **Dott. Antonio Dellavalle**

Recapiti a cui rivolgersi:

✓ personalmente: Reparto Ospedale M.. P. Ferrero – Verduno
Ambulatorio Ospedale M.P. Ferrero – Verduno

✓ telefonicamente: 0172 / 1408140

✓ tramite e-mail: adellavalle@aslcn2.it

PROTOCOLLO			
reg_aslCN2	27-07-21	5537213	
REGISTRO A.O.	DATA	NUMERO	TIPO
Classificazione			
I	5	04	01
generale		procedimentale	
Risposta a nota n.		del	

Alla **Spett.li**
c.a **Dr. Claudio MONTI**
Ing. Marco CERRATO
SC Logistica, Patrimonio, Acquisti e Servizi

**OGGETTO: ACQUISTO DI SISTEMA DI MAPPAGGIO E NAVIGAZIONE CARDIACA
PER PROCEDURE DI ABLAZIONE CARDIACA**

In merito alla procedura in oggetto, visionata la documentazione tecnica inviata dalle due ditte che hanno manifestato interesse per l'avviso, la ditta Abbott Medical Italia S.r.l. di Sesto San Giovanni (MI), da noi indicata come unico produttore della fornitura richiesta, meglio risponde alle nostre esigenze di avvio delle procedure di ablazione di tachiaritmie cardiache, rispetto alla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.a. di Pomezia (RM) per le seguenti motivazioni:

1. Con il sistema NAVX della ditta Abbott Medical è possibile la ricostruzione della geometria 3D delle camere cardiache con qualsiasi elettrocatetere senza la necessità di utilizzare alcun catetere dedicato durante la procedura diagnostica; il sistema utilizza la creazione di un campo elettrico a basso voltaggio e per questo le acquisizioni delle informazioni utili può essere ottenuta per mezzo di un qualsiasi elettrocatetere, sia esso diagnostico o da ablazione, indipendentemente dal fabbricante e dal modello; questo si traduce in un vantaggio economico per le procedure elettrofisiologia siano esse diagnostiche o di ablazione
2. Il sistema NAVX consente procedure diagnostiche ed ablazioni di aritmie sopraventricolari con tecnica "raggi zero" senza necessità di cateteri dedicati; questo si traduce in un vantaggio di minor esposizione radiologica per il paziente
3. La caratteristica del sistema NAVX di acquisire le geometrie anche attraverso cateteri per la stimolazione definitiva e defibrillazione del cuore, permette il suo impiego anche in procedure di elettrostimolazione (pacemaker – defibrillatori-



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

resincronizzatori cardiaci) con la tecnica “raggi zero”

In sintesi, il sistema di mappaggio della ditta Johnson & Johnson Medical S.p.a. è da ritenersi **non equivalente** al sistema di mappaggio e navigazione cardiaca “Ensight Precision Navx” della Abbott Medical Italia S.r.l., per le esigenze attuali del centro.

Distinti saluti,

IL DIRETTORE
S.C. CARDIOLOGIA-UTIC
Dott. Antonio DELLAVALLE
*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005.*

27-07-21