



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**ORNITURA DI UN SISTEMA DI LITOTRISSIA COMPRENSIVA DI MATERIALE DI CONSUMO (SONDE), SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER MESI 36, DA IMPIEGARE PRESSO LE SALE OPERATORIE DEL P.O. DI VERDUNO DELL'ASL CN2 ALBA-BRA. RDO N. 2831249, GARA N. 8205312, CIG N. 881584596E.**

### **VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In data 04/11/2021 alle ore 14:15 presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) sito in Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno (CN) si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione direttoriale n. 1197 del 01/10/2021, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura di *UN SISTEMA DI LITOTRISSIA COMPRENSIVA DI MATERIALE DI CONSUMO (SONDE), SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK PER MESI 36*;

Sono presenti:

- Dott. Alberto PARMIGIANI - Dirigente medico - S.C. Urologia - Presidente;
- Ing. Marco CERRATO - Collaboratore tecnico S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti e Coordinatore FF Ingegneria Clinica - Componente;
- Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Componente;

La Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si prende atto che le ditte **Pirinoli Enrico e C. SRL** e **Multimed SRL**, hanno presentato le offerte nei termini e nei modi previsti.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica presentata da tutte le ditte partecipanti, relativa alla RdO n 2831249, è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in base ai requisiti del Capitolato Speciale di Gara.

Il punteggio relativo alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei sotto indicati criteri:

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

n. criterio	Caratteristiche	Punti
1	<i>Qualità e velocità della litotrissia</i>	15
2	<i>Qualità della clearance dei frammenti tramite aspirazione</i>	15
3	<i>Ergonomicità dello strumento</i>	15
4	<i>Facilità di connessione delle sonde</i>	5
5	<i>Caratteristiche tecniche migliorative rispetto al capitolato (possibilità di sonde pluriuso, qualità dei materiali)</i>	14
6	<i>Manutenzione full risk</i>	5
5	<i>Criteri ambientali (CAM - Rispondenza criteri ambientali minimi)</i>	1

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Non apprezzabile non valutabile	0.00
Sufficiente	0.25
Discreto	0.50
Buono	0.75
Ottimo	1.00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno riparametrati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

Si procede ora all'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti.

La Commissione Giudicatrice procede quindi alla lettura delle relazioni tecniche presentate e assegna i punteggi di cui in tabella e qui riassunti:

Ditta Pirinoli Enrico, punti assegnati: 66,50

Ditta Multimed, punti assegnati: 70,00



# A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

<u>ALLEGATO A)</u>			<u>MULTIMED SRL</u>			
<u>CRITERI</u>		<u>Punteggio massimo attribuibile</u>	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
1	<u>Qualità e velocità della litotrissia</u>	15,00	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
2	<u>Qualità della clearance dei frammenti tramite aspirazione</u>	15,00	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
3	<u>Ergonomicità dello strumento</u>	15,00	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
4	<u>Facilità di connessione alle sonde</u>	5,00	Ottimo	1,00	5,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
5	<u>Caratteristiche tecniche migliorative rispetto al capitolato (possibilità di sonde pluriuso, qualità dei materiali)</u>	14,00	Ottimo	1,00	14,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante. Degna di nota la presenza di controlli per modulare le energie direttamente dal manipolo
6	<u>Manutenzione full risk</u>	5,00	Ottimo	1,00	5,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
7	<u>Criteri ambientali minimi (CAM - Risposndenza criteri ambientali minimi)</u>	1,00	Ottimo	1,00	1,00	Conforme alle richieste della stazione appaltante
			Punteggio assegnato		70,00	



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

<u>ALLEGATO A)</u>		<u>PIRINOLI ENRICO E C. SRL</u>				
<u>CRITERI</u>		<u>Punteggio massimo attribuibile</u>	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
1	<u>Qualità e velocità della litotrissia</u>	15,00	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
2	<u>Qualità della clearance dei frammenti tramite aspirazione</u>	15,00	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
3	<u>Ergonomicità dello strumento</u>	15,00	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
4	<u>Facilità di connessione alle sonde</u>	5,00	Ottimo	1,00	5,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
5	<u>Caratteristiche tecniche migliorative rispetto al capitolato (possibilità di sonde pluriuso, qualità dei materiali)</u>	14,00	Buono	0,75	10,50	Buono nel complesso relativamente alle caratteristiche del manipolo (a pistola)
6	<u>Manutenzione full risk</u>	5,00	Ottimo	1,00	5,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
7	<u>Criteri ambientali minimi (CAM - Risposndenza criteri ambientali minimi)</u>	1,00	Ottimo	1,00	1,00	Conforme alle richieste della stazione appaltante
			Punteggio assegnato		66,50	

Alle ore 15:15, la commissione conclude i lavori.

Verduno, li 04/11/2021

Dott. Alberto PARMIGIANI - Dirigente medico - S.C. Urologia - Presidente

(f.to in originale)



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: [aslcn2@legalmail.it](mailto:aslcn2@legalmail.it) – [www.aslcn2.it](http://www.aslcn2.it)

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Ing. Marco CERRATO - Collaboratore tecnico S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti e Coordinatore FF Ingegneria Clinica - Componente

(f.to in originale)

---

Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Componente

(f.to in originale)

---

Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Segretario verbalizzante

(f.to in originale)

---