



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

FORNITURA DI N. 1 LASER PER UTILIZZO PROCTOLOGICO COMPRESIVA DI GARANZIA PER MESI 24, ASSISTENZA TECNICA FULL RISK PER ULTERIORI MESI 36 E MATERIALE DI CONSUMO PER MESI 60, OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA-BRA, ACQUISIZIONE TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. RDO N. 2866720 GARA N. 8294992, CIG N. 89152053E7.

2° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 01/12/2021 alle ore 11.00 presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno, sito in Strada del Tanaro 7, 12060 Verduno - si è nuovamente riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 1251 del 14.10.2021, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per l'affidamento di n. 1 laser per utilizzo proctologico comprensiva di garanzia per mesi 24, assistenza tecnica full risk per ulteriori mesi 36 e materiale di consumo per mesi 60 occorrente all'ASL CN2 Alba-Bra;

Sono presenti:

- Dott. Vincenzo ADAMO - Dirigente medico - S.C. Chirurgia Generale - Presidente;
- Ing. Marco CERRATO - Collaboratore tecnico S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti e Coordinatore FF Ingegneria Clinica - Componente;
- Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Componente;

La Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti della Commissione, riprendono i lavori interrotti, in occasione del primo incontro del 25/10/2021;

Si prende atto che in occasione del primo incontro, la commissione giudicatrice ha ritenuto di convocare le ditte partecipanti per la prova con visione in loco del sistema al fine di esaminare ulteriormente quanto proposto.


A seguito di richiesta, in merito a quanto sopra, inviata dal Rup in data 26/10/2021, si prende atto che la visione e prova in loco delle soluzioni proposte da parte di tutte le ditte partecipanti, è avvenuta nei termini e nei modi richiesti;

A questo punto la commissione giudicatrice, a seguito della visione e prova in loco di tutte le soluzioni proposte e della valutazione della documentazione tecnica presentata, attribuisce in maniera unanime i punteggi riassunti in allegato A

Ditta UBER ROS SPA	p.ti	61,50
Ditta BIOLITEC ITALIA SRL	p.ti	65,25
Ditta DIMED SRL	p.ti	65,00

 **REGIONE
PIEMONTE**

www.regione.piemonte.it/sanita





A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Ed a seguito di riparametrizzazione:

Ditta UBER ROS SPA	p.ti	65,98
Ditta BIOLITEC ITALIA SRL	p.ti	70,00
Ditta DIMED SRL	p.ti	69,73

La seduta si chiude alle ore 12:00 previa sottoscrizione del presente verbale.

Verduno, li 01/12/2021

Dott. Vincenzo ADAMO - Dirigente medico - S.C. Chirurgia Generale - Presidente

Ing. Marco CERRATO - Collaboratore tecnico S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti e Coordinatore FF Ingegneria Clinica – Componente

Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti – Componente

Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Segretario verbalizzante



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra





Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

ALLEGATO A1		UBER ROS SPA				BIOLITEC ITA SRL				DIMED SRL				
CRITERI	Punteggio massimo attribuito	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	
1	Caratteristiche strutturali del generatore (inibitività, monitor, dimensioni, potenza)	20,00	Buono	0,75	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	20,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante. Degna di nota la manutenzione dello schermo, l'ottimizzazione dell'interfaccia	Buono	0,75	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
2	Efficacia	20,00	Ottimo	1,00	20,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	20,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	20,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
3	Economicità e maneggevolezza	15,00	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	15,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
4	Manutenzione full risk	5,00	Buono	0,75	3,75	Buono nel complesso e in merito rispetto alle attese della stazione appaltante e in merito alla fornitura di un tecnico	Discreto	0,50	2,50	Discreto nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	5,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante. Degna di nota la fornitura di apparecchiature sostituite su grado non rilevabile entro 3 ore
5	Formazione del personale utilizzatore (modulo ed informatico)	9,00	Buono	0,75	6,75	Buono nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Buono	0,75	6,75	Buono nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	9,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante. Degna di nota il piano formativo predisposto dall'appaltante
6	CAM (criteri ambientali minimi)	1,00	Ottimo	1,00	1,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	1,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante	Ottimo	1,00	1,00	Ottimo nel complesso rispetto alle attese della stazione appaltante
		Punteggio assegnato		61,50	Punteggio assegnato		85,25		Punteggio assegnato		65,00			
		Punteggio assegnato a seguito riparametrizzazione		65,98	Punteggio assegnato a seguito riparametrizzazione		70,00		Punteggio assegnato a seguito riparametrizzazione		69,73			



www.regione.piemonte.it/sanita