

5808481 13/12/2021 15:47:20

Oggetto: Urodinamica – parere Menfis Medica S.p.a.

I due sistemi per urodinamica NON sono da ritenersi sistemi "equivalenti".
Infatti, Menfis Medica Sp.a. NON ha modulo pressorio indossabile dal paziente.

Dirigente Medico
Dott. J. Antolini.