

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI KIT PER DIALISI PERITONEALE (KIT ATTACCO E STACCO CVC), E MATERIALE DEDICATO, OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA BRA, PER UN PERIODO DI 36 MESI, ACQUISIZIONE TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

RDO N. 2960826. GARA N. 8456936 CIG 9107475E1D.

CHIARIMENTI

DOMANDA 1

si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Kit per dialisi peritoneale: cosa intendete con "Essere confezionati singolarmente" ?
- 2) Bende elastiche premifistola : saranno consegnati alla ASL o al paziente ? in questo secondo caso in quale quantità mensile e se devono essere inseriti nel cartone contenente il Kit Grazie

RISPOSTA 1

- 1) ogni singolo Kit per dialisi peritoneale è confezionato come descritto nell'art.3 del Capitolato.
- 2) Le bende non sono da inserire nei kit non andranno a domicilio del paziente ma consegnate presso il Magazzino Generale dell'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno in Strada del Tanaro n. 7.

DOMANDA 2

Siamo a chiedere le dimensioni e le caratteristiche tecniche del Premifistola in quanto nel capitolato non sono indicate dettagliatamente.

RISPOSTA 2

Le bende attualmente in uso sono in cotone – poliammide (LATEX FREE) ed hanno dimensione nominale di cm 45 x 6.

Tra le caratteristiche tecniche descritte all'interno dell'art. 3 del Capitolato è stato indicato come refuso "Autoadesive" anziché "con biadesivo e con cerotto di fissaggio".