



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK E ACCESSORI, DI UN SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI ISTOCHEMICHE PER PREPARATI CITOISTOLOGICI E RELATIVI CONSUMABILI OCCORRENTE ALLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA. TRAMITE RDO MEPA N. 2956327 AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA DURATA. 36 MESI. GARA 8449026 CIG 9098434940.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 18/05/2022 alle ore 11:00 presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) sito in Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno (CN) si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione direttoriale n. 720 del 16/05/2022, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la **FORNITURA IN NOLEGGIO, COMPRESIVA DI MANUTENZIONE FULL RISK E ACCESSORI, DI UN SISTEMA PER COLORAZIONI SPECIALI ISTOCHEMICHE PER PREPARATI CITOISTOLOGICI E RELATIVI CONSUMABILI OCCORRENTE ALLA S.C. ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA DELL'A.S.L. CN2 ALBA-BRA**;

Sono presenti:

- Dott. Marco PAGANO - Direttore - S.C. Anatomia Patologica - Presidente;
- Dott.ssa Monica COSTAMAGNA - Referente Tecnico - S.C. Anatomia Patologia - Componente;
- Dott.ssa Maria RAITERI - Direttore f.f. - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Componente;

La Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Si prende atto che ha presentato la propria offerta nei termini e nei modi previsti, unicamente la ditta **AGILENT TECHNOLOGIES SPA**.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica presentata, relativa alla RdO n 2956327, è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in base ai requisiti del Capitolato Speciale di Gara.

Il punteggio relativo alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei sotto indicati criteri:



www.regione.piemonte.it/sanita

N	Criteri di valutazione		Punteggio massimo	
1	Capacità produttiva dello strumento, il numero di vetrini per singola corsa		20	
	1a	fino a 20 vetrini		10
	1b	oltre 20 vetrini		20
2	Capacità dello strumento di gestire colorazioni differenti nella singola corsa, numero di differenti colorazioni gestibili		15	
	2a	fino a 10		5
	2b	oltre 10		15
3	Possibilità di regolare in modo fine la temperatura di lavoro nelle diverse fasi di incubazione dei reattivi, intervallo di temperatura della strumentazione		10	
	3a	di 4 gradi in 4 gradi		0
	3b	di 3 gradi in 3 gradi		3
	3c	di 2 gradi in 2 gradi		6
	3d	di grado in grado		10
4	Accurata separazione dei reflui prodotti		10	
	4a	non separazione (punti 0)		0
	4b	separazione tra tossici e non tossici (punti 10)		10
5	Disponibilità di differenti kit di colorazioni speciali in confezionamento pronto-uso		5	
	5a	fino 25 colorazioni speciali		2
	5b	oltre 25 colorazioni speciali		5
6	Confezionamento pronto-uso di ciascun kit di colorazione - ad esempio: kit disponibile in confezione da 20 e da 40 test, kit disponibile in confezione da 50 e da 100 test, ecc):		7	
	6a	tutti i kit offerti con una sola pezzatura (punti 1)		1
	6b	da 1 a 4 kit offerti con 2 o più pezzature (punti 3)		3
	6c	oltre 4 kit offerti con 2 o più pezzature (punti 7)		7
7	Presenza di filtro a carbone nella strumentazione e/o sistema di aspirazione dei vapori		3	
	7a	assenti (punti 0)		0
	7b	presenti (punti 3)		3

Si procede ora all'esame della documentazione tecnica presentata dall'unica ditta partecipante
AGILENT TECHNOLOGIES SPA.

M.H.
re. M.H.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

A seguito di approfondita valutazione, la commissione giudicatrice esprime in maniera unanime il seguente punteggio, come si evince anche dalla griglia allegata:

AGILENT TECHNOLOGIES SPA. P.ti 70,00

Alle ore 12:00, la commissione conclude i lavori, previa sottoscrizione del presente verbale.

Verduno, li 18/05/2022

Dott. Marco PAGANO - Direttore - S.C. Anatomia Patologica - Presidente

(f.to in originale)

Dott.ssa Maria RAITERI - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Componente

(f.to in originale)

Dott.ssa Monica COSTAMAGNA - Referente Tecnico - S.C. Anatomia Patologia - Componente - Componente

(f.to in originale)

Rag.ra Antonella VENEZIA - Collaboratore amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Segretario verbalizzante

(f.to in originale)

ALEGATICA

AGILENT TECH

CRITERI

Punteggio assegnato dalla Stazione Appaltante

Note

Capacità produttiva dello strumento, il numero di vetrini per singola corsa			
1	1a	fino a 20 vetrini	10
	1b	oltre 20 vetrini	20
Capacità dello strumento di gestire colorazioni differenti nella singola corsa, numero di differenti colorazioni gestibili			
2	2a	fino a 10	5
	2b	oltre 10	15
Possibilità di regolare in modo fine la temperatura di lavoro nelle diverse fasi di incubazione dei reattivi, intervallo di temperatura della strumentazione			
3	3a	di 4 gradi in 4 gradi	0
	3b	di 3 gradi in 3 gradi	3
	3c	di 2 gradi in 2 gradi	6
	3d	di grado in grado	10
Accurata separazione dei reflui prodotti			
4	4a	non separazione (punti 0)	0
	4b	separazione tra tossici e non tossici (punti 10)	10
Disponibilità di differenti kit di colorazioni speciali in confezionamento pronto-uso			
5	5a	fino 25 colorazioni speciali	2
	5b	oltre 25 colorazioni speciali	5
Confezionamento pronto-uso di ciascun kit di colorazione ad esempio: kit disponibile in confezione da 20 e da 40 test, kit disponibile in confezione da 50 e da 100 test ecc			

6	6a	tutti i kit offerti con una sola pezzatura (punti 1)	1	7	n. 10/13 kit
	6b	da 1 a 4 kit offerti con 2 o più pezzature (punti 3)	3		
	6c	oltre 4 kit offerti con 2 o più pezzature (punti 7)	7		
Presenza di filtro a carbone nella strumentazione e/o sistema di aspirazione dei vapori					
7	7a	assenti (punti 0)	0	3	presenza filtro carbone
	7b	presenti (punti 3)	3		
PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO				70	

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.