

FORNITURA DI URETERORENOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO DIGITALI OCCORRENTI ALLA S.C. DI UROLOGIA DELL'ASL CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. SMART CIG. Z0A37CF8F2 RDO N. 3197307.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 12/01/2023 alle ore 11:00 presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) sito in Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno (CN) si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione direttoriale n. 1503 del 07/11/2022, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la *FORNITURA DI URETERORENOSCOPI FLESSIBILI MONOUSO DIGITALI OCCORRENTI ALLA S.C. DI UROLOGIA DELL'ASL CN2 PER UN PERIODO DI 36 MESI*;

Sono presenti:

- Dott. Alberto PARMIGIANI - Dirigente Medico - S.C. Urologia - Presidente;
- Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico - Coordinatore S.S. Ingegneria Clinica - Componente;
- Dott.ssa Maria RAITERI - Direttore f.f. - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Componente;

Ritenuto che le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice verranno svolte dal Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti;

Si prende atto che le ditte **BOSTON SCIENTIFIC SPA, EMANUELE FIORE MANCNI, AORTA, NEOS MEDICA, DP MEDICAL, POLIMED**, hanno presentato le offerte nei termini e nei modi previsti.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica presentata da tutte le ditte partecipanti, relativa alla RdO n. 3197307, è conforme a quanto richiesto.

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in base ai requisiti del Capitolato Speciale di Gara.

Il punteggio relativo alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei sotto indicati criteri:

N.	Criterio	Punteggio massimo
1	Qualità della visione digitale	15
2	Ergonomicità dello strumento (assenza di pulsanti di funzione sullo strumento, canale di irrigazione separato dal canale operativo, peso)	15
3	Capacità di irrigazione	10
4	Compatibilità' con colonne video endoscopiche già a disposizione (Olympus, Storz.)	15
5	Caratteristiche tecniche migliorative rispetto al capitolato (campo di visione, grado di deflessione, qualità' dei materiali)	14
6	Impatto ambientale	1

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Non apprezzabile non valutabile	0.00
Sufficiente	0.25
Discreto	0.50
Buono	0.75
Ottimo	1.00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno riparametrati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

Si procede ora all'esame della documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti.

Alla luce dell'analisi della documentazione tecnica pervenuta, la commissione giudicatrice ritiene opportuno ed essenziale procedere alla richiesta di visione in prova delle soluzioni proposte, così come previsto dal capitolato speciale di gara, art. 4.

La commissione richiede quindi al RUP di provvedere alla convocazione delle ditte e di condividere il calendario con la commissione giudicatrice.

Alle ore 12:00 la commissione giudicatrice conclude i lavori, previa sottoscrizione del presente verbale.

Verduno, li 12/01/2022



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Dott. Alberto PARMIGIANI - Dirigente Medico - S.C. Urologia - Presidente - Presidente
(f.to in originale)

Ing. Marco CERRATO - Collaboratore Tecnico - Coordinatore S.S. Ingegneria Clinica -
Componente
(f.to in originale)

Dott.ssa Maria RAITERI - Direttore f.f. - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti -
Componente - Componente
(f.to in originale)

Sig. Paolo GIACONE - Coadiutore amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed
Acquisti - Segretario verbalizzante
(f.to in originale)
