



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI KIT DI MONITORAGGIO PRESSIONE INVASIVA STERILE MONOUSO, OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ASL CN2 ALBA BRA PER UN PERIODO DI MESI 24, ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023. GARA N. 9317256. CIG VARI.

PRIMO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 04/01/2024 alle ore 15.00 presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) sito in Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno (CN) si è riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione direttoriale n. 1832 del 24/11/2023, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per **LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI KIT DI MONITORAGGIO PRESSIONE INVASIVA STERILE MONOUSO, OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ASL CN2 ALBA BRA PER UN PERIODO DI MESI 24;**

Sono presenti:

- Dott.ssa Sara BOFFA - Direttore f.f. - S.C. Farmacia Ospedaliera - Presidente;
- Dott.ssa Martina CERRANO - Dirigente Medico - S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente;
- Dott.ssa Roberta PERONA - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente;

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice verranno svolte dal Sig. Paolo GIACONE - Assistente Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti;

Si prende atto che le ditte partecipanti e di seguito indicate che hanno presentato offerta su piattaforma Mepa, entro i termini previsti sono:

- B BRAUN MILANO SPA: LOTTO 1, LOTTO 2;
- CODAN SRL: LOTTO 1;
- MTE INTERNATIONAL SRL: LOTTO 1, LOTTO 2;
- VIGLIA SRL: LOTTO 1, LOTTO 2.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione amministrativa è stata presentata entro i termini previsti da tutte le dite partecipanti

A questo punto, la Commissione Giudicatrice, prende atto di tutta la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti, relativa alla RdO n 3735439.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in base ai requisiti del Capitolato Speciale di Gara.

Il punteggio relativo alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei sotto indicati criteri:

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Tenuta del sistema (punto di prelievo a circuito chiuso) | 20 |
| 2 | Efficienza del lavaggio | 20 |

1



www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| 3 | Prossimità del punto di prelievo al catetere arterioso | P.I./Cod. Fisc. 024119110044 10 |
| 4 | Comodità di posizionamento | 10 |
| 5 | Maneggevolezza | 4 |
| 6 | Confezionamento ed etichettatura, facilità di apertura della confezione | 4 |
| 7 | CAM (Criteri Minimi ambientali) – Impatto ambientale – Certificazione e smaltimento | 2 |

Si procede a questo punto alla verifica della campionatura presentata dalle ditte partecipanti;

La commissione giudicatrice, ai fini della valutazione della campionatura, come previsto dall'art. 8 del capitolato speciale di gara, incarica il Rup, di richiedere alle ditte sotto indicate alcune precisazioni:

- Ditta MTE INTERNATIONAL per il lotto 1 e lotto 2:

- 1) Sono state presentate le linee di monitoraggio identificabili da etichette colorate anziché da codice colore blu: venoso – rosso: arterioso, come richiesto in capitolato speciale di gara all'art. 3 e pertanto si chiede integrazione;
- 2) Non si rileva il sistema circuito chiuso per il prelievo sicuro di sangue che assicuri la totale protezione dell'operatore e pertanto si chiede integrazione;
- 3) Si rileva necessità di cavo interfaccia monitor-trasduttore adattabile al modulo "GE CARESCAPE" in dotazione a questa Azienda sia per il lotto 1 che per il lotto 2 e pertanto si chiede integrazione;

- Ditta CODAN per il lotto 1:

- 1) Si rileva necessità di cavo interfaccia monitor-trasduttore adattabile al modulo "GE CARESCAPE" in dotazione a questa Azienda e pertanto si chiede integrazione.

- Ditta B BRAUN per il lotto 1 e lotto 2:

- 1) Si rileva necessità di cavo interfaccia monitor-trasduttore adattabile al modulo "GE CARESCAPE" in dotazione a questa Azienda sia per il lotto 1 che per il lotto 2 e pertanto si chiede integrazione;
- 2) Non si rileva la campionatura per il lotto 1, come indicato nell'apposita scheda tecnica presentata nella sezione della documentazione tecnica in piattaforma Mepa e pertanto si chiede integrazione;

La seduta si chiude alle ore 16.15, previa sottoscrizione del presente verbale, si rimanda il prossimo incontro a data da destinarsi, dopo aver ricevuto le precisazioni richieste e aver valutato la campionatura presentata.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Verduno, li 04/01/2024

Dott.ssa Sara BOFFA - Direttore f.f. - S.C. Farmacia Ospedaliera - Presidente

(f.to in originale)

Dott.ssa Martina CERRANO - Dirigente Medico - S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente

(f.to in originale)

Dott.ssa Roberta PERONA - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente

(f.to in originale)

Sig. Paolo GIACONE - Assistente Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti - Segretario verbalizzante

(f.to in originale)