



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO

FORNITURA DI N. 2 COLONNE ARTROSCOPICHE COMPRENSIVE DI MANUTENZIONE FULL RISK PER 48 MESI OCCORRENTI PER IL BLOCCO OPERATORIO DELL'OSPEDALE DI VERDUNO. ACQUISIZIONE TRAMITE RDO SUL PORTALE MEPA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.

GARA N 8966208 - CIG. 96757032B5- RDO N. 3450765.

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 03.05.2023 alle ore 14,00 presso il Nuovo Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno in Strada Tanaro 7, si è riunita la Commissione, nominata con determinazione direttoriale n. 511 del 29.03.2023, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per la fornitura di n. 2 colonne artroscopiche comprensive di manutenzione full risk per 48 mesi occorrenti per il Blocco operatorio dell'Ospedale di Verduno.

Sono presenti:

- Ing. Marco Cerrato – Dirigente S.S. Ingegneria Clinica – Presidente
- Ing. Elisa Danna – Collaboratore tecnico S.S. Ingegneria Clinica – Componente;
- Dott. Diego Antonucci – Dirigente Medico S.C. Ortopedia e Traumatologia PO Verduno – Componente;

La Dott.ssa Maria Raiteri, Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante

Si prende atto che le ditte:

Zimmer Biomet Italia s.r.l.

Smith & Nephew s.r.l.

NBA Medica s.r.l.

Johnson & Johnson Medical S.p.A.

hanno presentato l'offerta nei termini e nei modi previsti.

I componenti della Commissione prendono atto che la documentazione tecnica relativa alla RdO n. 3450765 risulta completa. Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in base ai requisiti del Capitolato Speciale di Gara.

Il punteggio relativo alla parte tecnica (70 punti) sarà assegnato sulla base dei sotto indicati

**A.S.L. CN2**Azienda Sanitaria Locale
di Alba e BraVia Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

criteri:

CARATTERISTICHE TECNICHE A PUNTEGGIO: punti 70

<u>n. criterio</u>	<u>Caratteristiche</u>	<u>Punti</u>
1	Ergonomia e maneggevolezza del manipolo (anche eventualmente a seguito di visione in prova)	14
2	Ergonomia e maneggevolezza della telecamera (anche eventualmente a seguito di visione in prova)	14
3	Efficacia e qualità della incisività degli strumenti di taglio (anche eventualmente a seguito di visione in prova)	14
4	Qualità e definizione dell'immagine (anche eventualmente a seguito di visione in prova)	15
5	Adeguatezza e completezza del piano di formazione	5
6	Caratteristiche migliorative rispetto alle modalità di risoluzione dei guasti	7
7	Criteri minimi ambientali relativi alle modalità di smaltimento e alla disponibilità di certificazioni dei processi di produzione	1

I punteggi verranno assegnati mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi verranno espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Non apprezzabile non valutabile	0.00
Sufficiente	0.25
Discreto	0.50
Buono	0.75
Ottimo	1.00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno riparametrati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

Si procede ora all'esame della documentazione tecnica presentata dalla ditte partecipanti.

www.regione.piemonte.it/sanita



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La commissione, alla luce della documentazione analizzata, ritiene di dover approfondire la valutazione tramite la visione in prova delle apparecchiature nella configurazione proposta. Richiede quindi al RUP di comunicare alle ditte l'esigenza e di programmare le relative prove dal 15 maggio dando a disposizione a ciascuna ditta 14 giorni naturali per ciascuna ditta.

La configurazione di prova dovrà ricomprendere: n. 6 shaver, n. 6 frese, n. 6 bisturi artroscopici, n. 2 cavi luce, n. 4 ottiche 30 gradi, n. 2 ottiche 70 gradi;

Essendo le ore 15:00 la commissione sospende i lavori in attesa dell'esito delle visioni in prova.

Verduno, li 03/05/2023

Ing. Marco Cerrato - Dirigente S.S. Ingegneria Clinica - Presidente

Ing. Elisa Danna - Collaboratore tecnico S.S. Ingegneria Clinica - Componente

Dott. Diego Antonucci - Dirigente Medico S.C. Ortopedia e Traumatologia

Segretario verbalizzante

Dott.ssa Maria Raiteri - Direttore f.f. S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti