



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

**FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI KIT DI MONITORAGGIO PRESSIONE INVASIVA, STERILE MONOUSO, OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ASL CN2 ALBA BRA PER UN PERIODO DI MESI 24, ACQUISIZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEPA, AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023. GARA N. 9317256. CIG VARI.**

### **SECONDO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE**

In data 19/03/2024 alle ore 11.00 presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) sito in Strada del Tanaro 7 - 12060 Verduno (CN) si è nuovamente riunita la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione direttoriale n. 1832 del 24/11/2023, per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di gara per LA FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI KIT DI MONITORAGGIO PRESSIONE INVASIVA STERILE MONOUSO, OCCORRENTE ALLA S.C. FARMACIA OSPEDALIERA DELL'ASL CN2 ALBA BRA PER UN PERIODO DI MESI 24;

Sono presenti:

- Dott.ssa Sara BOFFA - Direttore f.f. - S.C. Farmacia Ospedaliera - Presidente;
- Dott.ssa Martina CERRANO - Dirigente Medico - S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente;
- Dott.ssa Roberta PERONA - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente;

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice verranno svolte dal Sig. Paolo GIACONE - Assistente Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti;

I componenti della Commissione riprendono i lavori interrotti, in occasione del primo incontro del 04/01/2024;

Si prende atto che in occasione del primo incontro, la commissione giudicatrice, ha ritenuto di chiedere, alle ditte sotto indicate, quanto segue:

Ditta MTE INTERNATIONAL lotto 1 e 2:

- precisazioni in merito alle linee di monitoraggio proposte (identificabili da etichette colorate) ed all'assenza di circuito chiuso per il prelievo sicuro di sangue che assicuri la totale protezione dell'operatore;
- integrazione di n. 2 cavi interfaccia monitor trasduttore adattabile al modulo "GE CARESCAPE", per le opportune prove della campionatura;
- integrazione della campionatura per entrambi i lotti, che rispetti i requisiti minimi essenziali di cui all'art. 3 del capitolato speciale di gara;

Ditta CODAN lotto 1:

- integrazione di n. 2 cavi interfaccia monitor trasduttore adattabile al modulo "GE CARESCAPE", per le opportune prove della campionatura;

Ditta B BRAUN Pper lotto 1 e 2:

- integrazione di n. 2 cavi interfaccia monitor trasduttore adattabile al modulo "GE CARESCAPE", per le opportune prove della campionatura;



www.regione.piemonte.it/sanita

1



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

- integrazione della campionatura completa per il lotto 1 che rispetti i requisiti minimi essenziali di cui all'art. 3 del capitolato speciale di gara;

A seguito di richieste, inviate dal Rup alle sopracitate ditte, in data 08/02/2024, si prende atto che:

- le ditte CODAN e B BRAUN, hanno presentato entro i termini quanto richiesto;
- la ditta MTE INTERNATIONAL, ha fornito indicazioni in merito alle precisazioni richieste con nota prot. 9713 del 12/02/2024, sulla base delle quali, la Commissione Giudicatrice, con nota del 23/02/2024, comunica che "Alla luce della campionatura ricevuta e della documentazione tecnica disponibile, si ritiene che i prodotti presentati non siano rispondenti ai requisiti minimi essenziali di capitolato".

La ditta MTE INTERNATIONAL viene pertanto esclusa dalle successive fasi di gara.

A questo punto, la Commissione Giudicatrice, conclude la valutazione della documentazione presentata dalle ditte partecipanti;

La Commissione Giudicatrice attribuisce i punteggi mediante attribuzione a ciascun elemento della qualità di un coefficiente compreso tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione alla soluzione proposta dal soggetto offerente.

Tale coefficiente attribuito dalla Commissione viene moltiplicato per il fattore ponderale previsto e la somma dei punteggi ottenuti determina il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi della qualità e quindi dell'offerta tecnica.

I giudizi vengono espressi dalla Commissione secondo la seguente scala di valutazione:

Valutazione	Coefficiente
Non apprezzabile non valutabile	0.00
Sufficiente	0.25
Discreto	0.50
Buono	0.75
Ottimo	1.00

I punteggi di valutazione qualitativa vengono riparametrati a punti 70.

Pertanto alla ditta che ha ottenuto il punteggio qualitativo più alto sono attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte sono assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

A questo punto, tenendo conto delle prove della campionatura presentata e delle precisazioni pervenute, la Commissione Giudicatrice attribuisce in maniera unanime i punteggi di cui ai prospetti allegati A1-Lotto 1, A2 Lotto 2, e di seguito riassunti:

• **LOTTO 1: Kit monitoraggio pressione invasiva ad un trasduttore a due vie:**

Ditta B. BRAUN	p.ti.	58,00
Ditta CODAN SRL	p.ti.	65,00
Ditta VIGLIA SRL	p.ti.	70,00



[www.regione.piemonte.it/sanita](http://www.regione.piemonte.it/sanita)

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'R' and 'P'.



**A.S.L. CN2**

Azienda Sanitaria Locale  
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)  
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480  
e-mail: aslcn2@legalmail.it - www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

• **LOTTO 2: Kit monitoraggio pressione invasiva a due trasduttori a due vie:**

Ditta B. BRAUN p.ti. 58,00

Ditta VIGLIA SRL p.ti. 70,00

La Commissione Giudicatrice termina i lavori alle h. 12.30 previa sottoscrizione del presente verbale.

Verduno, li 19/03/2024

Dott.ssa Sara BOFFA - Direttore f.f. - S.C. Farmacia Ospedaliera - Presidente

Dott.ssa Martina CERRANO - Dirigente Medico - S.C. Anestesia e Rianimazione -  
Componente

Dott.ssa Roberta PERONA - Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - S.C.  
Anestesia e Rianimazione - Componente

Sig. Paolo GIACONE - Assistente Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed  
Acquisti - Segretario verbalizzante

ALLEGATO AL LOTTO 1 - KIT MONITORAGGIO PRESSIONE INVASIVA AD UN TRASDUTTORE A DUE VIE			B BRAUN						CODAN SRL						VIGILIA SRL					
Criteri	Punteggio massimo attribuibile	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Eventuale riparametrizzazione	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Eventuale riparametrizzazione	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Eventuale riparametrizzazione	Note				
																	a seguito di riparametrizzazione		a seguito di riparametrizzazione	
<b>Tenuta del sistema (punto prelievo a circuito chiuso)</b>	<b>20,00</b>	buono	0,75	15,00		presenza di aria in fase di aspirazione	ottimo	1,00	20,00			ottimo	1,00	20,00						
<b>Efficienza del lavaggio</b>	<b>20,00</b>	ottimo	1,00	20,00			ottimo	1,00	20,00			ottimo	1,00	20,00						
<b>Possibilità del punto di prelievo al catetere arterioso</b>	<b>10,00</b>	ottimo	1,00	10,00			ottimo	1,00	10,00			ottimo	1,00	10,00						
<b>Comodità di posizionamento</b>	<b>10,00</b>	discreto	0,50	5,00		difficile del posizionamento del trasduttore alla corretta altezza rispetto al paziente	discreto	0,50	5,00		difficile del posizionamento del trasduttore alla corretta altezza rispetto al paziente	ottimo	1,00	10,00						
<b>Maneggevolezza</b>	<b>4,00</b>	discreto	0,50	2,00		difficile collegamento cavo al trasduttore e in seguito il tempo per l'aspirazione	ottimo	1,00	4,00			ottimo	1,00	4,00						
<b>Confezionamento ed etichettatura, facilità di apertura della confezione</b>	<b>4,00</b>	ottimo	1,00	4,00			ottimo	1,00	4,00			ottimo	1,00	4,00						
<b>CAM (Criteri Ambientali Minimi) - Impatto ambientale - Certificazione e smaltimento</b>	<b>2,00</b>	ottimo	1	2,00			ottimo	1,00	2,00			ottimo	1,00	2,00						
				50,00					65,00					70,00						

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

ALLEGATO A2 LOTTO 2 - KIT  
MONITORAGGIO PRESSIONE  
INVASIVA A DUE TRASDUTTORI A  
DUE VIE

		B BRAUN				VIGILIA SRL						
Criteri	Punteggio massimo attribuibile	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Eventuale riparametrizzazione	Nota	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Eventuale riparametrizzazione	Nota	
<u>Tenuta del sistema (punto prelievo a circuito chiuso)</u>	20,00	buono	0,75	15,00		presenza di aria in fase di aspirazione	ottimo	1,00	20,00			
<u>Efficienza del lavaggio</u>	20,00	ottimo	1,00	20,00			ottimo	1,00	20,00			
<u>Prossimità del punto di prelievo al catetere arterioso</u>	10,00	ottimo	1,00	10,00			ottimo	1,00	10,00			
<u>Comodità di posizionamento</u>	10,00	discreto	0,50	5,00		difficoltà del posizionamento del trasduttore alla corretta altezza rispetto al paziente	ottimo	1,00	10,00			
<u>Maneggevolezza</u>	4,00	buono	0,50	2,00		difficoltà collegamento cavo con tracciatura e necessità di rimpulvire completamente il Sipro per l'azionamento	ottimo	1,00	4,00			
<u>Confezionamento ed etichettatura, facilità di apertura della confezione</u>	4,00	ottimo	1,00	4,00			ottimo	1,00	4,00			
<u>CAM (Criteri Ambientali Minimi) - Impatto ambientale - Certificazione e smaltimento</u>	2,00	ottimo	1	2,00			ottimo	1,00	2,00			
				90,00					70,00			
a seguito di riparametrizzazione					a seguito di riparametrizzazione							

  
  
