



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

CHIARIMENTI

A seguito richieste pervenute si forniscono i seguenti chiarimenti:

D. oltre alla taratura di 250 bilance è richiesta anche la Verificazione periodica ai sensi del DM 21 aprile 2017 n. 93 delle medesime 250 bilance?

RISPOSTA: si comunica che le verifiche periodiche non sono in aggiunta rispetto alle 250 verifiche richieste. All'interno delle 250 verifiche oggetto di gara, le tarature potranno essere parte della verificazione periodica ai sensi del DM 21 aprile 2017 n. 93.

D. Premesso che la verificazione periodica ai sensi del DM 21 aprile 2017 n. 93 viene erogata da un soggetto diverso (Organismo di Ispezione accreditato da ACCREDIA) da quello che esegue la manutenzione e quindi la taratura, si invita codesta Spett.le amministrazione a precisare se OLTRE alla attività di taratura, a cura del manutentore, è richiesta anche la Verificazione periodica ai sensi del DM 21 aprile 2017 n. 93 degli strumenti per pesare. In assenza di riscontro riterremo che la taratura assolve ai requisiti di gara e null'altro potrà essere preteso.

RISPOSTA: si conferma la richiesta di capitolato, ovvero il solo servizio di taratura, per il quale non è richiesto un organismo notificato Accredia.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Marco CERRATO)
F.to in originale