



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 - 12051 ALBA (CN)

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480

e-mail: aslc2@legalmail.it - www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

FORNITURA SUDDIVISA IN LOTTI DI INTRODUTTORI, CATETERI E GUIDE PER PROCEDURE DI DIAGNOSTICA EMODINAMICA OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA-BRA, PER UN PERIODO DI MESI 12, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 36/2023 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. LOTTI VARI-ID SINTEL N.188323997 CIG VARI.

1° VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 19/11/2024 alle ore 9:30 la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 1851 del 14/11/2024, si riunisce presso l'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno dell'ASL CN2 per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata sotto la soglia comunitaria per la fornitura, suddivisa in lotti di introduttori, cateteri e guide per procedure di diagnostica emodinamica occorrenti all'ASL CN2 Alba-Bra, per un periodo di mesi 12;

Sono presenti:

- Dott.ssa Marta CAVALLERO – Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera-Presidente;
- Dott.ssa Tiziana MONTALDO – Responsabile S.S Emodinamica - Componente;
- Dott.ssa Marilena FERRERO – S.S Emodinamica – Componente;

La Sig.ra Giulia Cabases Cabases, Assistente Amministrativo della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione prende atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- **AB MEDICA SPA** per i lotti 9, 10, 11 e 13
- **ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL** per il lotto 9
- **B. BRAUN MILANO SPA** per i lotti 1, 8, 12, e 13
- **BOSTON SCIENTIFIC SPA** per i lotti 1, 9, 10, e 11
- **COOK ITALIA SRL** per il lotto 10
- **CORDIS ITALY SRL** per i lotti 1, 5, 6, 9, 10, 11 e 13
- **EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SRL** per i lotti 8 e 12
- **INNOVA HTS SRL** per il lotto 9
- **MEDICAL LUME SRL** per il lotto 5
- **MERIT MEDICAL ITALY SRL** per i lotti 8, 10, 11, 12 e 13
- **SEDA SPA** per il lotto 11
- **SELEFAR SRL** per i lotti 5, 6 e 11
- **TELEFLEX MEDICAL SRL** per i lotti 2, 3, 4 e 5

Invece, per il seguente lotto non risultano pervenute alcune offerte, e, pertanto viene dichiarato deserto:

- Lotto n 7 (introduttore emostatico) introduttore con dilatatore e filo guida

Caratteristiche: presenza di valvola emostatica, dilatatore a scatto tipo snap-lock, diametro filo

guida: 0,035", diametro introduttore: da 10F a 12F

La documentazione amministrativa delle ditte che hanno presentato offerta mediante piattaforma telematica SINTEL è ritenuta conforme dal RUP.

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

In seguito, la Commissione prende atto che per ciascun lotto l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023, in base ai seguenti criteri di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale di Gara:

➤ **LOTTO 1 – CATETERE PER ANGIOGRAFIA CORONARICA**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
radiopacità	25
risposta in torsione	25
rigidità	20
TOTALE	70

➤ **LOTTO 2 – INTRODUTTORE VASCOLARE ARMATO LUNGHEZZA STANDARD**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
capacità penetrazione	40
flessibilità	20
facilità attraversamento valvola	10
TOTALE	70

➤ **LOTTO 3 – INTRODUTTORE VASCOLARE ARMATO LUNGO**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
capacità penetrazione	40
flessibilità	20
facilità attraversamento valvola	10
TOTALE	70

➤ **LOTTO 4 – INTRODUTTORE VASCOLARE NON ARMATO**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
capacità penetrazione	40
flessibilità	20
facilità attraversamento valvola	10
TOTALE	70

➤ **LOTTO 5 – INTRODUTTORE PER ACCESSO RADIALE CON PARETE SOTTILE**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
resistenza al piegamento	30
scorrevolezza	30
flessibilità	10
TOTALE	70

➤ **LOTTO 6 – INTRODUTTORE PER ACCESSO RADIALE CON PARETE ULTRASOTTILE**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
resistenza al piegamento	30
scorrevolezza	30

flessibilità	10
TOTALE	70

➤ **LOTTO 7 – INTRODUTTORE EMOSTATICO**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
resistenza al piegamento	20
scorrevolezza	30
facilità di penetrazione	20
TOTALE	70

➤ **LOTTO 8 – CATETERE POLMONARE FLOTTANTE TIPO SWAN GANZ**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
maneggevolezza	20
flessibilità	20
facilità di incuneamento	30
TOTALE	70

➤ **LOTTO 9 – GUIDE METALLICHE TEFLONATE**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
maneggevolezza	20
flessibilità	20
supporto	30
TOTALE	70

➤ **LOTTO 10 – GUIDE METALLICHE EXTRA RIGIDA**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
maneggevolezza	40
supporto	30
TOTALE	70

➤ **LOTTO 11 – GUIDE ANGIOGRAFICA A PUNTA ANGOLATA**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
maneggevolezza	20
flessibilità	20
scorrimento	30
TOTALE	70

➤ **LOTTO 12 – SISTEMA MONITORAGGIO PRESSORIO**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
maneggevolezza	35
tenuta del sistema	35
TOTALE	70

➤ **LOTTO 13 – AGO PER ACCESSO PERCUTANEO**

CRITERI	PUNTEGGI MAX
Maneggevolezza	20
scorrevolezza	30
facilità di penetrazione	20
TOTALE	70

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario sulla base della seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non apprezzabile non valutabile	0,00
Sufficiente	0,25
Discreto	0,50
Buono	0,75
Ottimo	1,00

I punteggi di valutazione qualitativa saranno riparametrati a punti 70.

Pertanto alla ditta che avrà ottenuto il punteggio qualitativo più alto saranno attribuiti 70 punti, mentre alle altre ditte saranno assegnati punteggi proporzionalmente inferiori determinati in misura direttamente proporzionale al punteggio di qualità ottenuto.

La Commissione Giudicatrice prende atto della documentazione tecnica presentata.

Considerato che:

Alla ditta **CORDIS ITALY SRL** si rende necessario richiedere le seguenti precisazioni:

- spessore dell'introduttore a parete sottile, da capitolato richiesto 0.20mm +/-10% lotto 5
- spessore dell'introduttore a parete sottile, da capitolato richiesto 0.12 mm +/-10% lotto 6
- Rivestimento PTFE EPARINATO lotto 9
- Campionatura lotto 1

Alla ditta **TELEFLEX MEDICAL SRL** si rende necessario richiedere la seguente precisazione:

- spessore dell'introduttore a parete sottile, da capitolato richiesto 0.20mm +/-10% lotto 5;

Alla ditta **B. BRAUN MILANO SPA** si rende necessario richiedere la seguente precisazione:

- compatibilità con introduttore da 7Fr lotto 8

Alla ditta **MERIT MEDICAL ITALY SRL** si rende necessario richiedere le seguenti precisazioni:

- compatibilità con introduttore da 7Fr lotto 8
- angolatura della punta, da capitolato richiesta 45° lotto 11

Alla ditta **AB MEDICA SPA** si rende necessario richiedere le seguenti precisazioni:

- Rivestimento PTFE EPARINATO lotto 9
- angolatura della punta, da capitolato richiesta 45° lotto 11

Alla ditta **BOSTON SCIENTIFIC SPA** si rende necessario richiedere le seguenti precisazioni:

- Rivestimento PTFE EPARINATO lotto 9
- angolatura della punta, da capitolato richiesta 45° lotto 11

Alla ditta **INNOVA HTS SRL** si rende necessario richiedere la seguente precisazione:

- Rivestimento PTFE EPARINATO lotto 9

Alla ditta **SEDA SPA** si rende necessario richiedere la seguente precisazione:

- angolatura della punta, da capitolato richiesta 45° lotto 11



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslc2@legalmail.it – www.aslc2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La commissione giudicatrice ritiene di considerare valide le tempistiche indicate all'Art. 13 del Capitolato Speciale di Gara, sottoscritto digitalmente dalle ditte in segno di accettazione e conferma di quanto ivi indicato.

Successivamente, la Commissione Giudicatrice procede alla lettura delle relazioni tecniche presentate dalle ditte.

La commissione, per poter effettuare un'accurata valutazione, ritiene necessario effettuare delle prove dei prodotti offerti in campionatura dalle ditte partecipanti;

La seduta si chiude alle h. 14:00 e si rimanda il prossimo incontro, in data 20/12/2024 alle h. 09:00 previa sottoscrizione del presente verbale;

Verduno, lì 19/11/2024

Dott.ssa Marta CAVALLERO – Dirigente Farmacista S.C. Farmacia Ospedaliera - Presidente;
(f.to in originale)

Dott.ssa Tiziana MONTALDO – Responsabile S.S Emodinamica - Componente;
(f.to in originale)

Dott.ssa Marilena FERRERO – S.S Emodinamica – Componente;
(f.to in originale)

Giulia Cabases Cabases – Assistente Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti - segretaria verbalizzante.
(f.to in originale)
