

FORNITURA DI PROTESI GASTO-COLICHE E FILIGUIDA, OCCORRENTI ALLA S.C. GASTROENTEROLOGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO, PER UN PERIODO DI 24 MESI, PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA - RDO 4438782 CIG B21779C8A9

SECONDO VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 22/11/2024 alle h 14.00, presso l'ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno (CN) sito in Strada del Tanaro 7 – 12060 Verduno (CN), si è riunita nuovamente la Commissione Giudicatrice nominata con determinazione n. 1231 del 24/07/2023, al fine di verificare e valutare la documentazione tecnica e la campionatura ricevuta

Sono presenti i seguenti Commissari:

- Dott.ssa Maria Antonella LA TERRA, Direttore S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Presidente;
- Dott. Riccardo VANNI, Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Componente;
- Dott. Alessandro CANTAMESSA, Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Componente;

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice la Dott.ssa Alice FISSORE - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti.

Si rammenta che le ditte offerenti risultano essere le seguenti:

- BOSTON SCIENTIFIC SPA, Viale Forlanini Enrico 23 – 20134 – Milano (MI)
- EUROMEDICAL SRL, Via Volta 23/E – 25010 San Zeno Naviglio (BS)
- M. G. LORENZATTO SRL, Corso Vercelli 28/30 – 10078 – Venaria Reale (TO)

Dopo aver visionato la campionatura pervenuta, constatato la conformità della documentazione tecnica alle richieste inserite nel capitolo speciale di gara ed aver dunque dichiarato **idonee** ed ammesse alla fase di valutazione qualitativa dei prodotti offerti tutte le ditte partecipanti, si rammentano ai commissari le modalità di assegnazione dei punteggi:

L'offerta tecnica verrà valutata, a seguito di approfondita analisi delle schede tecniche, degli studi clinici, del materiale esplicativo e di test effettuati dai componenti della Commissione sulla campionatura pervenuta, in base ai criteri segnalati nella tabella di seguito riportata nella quale è indicato il punteggio massimo attribuibile per ciascun parametro.

<u>N.</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>PUNTI</u>
1	Maneggevolezza, praticità d'uso e funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	35
2	Qualità del materiale	25
3	Confezionamento, etichettatura, completezza del lotto (intesa come gamma di dimensioni e disponibilità di più misure), documentazione tecnica (intesa quest'ultima come completezza della scheda tecnica descrittiva del prodotto, schede tecniche e relativi allegati, quantità e tipologia degli studi clinici)	10
	Totale	70

La commissione di aggiudicazione, composta nei modi previsti dagli artt. 51 e 93 del D.Lgs n. 36/2023, procede alla valutazione della documentazione tecnica e della campionatura presentata ed attribuisce il punteggio relativo all'elemento qualità.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale viene attribuito, da parte di ciascun commissario, un coefficiente variabile tra 0 e 1 sulla base della seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non apprezzabile non valutabile	0.00
Sufficiente	0.25
Discreto	0.50
Buono	0.75
Ottimo	1.00

I 70 punti, afferenti la valutazione qualitativa, sono attribuiti dalla Commissione Giudicatrice all'offerta migliore. Alle altre offerte vengono attribuiti i punteggi in base al confronto rispetto all'offerta qualitativamente migliore individuata, procedendo dunque alla "riparametrazione".

I Componenti della Commissione procederanno all'attribuzione del punteggio secondo il seguente metodo:

- ogni singolo commissario attribuirà per ognuno dei sopracitati criteri un coefficiente variabile da 0,00 a 1,00;
- nel caso in cui le valutazioni non siano espresse all'unanimità, si calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e la si moltiplica per il massimo dei punti a disposizione della tabella di cui sopra;
- si sommano quindi i punteggi attribuiti ai diversi requisiti e si ottiene il punteggio complessivo della singola ditta.

La Commissione procederà alla riparametrazione del punteggio complessivo delle singole ditte per riallinearlo al punteggio massimo previsto di 70 punti come di seguito indicato:

si procederà all'attribuzione del punteggio massimo al concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto (riparametrazione), ovvero attribuendogli il punteggio massimo previsto per la "qualità" (70 punti), mentre agli altri verrà attribuito un punteggio inferiore in maniera proporzionale (ad esempio: al miglior punteggio di 64,90/70 sarà attribuito il punteggio complessivo di 70/70, ed alle altre offerte verrà attribuito un punteggio via inferiore e proporzionale riparametrato a 70. Esempio: se ad un'offerta è stato attribuito un punteggio pari 54,80, il punteggio riparametrato sarà di $61,64 = (54,80 \times 70) / 64,90$).

La Commissione a questo punto attribuisce in maniera unanime i punteggi qualitativi distinti per ciascun articolo in gara come da tabella **allegata** (Allegato 1 – Griglia 1).

A seguito della riparametrazione dei punteggi emerge quanto segue:

LOTTO 1

DITTA	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70.00
EUROMEDICAL SRL	62.15
M. G. LORENZATTO SRL	42.42

La seduta si chiude alle 15.00 previa sottoscrizione del presente verbale.

Verduno, lì 21/11/2024

Dott.ssa Maria Antonella LA TERRA, Direttore S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Presidente;

Dott. Riccardo VANNI, Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Componente;


Dott. Alessandro CANTAMESSA, Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Componente;

Dott.ssa Alice FISSORE - Collaboratore Amministrativo - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi ed Acquisti

Lotto 1 art.1 PROTESI ESOFAGEE TOTALMENTE E PARZIALMENTE RIVESTITE, TTS		BOSTON SCIENTIFIC SPA						EUROMEDICAL						M. G. LORENZATTO SRL					
		Punti massimi assegnabili	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note					
1	Maneggevolezza, praticità d'uso e funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	35	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	buono	0,75	26,25	maneggevolezza e praticità buona					
2	Qualità del materiale	25	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	discreto	0,50	12,50	qualità del materiale discreta					
3	Confezionamento, etichettatura, completezza del lotto (intesa come gamma di dimensioni e disponibilità di più misure), documentazione tecnica (intesa come completezza della scheda descrittiva del prodotto, schede tecniche e relativi allegati, quantità degli studi clinici)	10	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottimi	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottimi	sufficiente	0,25	2,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica sufficienti					
		70	TOTALE			70,00	TOTALE			70,00	TOTALE			41,25					

Lotto 1 art. 2 PROTESI ESOFAGEE TOTALMENTE E PARZIALMENTE RIVESTITE, OTW		BOSTON SCIENTIFIC SPA				EUROMEDICAL				M. G. LORENZATTO SRL				
		Punti massimi assegnabili	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note
1	Maneggevolezza, praticità d'uso e funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	35	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	buono	0,75	26,25	maneggevolezza e praticità buona
2	Qualità del materiale	25	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	discreto	0,50	12,50	qualità del materiale discreta
3	Confezionamento, etichettatura, completezza del lotto (intesa come gamma di dimensioni e disponibilità di più misure), documentazione tecnica (intesa come completezza della scheda descrittiva del prodotto, schede tecniche e relativi allegati, quantità degli studi clinici)	10	buono	0,75	7,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica buoni	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottimi	sufficiente	0,25	2,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica sufficienti
		70	TOTALE		67,50	TOTALE		70,00	TOTALE				41,25	

Lotto 1 art. 3 PROTESI COLONICHE SCOPERTE, TTS		BOSTON SCIENTIFIC SPA					EUROMEDICAL					M. G. LORENZATTO SRL			
		Punti massimi assegnabili	Giudizio	Coeffici ente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coeffici ente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coeffici ente	Punti assegnati	Note	
1	Maneggevolezza, praticità d'uso e funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	35	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	discreto	0,50	17,50	maneggevolezza e praticità discreta	
2	Qualità del materiale	25	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona	
3	Confezionamento, etichettatura, completezza del lotto (intesa come gamma di dimensioni e disponibilità di più misure), documentazione tecnica (intesa come completezza della scheda descrittiva del prodotto, schede tecniche e relativi allegati, quantità degli studi clinici)	10	buono	0,75	7,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica buoni	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottimi	buono	0,75	7,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica buoni	
		70	TOTALE		67,50	TOTALE		63,75		TOTALE		43,75			



Lotto 1 art. 4 PROTESI EDUODENALI SCOPERTE, TTS		BOSTON SCIENTIFIC SPA					EUROMEDICAL					M. G. LORENZATTO SRL				
		Punti massimi assegnabili	Giudizio	Coeffici ente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coeffici ente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coeffici ente	Punti assegnati	Note		
1	Maneggevolezza, praticità d'uso e funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	35	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	buono	0,75	26,25	maneggevolezza e praticità buona	discreto	0,50	17,50	maneggevolezza e praticità discreta		
2	Qualità del materiale	25	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona		
3	Confezionamento, etichettatura, completezza del lotto (intesa come gamma di dimensioni e disponibilità di più misure), documentazione tecnica (intesa come completezza della scheda descrittiva del prodotto, schede tecniche e relativi allegati, quantità degli studi clinici)	10	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottimi	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottimi	discreto	0,50	5,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica discreta		
		70	TOTALE		70,00		TOTALE		55,00		TOTALE		41,25			

Lotto 1 art. 5 FILOGUIDA 260 CM		BOSTON SCIENTIFIC SPA					EUROMEDICAL					M. G. LORENZATTO SRL				
		Punti massimi assegnabili	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note		
1	Maneggevolezza, praticità d'uso e funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	35	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	buono	0,75	26,25	maneggevolezza e praticità buona	discreto	0,50	17,50	maneggevolezza e praticità discreta		
2	Qualità del materiale	25	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona		
3	Confezionamento, etichettatura, completezza del lotto (intesa come gamma di dimensioni e disponibilità di più misure), documentazione tecnica (intesa come completezza della scheda descrittiva del prodotto, schede tecniche e relativi allegati, quantità degli studi clinici)	10	buono	0,75	7,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica buoni	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottima	sufficiente	0,25	2,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica sufficiente		
		70	TOTALE		67,50	TOTALE		55,00	TOTALE					38,75		

Lotto 1 art. 6 FILOGUIDA 500 CM		BOSTON SCIENTIFIC SPA					EUROMEDICAL					M. G. LORENZATTO SRL				
		Punti massimi assegnabili	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note	Giudizio	Coefficiente	Punti assegnati	Note		
1	Maneggevolezza, praticità d'uso e funzionalità in rapporto alla destinazione d'uso	35	ottimo	1,00	35,00	maneggevolezza e praticità ottima	buono	0,75	26,25	maneggevolezza e praticità buona	discreto	0,50	17,50	maneggevolezza e praticità discreta		
2	Qualità del materiale	25	ottimo	1,00	25,00	qualità del materiale ottima	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona	buono	0,75	18,75	qualità del materiale buona		
3	Confezionamento, etichettatura, completezza del lotto (intesa come gamma di dimensioni e disponibilità di più misure), documentazione tecnica (intesa come completezza della scheda descrittiva del prodotto, schede tecniche e relativi allegati, quantità degli studi clinici)	10	ottimo	1,00	10,00	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica ottimi	buono	0,75	7,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica buona	buono	0,75	7,50	confezionamento, etichettatura, completezza e documentazione tecnica buona		
		70	TOTALE		70,00		TOTALE			52,50	TOTALE				43,75	