

FORNITURA, SUDDIVISA IN LOTTI, DI MATERIALE SANITARIO VARIO PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE OCCORRENTE ALL'ASL CN2 ALBA BRA PER UN PERIODO DI 12 MESI. ACQUISIZIONE TRAMITE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL ACCESSIBILE AL SITO WWW.ARIASPA.IT AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA. CIG VARI. GARA N. 196815169.

CHIARIMENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

Domanda n.1

Chiediamo, in relazione ai lotti n. 3 e 5, di indicare se il riferimento alla misura 10 si riferisce al diametro interno oppure esterno.

Risposta n.1

"il riferimento è al diametro interno".

Domanda n.2

Per i lotti 2 e 4, chiediamo di specificare se con la misura 6 e 7 intendete il diametro interno della cannula con controcannula o il diametro interno della cannula senza la controcannula.

Risposta n.2

"il riferimento è al diametro interno della cannula".