

FORNITURA DI UN GENERATORE PER RADIOFREQUENZA E DISPOSITIVI PER SISTEMA DI RADIOFREQUENZA OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO DELL'ASL CN2. ACQUISIZIONE TRAMITE RDO MEPA. CIG B5782C8DC7

CHIARIMENTI

DOMANDA 1:

Si chiede di confermare che il parametro relativo agli alti voltaggi (almeno 80 V) abbia una tolleranza del $\pm 10\%$, così da permettere l'ampia partecipazione alla Procedura. Si sottolinea infatti che un voltaggio da 80 a 100 V (parametro qualitativo inserito nei criteri di valutazione) non garantisce alcuna efficacia clinica o beneficio maggiore rispetto ad un voltaggio inferiore;

RISPOSTA 1:

Per esigenze cliniche si conferma la caratteristica minima di poter disporre di un generatore di RF che permetta di raggiungere almeno 80 Volts con la garanzia che tali voltaggi siano mantenuti costanti durante tutta la procedura. Verrà valutato come punteggio aggiuntivo il valore tra 81 e 100 Volt, non come caratteristica escludente. Si conferma pertanto quanto indicato nel capitolato.

DOMANDA 2:

Si chiede di confermare che il parametro relativo al controllo del voltaggio di erogazione della RF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura sia di minima (in quanto anche in questo caso vincolerebbe la partecipazione di più OE). In caso positivo, si chiede la possibilità di inserire il suddetto parametro esclusivamente nei criteri qualitativi e non di minima;

RISPOSTA 2:

Il controllo del voltaggio in tempo reale permette di gestire l'intensità della corrente adattandola in base alle necessità e alla vicinanza della punta dell'ago al target anatomico da trattare con RF, evitando continui riposizionamenti dell'ago o interruzioni della procedura, caratteristica reputata fondamentale da noi operatori. Pertanto si conferma tale caratteristica minima richiesta.

DOMANDA 3:

Si chiede, per quanto concerne il kit peridurale per peridurolisi monopolari/bipolari, di poter scindere in due lotti ben distinti le voci relative a "...peridurolisi monopolari" e "...peridurolisi bipolari". In primo luogo per permettere l'ampia partecipazione a più OE e in secondo luogo, trattandosi di trattamenti differenti tra loro, al fine di poterli valutare come due lotti differenti.

RISPOSTA 3:

NON trattandosi di trattamenti differenti tra loro ma alternativi da decidere al momento della procedura sul paziente, al fine di uniformare e di ottimizzare le procedure e l'organizzazione delle sedute operatorie, della gestione del generatore di RF e del materiale nonché del personale coinvolto, si richiede esplicitamente la formulazione dell'offerta di entrambi i dispositivi (Kit peridurolesi monopolari e bipolari) per ogni singolo Operatore Economico partecipante. Si conferma pertanto quanto richiesto nel capitolato

DOMANDA 4:

Con riferimento alla documentazione tecnica da presentare e in particolare allo slot e "Segreti tecnici e commerciali", qualora l'Operatore Economico non avesse segreti tecnici o commerciali da dichiarare, è possibile inserire una dichiarazione attestante tale circostanza?

RISPOSTA 4:

Si conferma quanto richiesto

DOMANDA 5:

Con riferimento, invece, allo slot "DOCUMENTAZIONE OSCURATA (vedasi punto 6 del Capitolato)", confermate la possibilità di inserire nuovamente la stessa dichiarazione già caricata nello slot "Segreti tecnici e commerciali"?

RISPOSTA 5:

Si conferma quanto richiesto