

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN GENERATORE PER RADIOFREQUENZA E DISPOSITIVI PER SISTEMA DI RADIOFREQUENZA OCCORRENTI ALLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'OSPEDALE "MICHELE E PIETRO FERRERO" DI VERDUNO DELL'ASL CN2. ACQUISIZIONE TRAMITE RDO MEPA. CIG B5782C8DC7

1 VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

In data 24/04/2025 alle ore 14:30 la Commissione Giudicatrice, nominata con determinazione n. 697 del 22/04/2025, si riunisce presso l'Ospedale "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno dell'ASL CN2 per l'esame e la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura negoziata sotto la soglia comunitaria per la fornitura di un generatore per radiofrequenza e dispositivi per sistema di radiofrequenza occorrenti alla S.C. Anestesia e Rianimazione dell'ASL CN2 Alba-Bra – Durata 24 mesi.

Sono presenti:

- Dott. Salvatore Di Santo – Responsabile della S.S. Terapia Antalgica – Presidente;
- Ing. Marco Cerrato – Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica – Componente.
- Dott.ssa Anna Maria Ponchione – Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione - Componente;

La Sig.ra Simona Taricco, Assistente Tecnico della S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

La Commissione prende atto che hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- **Tecnica Scientifica Service S.r.l.** – Torino;
- **X-Med Innovazioni Medicali S.r.l.** – Genova.

e che la documentazione amministrativa relativa alla fornitura in oggetto per la procedura svolta sul portale Consip è ritenuta conforme dal RUP.

Si procede a questo punto alla lettura del Capitolato Speciale di Gara.

La Commissione Giudicatrice effettuerà la valutazione della documentazione tecnica, in presenza dei requisiti tecnici di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale di Gara:

GENERATORE A RADIOFREQUENZA CONTINUA E PULSATA (oggetto di uso accessorio gratuito)

Le caratteristiche tecniche di minima del generatore dovranno essere le seguenti:

- idoneità all'impostazione dei valori di stimolazione sensitivo – motoria
- misurazione della impedenza con relativa forma d'onda
- erogazione di PRF entro i 42°
- erogazione RF Lesiva fino a 90°
- controllo del voltaggio di erogazione della RF con la possibilità di aumentare o diminuire il voltaggio durante la procedura
- raggiungere alti voltaggi (almeno a 80V) e mantenerli costanti per tutta la durata delle applicazioni RF
- variazione PW
- display con visualizzazione della temperatura, del tempo di somministrazione della RF, impostabile dall'utente

KIT PERIDURALE PER PERIDUROLISI FARMACOLOGICA/MECCANICA

I kit composti da catetere, ago, mandrino e introduttore dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- almeno 2 mandrini preformati con forme e funzionalità differenti (uno precurvato a 30° per la navigazione dello spazio epidurale, uno a serpentina per la disostruzione delle aderenze);
- Via infusiva con attacco Luer Lock utilizzabile per la somministrazione di farmaci con il mandrino forme per gli aghi introduttori per il catetere;
- ago-cannula armata con doppio mandrino (in acciaio medico in materiale plastico a punta smussa).

Q.tà occorrente 48**KIT PERIDURALE PER PERIDUROLISI MONOPOLARI/BIPOLARI**

I kit composti da catetere, ago, mandrino e introduttore dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- cateteri con differenti lunghezze;
- via infusiva con attacco Luer Lock utilizzabile per la somministrazione di farmaci con il mandrino inserito all'interno del catetere;
- il catetere deve essere predisposto per essere collegato a generatore esterno di radiofrequenza per poter effettuare: stimolazioni sensitive, stimolazioni motorie, applicazione di radiofrequenza pulsata;
- differenti tipi, misure e forme per gli aghi introduttori per il catetere;
- ago-cannula armata con doppio mandrino (in acciaio medico in materiale plastico a punta smussa).

Q.tà occorrente n. 18 Kit peridurale per peridurolisi monopolare**Q.tà occorrente n. 18 Kit peridurale per peridurolisi bipolare**

I componenti dei kit devono essere certificati e dotati di autorizzazione per l'utilizzo nella procedura di peridurolisi, sia farmacologica che a RF.

Tutti i prodotti devono essere privi di lattice. Tutti i dispositivi devono essere conformi alle specifiche normative di riferimento, e devono soddisfare le norme contenute negli standard qualitativi previsti dalla legislazione vigente.

KIT PER RADIOFREQUENZA (dovranno essere compatibili con il generatore Neurotherm di proprietà della S.A.)

Ogni kit deve essere così configurato:

a) Ago di accesso al target sterile – monouso;

l'ago deve avere forme e lunghezze differenti, esposizione della punta conduttrice varia, punta Sharp retta e curva, punta Blunt curva e possibilità di ecogenicità;

Caratteristiche degli aghi:

Lunghezza: varia (5 - 10 – 15- 20 cm)

Diametro: vario (da 18 a 23 G.)

Punte attive: varie (4-5-10-15-20 mm)

b) Termocoppia monouso coassiale, sterile ed in alcune tipologie integrata nello stesso ago;

**A.S.L. CN2***Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra*

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

La Commissione procede alla verifica della documentazione tecnica richiesta all'interno del capitolo 10 del Capitolato Speciale di gara ed all'apertura e verifica della campionatura richiesta all'art. 8 del Capitolato medesimo:

Descrizione	Pezzi
Ago monouso con punta retta Sharp	n. 2 pz. da 10 cm.
Ago monouso con punta smussa Blunt per blocco forame	n. 2 pz. da 15 cm.
KIT PERIDURALE PER PERIDUROLISI FARMACOLOGICA/MECCANICA	n. 1 pz.
KIT PERIDURALE PER PERIDUROLISI MONOPOLARE	n. 1 pz.
KIT PERIDURALE PER PERIDUROLISI BIPOLARE	n. 1 pz.

La Commissione giudicatrice rileva la mancanza all'interno della campionatura presentata dalla ditta T.S.S. del kit per peridurolisi bipolare, e provvede pertanto ad inoltrare richiesta di integrazione al R.U.P..

Alle ore 16:00 la Commissione ritiene di concludere i lavori della presente seduta e viene fissata la prossima riunione a data da destinarsi, successivamente all'integrazione della campionatura richiesta ed alle prove di utilizzo dei campioni offerti dalle ditte succitate.



A.S.L. CN2

Azienda Sanitaria Locale
di Alba e Bra

Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480
e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it

P.I./Cod. Fisc. 02419170044

Verduno, lì 24/04/2025

Dott. Salvatore Di Santo – Responsabile della S.S. Terapia Antalgica – Presidente;
(firmato in originale)

Ing. Marco Cerrato – Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica – Componente;
(firmato in originale)

Dott.ssa Anna Maria Ponchione – Dirigente Medico S.C. Anestesia e Rianimazione -
Componente;
(firmato in originale)

Sig.ra Simona Taricco, Assistente Tecnico - S.C. Logistica, Patrimonio, Servizi e Acquisti,
segretaria verbalizzante.
(firmato in originale)